

Bewertungsmatrix: Definition der Punktwerte Ausfüllhilfe -nur Beispiele-					
Kriterium	Sehr gut (5 Punkte)	Gut (4 Punkte)	Befriedigend (3 Punkte)	Ausreichend (2 Punkte)	Mangelhaft (0 Punkte)
Intuitive Menüführung	Bedienung sofort ohne Handbuch möglich; logische Struktur	Zu vergeben wenn das Kriterium gut aber nicht besonders gut erfüllt wird.	Grundfunktionen findbar; für Einstellungen ist kurzes Nachschlagen/Suchen nötig.	Unlogische Menüs; ohne Handbuch oder Einweisung nicht bedienbar.	Nur zu vergeben wenn das Kriterium gar nicht erfüllt wird
Alarmmanagement	Eindeutige Textmeldung (z. B. „Leckage“) + Lösungshinweis im Display; gute Lautstärke.		Nur Symbole oder Codes; Ursache muss selbst gesucht werden; Alarmton zu leise/laut.	Unklare Fehlermeldung; Alarm lässt sich nicht quittieren oder wird überhört.	
Wundabdichtung	Folie schmiegt sich perfekt an; hält Vakuum auch bei Gelenkbewegungen sofort.		Abdichtung erfordert Nachbesserung (Zusatzfolie) bei schwierigen Stellen.	System zieht ständig Nebenluft; Folie haftet schlecht oder ist zu starr.	
Kanister Wechsel	Einhand-Bedienung möglich; hygienisch sicher (Tropfstopp); rastet hörbar ein.		Wechsel erfordert Kraftaufwand oder beide Hände; Mechanismus wirkt hakelig.	Kontaminationsgefahr beim Wechsel; Verschluss unsicher oder kompliziert.	
Wischdesinfektion	Glatte Oberfläche ohne Ritzen; Material zeigt keine Trübung durch Desinfektionsmittel.		Kleine Kanten/Rillen erschweren Reinigung; leichte Verfärbung des Gehäuses.	Viele Vertiefungen/Schultern (Keimfallen); Material wird spröde oder	
Ggf. Kurzbegründung Sachliche und kurze Mitteilung zum Kriterium : zu lautes Betriebsgeräusch stört die Patienten 1. Objektivität und Neutralität Vorurteilsfrei: Bewerten Sie ausschließlich die Leistung des vorliegenden Geräts im Testzeitraum. Vergleiche mit "bekannten" Altgeräten aus Gewohnheit sind zu vermeiden. Gleichbehandlung: Jedes Testgerät muss unter vergleichbaren klinischen Bedingungen (z. B. ähnliche Wundarten) eingesetzt werden. Fakten:Begründen Sie Bewertungen (insbesondere Noten 1, 2 und 5) immer kurz mit einer sachlichen Beobachtung (z. B. „Alarmton auf Station zu leise" statt „Gerät ist schlecht"). 2. Unabhängigkeit und Compliance Keine Beeinflussung: Lassen Sie sich während der Testphase nicht durch Werbeversprechen oder Zusatzangebote der Herstellervertreter beeinflussen. Annahmeverbot: Die Annahme von Geschenken, Bewirtungen oder Mustern durch die Bieter ist streng untersagt. Kontaktverbot: Fachliche Fragen zur Bedienung sind erlaubt. Verhandlungen über Preise, Konditionen oder zukünftige Zusammenarbeit dürfen nicht durch die Tester geführt werden. 3. Dokumentationspflicht Vollständigkeit: Füllen Sie das Protokoll zeitnah nach bzw während der Anwendung aus, um Erinnerungsfehler zu vermeiden. Ehrlichkeit: Dokumentieren Sie auch Fehlfunktionen oder Anwendungsfehler ungeschönt, da diese Rückschlüsse auf die intuitive Bedienbarkeit zulassen. 4. Vergleichbarkeit Wenn ein Kriterium schwierig zu bewerten ist oder die Bewertung unsicher erscheint, können die eingereichten Geräte direkt miteinander verglichen werden. Wenn kein klarer Unterschied erkennbar ist oder die Bewertung trotz Vergleich nicht eindeutig wird, dann erhalten beide die gleiche Punktzahl. 5. Verschwiegenheit Vertraulichkeit: Informationen über Testergebnisse anderer Hersteller oder Details aus dem Leistungsverzeichnis dürfen nicht an Dritte (insbesondere konkurrierende Bieter) weitergegeben werden.					



01-2026 Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

Anlage 5 - Bewertungsmatrix für Teststellung

Hersteller:		Datum:				
Modell:		Tester:				
Seriennummer Testgerät:		Lfd. NR. :				
Pos		sehr gut - (5 Punkte)	gut - (4 Punkte)	befriedigend - (3 Punkte)	ausreichend - (2 Punkte)	mangelhaft - (0 Punkt)
1	Inbetriebnahme: Wie einfach ist das Starten der Therapie? Kurzbeurteilung					
2	Menüführung: Ist die Steuerung intuitiv (ohne Handbuch), einfach nachvollziehbar? Wie schnell und fehlerfrei lässt sich die Therapie in einer Akutsituation (z. B. bei Alarm) ohne Nachschlagen im Handbuch anpassen? Kurzbeurteilung					
3	Display-Ergonomie: Wie gut ist die Ablesbarkeit des Displays aus verschiedenen Blickwinkeln und bei schwierigen Lichtverhältnissen (Nachtschicht/Sonneneinstrahlung) Kurzbeurteilung					
4	Alarmmanagement: Sind Warnungen (Leckage/Blockade) eindeutig und verständlich? Kurzbeurteilung					
5	Schulungsaufwand: Selbsterklärungsgrad: Wie logisch und selbsterklärend führt die Software den Anwender durch den erstmaligen Inbetriebnahme-Prozess Kurzbeurteilung					
6	Materialverhalten am Patienten: Wie gut schmiegt sich die Klebefolie an schwierige anatomische Regionen (z. B. Fersen oder Sakralraum) an und wie stabil bleibt das Vakuum bei Patientenbewegung? Kurzbeurteilung					
7	Dichtigkeit: Wie stabil hält das Vakuum im Alltag? Kurzbeurteilung					
8	Verbandwechsel: Einfachheit (Konnektoren, Material) Kurzbeurteilung					
9	Kanister Tausch: Schnelligkeit und Hygiene beim Wechsel Kurzbeurteilung					
10	Hygienisches Gehäusedesign: Bietet das Gehäuse störende Ritzen, Vertiefungen oder Materialübergänge, in denen sich Sekrete festsetzen können und die Reinigung erschweren? Kurzbeurteilung					
11	Lautstärke: Betriebsgeräusch (besonders in ruhiger Umgebung sehr leise=sehr Gut) Kurzbeurteilung					
12	Mobilität: (Gewicht und Tragekomfort Gurt/Tasche) Wie gut lässt sich das Gerät im klinischen Alltag heben, tragen, positionieren und am Patienten mobil einsetzen? Kurzbeurteilung					
13	Standesicherheit: Kippgefahr am Bett/Tisch. Kurzbeurteilung					
14	Gewicht Handling einfach zu heben & Tragen Patientenperspektive ,tragbar mit einer Hand Kurzbeurteilung					
15	Gehäuseform -Design Standesicherheit, Verletzungsgefahren , scharfe Kanten Kurzbeurteilung					
16	Abmessungen Gerätegröße Handlichkeit, Platzbedarf Kurzbeurteilung					
17	Befestigungsmöglichkeiten: Patientenbett, Ständer Kurzbeurteilung					
18	Aufbewahrung Lagermöglichkeit (gibt es zusätzlich Behälter zum einlagern), Platzsparend?) Kurzbeurteilung					
19	Einstelloptionen: Wie einfach, eindeutig und sicher lassen sich die für die Behandlung erforderlichen Therapieparameter im praktischen Betrieb einstellen und verändern Kurzbeurteilung					
20	Dokumentationsmöglichkeiten Kurzbeurteilung					
21	Abdichtung bei komplexen Wundformen (wie gut kleben die Folien an schwierigen Körperstellen) Kurzbeurteilung					
22	Verpackung des Verbrauchsmaterials einfach zu öffnen oder werden Hilfsmittel Bsp. Schere benötigt Kurzbeurteilung					
23	Folien und Wundmaterial einfach zuschneidbar ? Kurzbeurteilung					
24	An und Abmelde Prozess für den Therapie Start und Ende mittels der Software vom Hersteller ist einfach und gut durchzuführen? Kurzbeurteilung					