

1 Ziel

- Übersicht über die im Haus verfügbaren Flächen-, Hände-, und Instrumenten-Desinfektionsmittel
- korrekte Desinfektion von Flächen; korrekte Anwendung der Desinfektionsmittel entsprechend der Erreger

2 Fachliche & Gesetzliche Grundlagen

- Desinfektionsplan ([Hände](#), [Flächen](#)); dort finden Sie Angaben zu den benötigten Konzentrationen der Mittel
- KRINKO Empfehlung „Anforderung an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“
- Liste der vom Robert- Koch- Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und –verfahren
- Liste der geprüften Desinfektionsmittel nach VAH e.V.

3 Festlegungen / Maßnahmen

1. Händedesinfektion: Wirkstoff: Alkohol in unterschiedlicher Konzentration

Name	Hersteller	Anwendung
A. Wirksamkeit: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid		
Sterillium classic pure	Bode	○ Alltag; ○ begrenzt viruzid: → behüllte Viren wie Covid 19, Influenza, HIV, Hepatitis B, D, C, Herpes, Cytomegalie (CMV), Varizella-Zoster (VZV) Einwirkzeit (EWZ) von 30 Sekunden ○ TBC → bei Kontamination: EWZ 2 x 30 Sekunden
Softa man	Braun	
Skinman soft	Ecolab	
Desmanol care	Schülke	
B. Wirksamkeit zusätzlich begrenzt viruzid plus		
Sterillium med	Bode	Unbehüllte Viren wie Noro-, Rota-, Adenoviren EWZ 60 sec.
Sterillium classic pure		
C. Wirksamkeit zusätzlich viruzid → zu beziehen über PO25 (Flur PSA Schrank) & PC81/82		
Softa man acute	Braun	Unbehüllte Viren wie Hepatitis A & E, Ringelröteln, Rhinoviren, Humanes Papillomavirus (HPV, Feigwarzen), Hand-Fuß-Mund-Krankheit, Noro-, Rota-, Adenoviren

Standzeit von Händedesinfektionsmitteln nach Anbruch:

In „Eurospender 1“: 6 Monate → auf Plakette markieren 	In anderen Spendern: 12 Monate → auf Plakette markieren  Dosierpumpe nur einmal verwenden! Bei Flaschenwechsel verwerfen. Bestellnummer Einmaldosierpumpe im Fertigvorrat: 218873	Die Spender müssen sich hierfür in einem einwandfreien hygienischen Zustand befinden und evt. Produktreste dürfen neue Ware nicht kontaminieren. Ein Umfüllen in andere Gebinde ist aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen zu unterlassen. Ebenso besteht das Risiko durch Keimübertragung und Vermischen mit Produktresten. Die Kennzeichnung der Haltbarkeit nach Anbruch liegt in der Verantwortung des Anwenders. Diese erfolgt mittels Aufkleber mit dem Aufdruck 6 bzw. 12 Monate. Der Monat des Anbruches ist nach oben zu kleben.
---	---	--

Haut-/ Hände- Reinigungsprodukte (Waschlotionen) und Haut-/ Hände- Pflegeprodukte (Präparate hier nicht aufgeführt) → Haltbarkeit nach Anbruch i.d.R. 12 Monat

2. Hautdesinfektion

Name	Wirkstoff	Hersteller
Kodan farblos/ gefärbt	Alkohol, Phenolderivat	Schülke
Cutasept farblos/ gefärbt	Alkohol	Bode
Chloraprep	Alkohol, Chlorhexidinbis	BD
Braunoderm	Alkohol	B. Braun

3. Schleimhautdesinfektion / Desinfektion nicht intakter Haut

Name	Wirkstoff	Hersteller
Octenisept	Octenidin, Phenoxyethanol	Schülke
Braunol	Povidon Jod	Braun
Serasept	Polihexanid	Serag-Wiessner
Lavanox	Natriumhypochlorid	Serag-Wiessner

4. Haut und Haardekontamination bei MRSA

Name	Wirkstoff	Hersteller
Decontaman Waschlotion	Chlorhexidindigluconat	Dr. Schumacher
Decontaman Wipes Einmalwaschtücher	Chlorhexidindigluconat	Dr. Schumacher
Decontaman Cap Haarwaschhaube	Chlorhexidindigluconat	Dr. Schumacher
ProntOral Mundspüllösung	Polihexanid, Betain	B. Braun

5. Flächendesinfektion: Konzentrate

Name	Wirkbereich		Wirkstoff	Hersteller	Standzeit	Einsatz
Dismozon plus	Viruzid**	sporizid**	Magnesium monoperoxyphthalat, Hexahydrat	Bode	8 Std. nach Ansetzen der Lsg.*	alle Bereiche
	mycobakterizid**					
Incidin Pro 0,5%	begrenzt viruzid		Quaternäre Verbindung	Ecolab	Max. 24h*	alle Bereiche
Incidin Pro 2%	begrenzt viruzid plus		Quaternäre Verbindung	Ecolab	Max. 24h*	alle Bereiche
Descogen liquid	Viruzid**	sporizid**	Peroxidverbindung	Antiseptica	Max. 24h*	Labor, PC 81/ 82
Mikro-Quat extra			Quaternäre Verbindung	Ecolab		Küche, Geschirrspülen
Perform advanced alcohol EP			Alkohol	Schülke		Zytostase
Perform sterile alcohol			Alkohol	Schülke		Zytostase
Alkohol 70%			Alkohol	Fischar		AEMP, TUR, Apotheke
Hexaquart S neutral			Quaternäre Verbindung	Spitzner		Physikalische Therapie

* bezieht sich auf die Zeit nach dem Ansetzen der Lösung. ** je nach Konzentration

6. Flächendesinfektion: gebrauchsfertige Produkte

Name	Wirkbereich		Wirkstoff	Hersteller	Standzeit nach Anbruch	Einsatz
Meliseptol-Tücher HBV	begrenzt viruzid		Alkohol	Braun	3 Monate → auf Plakette markieren	alle Bereiche
Bacillol 30	begrenzt viruzid	begrenzt viruzid plus	Ethanol, Propanol, N-Alkylaminopropylglycin	Bode	3 Monate → auf Plakette markieren	alle Bereiche
Mikrobac virucidal	viruzid		Benzyl-C12-18alkyldimethyl ammoniumchlorid, Didecyldimethyl-ammoniumchlorid alkoholfrei	Bode	4 Wochen → auf Plakette markieren	Stationen Ultraschallgeräte
Cleanisept wipes forte	viruzid		Quaternäre Verbindung alkoholfrei	Dr. Schumacher	28 Tage → auf Plakette markieren	Ultraschallgeräte (vaginal & rektal)
Tristel Trio/Duo	viruzid	sporizid	Chlordioxid	Tristel	Siehe Verfallsdatum	TEE- Sonden HNO-Optiken
Klerwipe 30/70			Alkohol	Ecolab		Zytostase
Klerwipe Sporicidal			Low Residue Peroxide	Ecolab		Zytostase

7. manuelle Aufbereitung Instrumente

Name	Wirkstoff	Hersteller	Einsatz
Gigasept FF neu	Aldehyd, Aldehydabspalter	Schülke	Stationen, AEMP, TUR, Entsorgung
neodisher MediZym	Reiniger	Dr. Weigert	AEMP
neodisher endo DIS active	Peressigsäure	Dr. Weigert	AEMP, Endoskopie, Bronchoskopie
neodisher Septo fin	Glutaral	Dr. Weigert	AEMP
Bomix plus	Quaternäre Verbindung	Bode	Endoskopie, Bronchoskopie
Gigasept PAA	Peroxidverbindung	Schülke	Focal one

8. Maschinelle Aufbereitung chemisch-thermisch

Name	Wirkstoff	Hersteller	Einsatz
neodisher MediClean forte	Quaternäre Verbindungen (Alkohol)	Dr. Weigert	Labor, AEMP
neodisher LaboClean A 8	Reiniger	Dr. Weigert	Labor
neodisher endoSEPT GA	Glutaraldehyd, QAV	Dr. Weigert	AEMP, ITS, OP
neodisher Alka 280	Reiniger	Dr. Weigert	Geschirrspülen, Wagenwaschanlage
neodisher D 20	Reinigungsverstärker mit Aktivchlor	Dr. Weigert	Geschirrspülen
neodisher TN	Nach-/ Klarspüler	Dr. Weigert	Wagenwaschanlage Geschirrspülen Bettenaufbereitung
neodisher MediZym	Reiniger	Dr. Weigert	AEMP, Großraum-RDG
neodisher Dekonta AF	Reiniger und Desinfektion	Dr. Weigert	AEMP, Großraum-RDG
neodisher Mediklar	Nachspüler	Dr. Weigert	AEMP, Großraum-RDG
Korsolex- Endo- Cleaner	Reiniger	Bode	Endoskopie
Korsolex- Endo- Desinfektant	Aldehyd	Bode	Endoskopie