

Bieterfragen 04-2026\_Mammographie Stand 31.07.226

| Lfd.Nr. | Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwort                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p>31.07.2026</p> <p>Gehen wir Recht in der Annahme, dass ein externes System zur Präparate Diagnostik, die alle geforderten Spezifikationen (eingespannte Brust etc.) erfüllt., dass bis 2028 eingesetzt wird nicht zum Ausschluss führt. Das Mammographie System kann ab dem Jahr 2028 ohne Umbau mit der gewünschten integrierten Präparate Diagnostik aufgerüstet werden.</p> | <p>31.07.2026</p> <p>Nein, das angebotene Mammographie-System muss schon bei Auslieferung über eine eingebaute Präparate-Diagnostik-Einrichtung verfügen.</p> |