

Lfd.Nr.	Frage	Antwort
1	31.07.2026 Gehen wir Recht in der Annahme, dass ein externes System zur Präparate Diagnostik, die alle geforderten Spezifikationen (eingespannte Brust etc.) erfüllt., dass bis 2028 eingesetzt wird nicht zum Ausschluss führt. Das Mammographie System kann ab dem Jahr 2028 ohne Umbau mit der gewünschten integrierten Präparate Diagnostik aufgerüstet werden.	31.07.2026 Nein, das angebotene Mammographie-System muss schon bei Auslieferung über eine eingebaute Präparate-Diagnostik-Einrichtung verfügen.
2	04.08.2026 Den Ausschreibungsunterlagen liegt das Dokument "Anlage 15_ADV-Vertrag" bei. Gehen wir recht in der Annahme, dass bestehende Vereinbarungen an die Stelle des Templates treten können? Bitte bestätigen Sie diese Annahme.	06.08.2026 Bestehende AV-Verträge können weiterverwendet werden, solange diese noch den aktuellen rechtlichen Vorgaben entsprechen. Dies kann im Fall des Zuschlags individuell geprüft werden.