




IFOS Inertgas-Transfer


Transportkoffer und Probenhalter zur Übergabe






Die Größe dieser beiden Platten ist für das geplante neue FIB-System noch in gewissen Bereichen
(Verkleinerung der Länge und/oder auch Breite) anpassbar.







Übergabe der Probenplatte durch einen Dreh- Drück-Mechanismus




Fotos des Transportkoffers und der Übergangventils





Der Transferstab erlaub eine Einschublänge von mindestens ca. 50cm



Das Übergangsventil
erfordert eine Anpassung
auf einen DN40-CF Flansch