

Ausschreibungsnummer: VSG-SEK-2025-42

Testzeitraum: 6 Wochen, von xxx bis xxx

Ergebnis des Qualitätstests		Kontinuierliches Dialysegerät
Bewertungskalen:		
sehr gut =	5 Punkte	
gut =	4 Punkte	
befriedigend =	3 Punkte	
ausreichend =	2 Punkte	(zugleich Qualitätsuntergrenze)
mangelhaft =	1 Punkt	
Daten zum Testprodukt		
Produkt:	Dialysegerät	
Gerätemodell	xxx	
Lieferant:	xxx	
Entscheidungsgremium		
Vivantes Medical Board für Nephrologie		
Name der/-s Testenden (leserlich):		
Name der/-s Testenden (leserlich):		
Name der/-s Testenden (leserlich):		
1. Beweglichkeit und Ergonomie des Gerätes		
(Wie ergonomisch ist die Handhabung, leicht zu fahrendes Gerät von einem Aufstellungsort an einen anderen Aufstellungsort)		
Qualitätsnote	Punkte	Begründung der Bewertung
sehr gut		
gut		
befriedigend		
ausreichend		
(zugleich Qualitätsuntergrenze)		
mangelhaft		
	0	
2. Bedienungsphilosophie		
(Intuitive Bedienoberfläche, Einfache und strukturierte Menüführung, Positionierung des Bildschirms, Kabelhalterung)		
Qualitätsnote	Punkte	Begründung der Bewertung
sehr gut		
gut		
befriedigend		
ausreichend		
(zugleich Qualitätsuntergrenze)		
mangelhaft		
	0	
3. Effizienz, Patientensicherheit		
(Einfache und schnelle Therapieunterbrechung/-beendigung des Gerätesystems)		
Qualitätsnote	Punkte	Begründung der Bewertung
sehr gut		
gut		
befriedigend		
ausreichend		
(zugleich Qualitätsuntergrenze)		
mangelhaft		
	0	
4. Hygiene und Reinigung		
(Kann das Gerät problemlos mit Reinigungstüchern / vorgegebenen Reinigungsmitteln gereinigt werden? Gute Wischdesinfizierbarkeit der Oberflächen des Dialysegerätes)		
Qualitätsnote	Punkte	Begründung der Bewertung
sehr gut		
gut		
befriedigend		
ausreichend		
(zugleich Qualitätsuntergrenze)		
mangelhaft		
	0	

Gerätetestung im Rahmen der Ausschreibung für Kauf und Lieferung von kontinuierlichen Hämodialysegeräten und den dazugehörigen Verbrauchsmaterialien

Ausschreibungsnummer: VSG-SEK-2025-42
 Testzeitraum: 6 Wochen, von xxx bis xxx

Ergebnis des Qualitätstests		Kontinuierliches Dialysegerät
5. Geschwindigkeit und Anwenderfreundlichkeit des Füllprozesses		
(Aufbau des Gerätes, Rüstung des Gerätes mit Verbrauchsmaterialien, zügige Geräteinbetriebnahme bis zur Einsatzbereitschaft)		
Qualitätsnote	Punkte	Begründung der Bewertung
sehr gut		
gut		
befriedigend		
ausreichend		
(zugleich Qualitätsuntergrenze)		
mangelhaft		
	0	
6. Handhabung der Verbrauchsmaterialien		
(die Produkte sind leicht zu öffnen, gut zu handhaben, es keine Verwechslungsgefahr mit ähnlichen Verpackungen, Kennzeichnung gut lesbar, wichtige Informationen sind auf der Verpackung vorhanden etc.)		
Qualitätsnote	Punkte	Begründung der Bewertung
sehr gut		
gut		
befriedigend		
ausreichend		
(zugleich Qualitätsuntergrenze)		
mangelhaft		
	0	
7. Alarmmanagement		
(Fehlerhäufigkeit, Fehlerbehebung, Häufigkeit von Fehlalarmen, die nicht anwenderseitig und patientenbedingt entstehen)		
Qualitätsnote	Punkte	Begründung der Bewertung
sehr gut		
gut		
befriedigend		
ausreichend		
(zugleich Qualitätsuntergrenze)		
mangelhaft		
	0	
Gesamtpunktzahl:	0	