

Vorhaben: Wartung von Laborgeräten, Los°8a – Photometer (25_EU_019_8a),
Version 1

B. Leistungsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|---|---|
| I. | Vertragspartner | 2 |
| II. | Kalibrier- und Wartungsgegenstand | 2 |
| III. | Leistungen des Auftragnehmers | 2 |

I. Vertragspartner

Der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) ist der Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand. Die neun gewerblichen Berufsgenossenschaften sind nach Branchen orientiert. Die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand gliedern sich in 16 Unfallkassen, drei Gemeindeunfallversicherungsverbände, vier Feuerwehr-Unfallkassen sowie die Unfallversicherung Bund und Bahn.

Der Verband nimmt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder wahr und fördert deren Aufgaben zum Wohl der Versicherten und Unternehmen. Er vertritt die gesetzliche Unfallversicherung gegenüber Politik, Bundes-, Landes-, europäischen und sonstigen nationalen und internationalen Institutionen sowie Sozialpartnern.

II. Kalibrier- und Wartungsgegenstand

Gegenstand der Beschaffung ist die Kalibrierung und Wartung von Plattenphotometer des Herstellers Biotek.

- Plattenphotometer Firma Biotek ELx808 (Seriennummer: 135538)
 - Plattenphotometer Firma Biotek FLx800 (Seriennummer: 204641)
-

III. Leistungen des Auftragnehmers

Die Wartung erfolgt vor Ort beim Auftraggeber und umfasst für gewöhnlich:

- Überprüfen von Verschleißteilen, bei Bedarf werden diese ersetzt. Bei anfallenden Kosten muss mit dem Auftragnehmer Rücksprache gehalten und ein gesonderter Kostenvoranschlag erstellt werden.
 - Funktions- und Sicherheitsüberprüfung
 - Kalibrierung
 - Reinigung und Testläufe
 - Reinigung von freiliegenden Oberflächen und der Innenseiten der Geräte
 - Reinigung der optischen Sonden
 - Reinigung und Schmierung der Roboterkomponenten
 - Lampe auswechseln und Kontakte reinigen
 - Überprüfung und Reinigung der Wellenlängen-, Anregungs- und Emissions-Filter
 - Überprüfung der Systemspezifikationen mit zertifizierten Testmaterialien
 - Dokumentation der ausgeführten Tätigkeiten in einem Wartungs- und Kalibrierprotokoll
 - Erinnerungsservice: 6 Wochen vor dem Wartungstermin.
-

Vorhaben: Wartung von Laborgeräten, Los°8a – Photometer (25_EU_019_8a),
Version 1

Sofern der vereinbarte Wartungstermin nicht eingehalten werden kann, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber innerhalb von 2 Arbeitstagen und stimmt die weitere Vorgehensweise ab.

IV. Änderung der Geräteliste

Nimmt der AG Geräte außer Betrieb, so entfällt die Verpflichtung zur Wartung + Kalibrierung. Werden neue Geräte angeschafft, prüft der AG zusammen mit dem AN, ob eine Wartung + Kalibrierung möglich ist. Wird dies positiv beschieden, werden die Geräte Vertragsbestandteil. Es gelten die Regelungen des Vertrages.