

## B. Leistungsbeschreibung

---

### Inhaltsverzeichnis

I.	Vertragspartner .....	2
II.	Wartungsgegenstand .....	2
III.	Leistungen des Auftragnehmers.....	2

## **I. Vertragspartner**

Der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) ist der Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand. Die neun gewerblichen Berufsgenossenschaften sind nach Branchen orientiert. Die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand gliedern sich in 16 Unfallkassen, drei Gemeindeunfallversicherungsverbände, vier Feuerwehr-Unfallkassen sowie die Unfallversicherung Bund und Bahn.

Der Verband nimmt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder wahr und fördert deren Aufgaben zum Wohl der Versicherten und Unternehmen. Er vertritt die gesetzliche Unfallversicherung gegenüber Politik, Bundes-, Landes-, europäischen und sonstigen nationalen und internationalen Institutionen sowie Sozialpartnern.

---

## **II. Wartungsgegenstand**

Gegenstand der Beschaffung ist die Wartung von Mikroskopen gemäß der folgenden Auflistung:

- Leica DM RP
  - Leica MS 5
  - Leica DM 6000 B
  - Leica DM 2000
  - Leica Laborlux S
  - Leica Metalloplan
  - Zeiss Axio Lab.A1
  - Leica Wild M3C
  - Keyence VHX 6000
- 

## **III. Leistungen des Auftragnehmers**

Die Wartung erfolgt vor Ort beim Auftraggeber und umfasst grundsätzlich:

- Mechanische Teile: überprüfen, soweit erforderlich zerlegen und reinigen, nachjustieren.
  - Optik-Teile: überprüfen und reinigen, falls erforderlich Strahlengänge nach Herstellervorschriften justieren.
  - Firmware: Aktualisierung der gerätespezifischen Firmware auf die neueste verfügbare Version, falls erforderlich werden nach Rücksprache mit dem Auftraggeber und Erstellung eines separaten Kostenvoranschlags durchgeführt
  - Softwareupdates werden nach Rücksprache mit dem Auftraggeber und Erstellung eines separaten Kostenvoranschlags durchgeführt.
  - Elektronik-Komponenten: Abgleiche nach Herstellervorschriften durchführen.
  - Erinnerungsservice: 6 Wochen vor dem Wartungstermin.
-

Vorhaben: Wartung von Laborgeräten, Los°6a – Mikroskope (25\_EU\_019\_6a), Version 1

Sofern der vereinbarte Wartungstermin nicht eingehalten werden kann, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber innerhalb von 2 Arbeitstagen und stimmt die weitere Vorgehensweise ab.