

Eignungs- und Wertungsgrundlage

Vergabenummer DzV-3075	Maßnahmenummer
Maßnahme Beschaffung eines Multiplex-PCR-Analysegeräts für das Labor der BG-Klinik Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH	
Leistung/CPV 38432000-2 (Analysegeräte); 38950000-9 (Polymerase Kettenreaktion / PCR)	

1. Eignung

1.1. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

a) Handelsregistrauszug

Mit dem Angebot ist ein aktueller Nachweis über die erlaubte Berufsausübung, je nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Unternehmen ansässig ist, entweder über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister dieses Staates (in nicht beglaubigter Kopie) oder durch Nachweis auf andere Weise. Vorgenannte Unterlagen dürfen im Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als 6 Monate sein.

1.2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

a) Betriebshaftpflichtversicherung

Mit dem Angebot ist ein, zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe, gültiger Versicherungsnachweis der Betriebshaftpflichtversicherung einzureichen oder die Zusage auf Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung im Falle einer Auftragserteilung. Die Betriebshaftpflichtversicherung muss die nachstehenden Deckungssummen umfassen:

Deckungssumme für Personenschäden: 1.000.000,00 €

Deckungssumme für Sachschäden: 1.000.000,00 €

2. Wertung

2.1. Wertungskriterien

Im Rahmen der Angebotswertung wird das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf den günstigsten Preis im Verhältnis zu der qualitativ höchsten Leistung ermittelt. Die nachstehenden Wertungskriterien werden für die Bewertung der Hauptangebote angewendet:

Wertungskriterien					
Zuschlagskriterium (1. Ebene)	Gewichtung in % (1. Ebene)	Unterkriterium (2. Ebene)	Gewichtung in % (2. Ebene)	Anteil am Gesamtge- wicht in %	Max. erreich- bare Punkte
1. Preis Leistungsgegen- stand	70,00 %			70,00 %	70,00
2. Qualität Erfüllungsgrad Leistungsverzeichnis	30,00 %			30,00 %	30,00
Summe:	100,00 %			100,00 %	100,00

2.2. Wertungsmethode

Es gelangen nur diejenigen Angebote in die Wertungsphase, die sämtliche Anforderungen nach diesen Vergabeunterlagen erfüllen. Für die preisliche Bewertung wird stets der Preis (in EUR) inkl. Umsatzsteuer abzgl. Rabatt und Skonto bewertet. Im Falle eines Punktegleichstands wird der Zuschlag jenem Bieter erteilt, dessen Angebot im Zuschlagskriterium 2. Qualität der Leistung die höhere Leistungspunktzahl erhalten hat.

Bei der Bewertung nach dem Zuschlagskriterium 1 „Preis Leistungsgegenstand“, wird der bewertete Gesamtpreis des Angebots gemäß nachstehender Wertungsformel in Preispunkte umgerechnet:

$$\sum \left(\left(\frac{\text{günstigster Gesamtpreis aller Angebote}}{\text{zu bewertender Gesamtpreis}} \right) \times 100 \right) \times 70,00 \% = \text{Preispunkte}$$

Bei der Bewertung nach den Zuschlagskriterien „2. Qualität Erfüllungsgrad Leistungsverzeichnis“ erfolgt eine qualitative Bewertung unter Anwendung eines Punktesystems zur Ermittlung von Leistungspunkten. Die Formel zur Ermittlung der Leistungspunkte lautet:

$$\sum \left(\left(\frac{\text{Erreichte LP gemäß LV}}{\text{Maximal zu erreichende LP gemäß LV}} \right) \times 100 \right) \times 30,00 \% = \text{Leistungspunkte}$$

Bei Punktegleichstand von mehreren Bietern auf Platz 1 entscheidet ein Losverfahren über die Beauftragung. Den Zuschlag erhält das ausgeloste Angebot. Eine mögliche Auslosung findet unter Anwesenheit von mindestens drei, maximal fünf Vertretern des Auftraggebers statt.

2.3. Bewertung nach dem Zuschlagskriterium „Qualität Erfüllungsgrad Leistungsverzeichnis“

Die Bewertung im Zuschlagskriterium „Qualität Erfüllungsgrad Leistungsverzeichnis“ erfolgt auf Basis der Angaben im Leistungsverzeichnis. Hierbei werden für die einzelnen Wertungspositionen (im LV mit W als Art des Kriteriums ausgewiesen) gemäß nachstehender Tabelle Punkte vergeben:

Pos. LV	Bezeichnung	Informationstext
1.1.f.	Herstellergarantie in Monaten	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung der Herstellergarantie beträgt 12 Monate. Eine Übererfüllung wird positiv bewertet. Herstellergarantie in Monaten: ab 12 Monaten = 10 Leistungspunkte ab 24 Monaten = 20 Leistungspunkte ab 36 Monaten = 30 Leistungspunkte ab 48 Monaten = 40 Leistungspunkte ab 60 Monaten = 50 Leistungspunkte
1.1.g.	Verfügbarkeit der Ersatzteile in Jahren	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen beträgt 5 Jahre. Eine Übererfüllung wird positiv bewertet. Verfügbarkeit von Ersatzteilen in Jahren: ab 5 Jahren = 10 Leistungspunkte ab 6 Jahren = 20 Leistungspunkte ab 7 Jahren = 30 Leistungspunkte ab 8 Jahren = 40 Leistungspunkte ab 9 Jahren = 50 Leistungspunkte ab 10 Jahren = 60 Leistungspunkte

1.2.b.	Touchscreen-Technologie	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Display mit Touchscreen" muss erfüllt sein. Die kapazitive Touchscreen-Technologie hierbei aus Gründen der Bedienbarkeit, der Bildqualität und der Langlebigkeit besser bewertet. Touchscreen-Technologie: resistiver Touch = 10 Leistungspunkte kapazitiver Touch = 20 Leistungspunkte
1.2.c.	Bildschirmdiagonale in Zoll	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Display mit Touchscreen" muss erfüllt sein. Als Mindestanforderung für die Bildschirmdiagonale des Displays setzt der Auftraggeber 7 Zoll. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, der Bedienbarkeit, der Bildqualität und der Darstellung von Informationen wird eine größere Bildschirmdiagonale besser bewertet. Bildschirmdiagonale in Zoll: ab 7 Zoll = 10 Leistungspunkte ab 9 Zoll = 20 Leistungspunkte ab 10 Zoll = 30 Leistungspunkte
1.2.f.	Arbeitsspeicher in GB	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung, des im Analysegerät verbauten Arbeitsspeicher beträgt 8 GB. Um einen zuverlässig flüssigen Arbeitsbetrieb des Geräts zu gewährleisten, legt der Auftraggeber diese Mindestanforderung fest. Eine Übererfüllung wird positiv bewertet. Arbeitsspeicher in GB: 8 GB = 10 Leistungspunkte 16 GB = 20 Leistungspunkte 32 GB = 30 Leistungspunkte über 32 GB = 40 Leistungspunkte
1.2.g.	Festplattenspeicher in GB	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung, des im Analysegerät verbauten Festplattenspeichers beträgt 256 GB. Um einen zuverlässig flüssigen Arbeitsbetrieb des Geräts zu gewährleisten, legt der Auftraggeber diese Mindestanforderung fest. Eine Übererfüllung wird positiv bewertet. Festplattenspeicher in GB: 256 GB = 10 Leistungspunkte 516 GB = 20 Leistungspunkte über 516 GB = 30 Leistungspunkte
1.3.o.	Panel für Blutkultur-Identifikation	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Panel für Meningitis/Enzephalitis" und "Panel für Respiratorische Diagnostik" muss erfüllt sein. Die Verfügbarkeit von weiteren syndromspezifischen Panels wird positiv bewertet.
1.3.p.	Panel für Gastrointestinale Diagnostik	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Panel für Meningitis/Enzephalitis" und "Panel für Respiratorische Diagnostik" muss erfüllt sein. Die Verfügbarkeit von weiteren syndromspezifischen Panels wird positiv bewertet.
1.3.q.	Panel für Gelenkinfektionen	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Panel für Meningitis/Enzephalitis" und "Panel für Respiratorische Diagnostik" muss erfüllt sein. Die Verfügbarkeit von weiteren syndromspezifischen Panels wird positiv bewertet.
1.3.r.	Panel für Pneumonie	Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Panel für Meningitis/Enzephalitis" und "Panel für Respiratorische Diagnostik" muss erfüllt sein. Die Verfügbarkeit von weiteren syndromspezifischen Panels wird positiv bewertet.