

Inhaltsverzeichnis

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau	2
02	Bereich	Projektbezogene Informationen UKD Haus 46	10
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel	12
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis	12
03.02	Abschnitt	Normen und Richtlinien	14
03.03	Abschnitt	Qualitätssicherung	15
03.04	Abschnitt	Abzugebende Unterlagen	16
03.05	Abschnitt	Auftragsabwicklung	16
03.06	Abschnitt	Eintransport	18
03.07	Abschnitt	Lieferung und Montage	18
03.08	Abschnitt	Inbetriebnahme	20
03.09	Abschnitt	Abnahme	20
03.10	Abschnitt	Einweisung und Schulung	21
04	Bereich	Positionsteil	21
04.01	Abschnitt	Positionen	21
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	75

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Bereich Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau			
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUR BAUSTELLE ZFSG BAU ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUR BAUSTELLE ZFSG I.1. BAUVORHABEN UND LAGE DER BAUSTELLE IM ÜBERBLICK: Neubau Zentrum für seelische Gesundheit, Zentrum für gesundes Altern und Labordiagnostisches Zentrum UKD 1.1 Vorhaben: Das Universitätsklinikum Dresden plant einen Neubau mit folgenden Hauptnutzungen: - psychiatrische Kliniken - Altersforschungszentrum / Zentrum für Gesundes Altern - Studienzentrum für klinische Forschung / ECTU - labordiagnostisches Zentrum - Tiefgarage für PKW Besucher und Personal in zentraler Lage im Hauptcampus des Klinikumsgeländes inmitten in Betrieb befindlicher, genutzter Gebäude mit teilweise hochsensiblen Nutzungen. Errichtung eine mehrgeschossigen, gegliederten Baukörpers im Massivbauweise, tragende Stahlbetonwände, -stützen und -decken sowie vertikal orientierter Lochfassade in Klinkeroptik als Wärmedämmverbundsystem. Gestaffelter Baukörper mit 3 offenen Innenhöfen. Bauliche Anbindung an Bestandsbauten über Brückenbauwerk und unterirdische Versorgungsbauwerke (Kollektoren). Nichttragender Ausbau mit Leichtbaustoffen und spezifischen Ausbausystemen. 1.2 Lage im Klinikcampus: Der Standort des geplanten Gebäudes befindet sich auf dem Flurstück 105/a auf dem Campus des Uniklinikums Dresden. Westlich befinden sich die Gebäude 53 und 81. Östlich verläuft die Fiedlerstraße. Die zu bebauende Fläche wurde nach Abriss des früheren Hauses 46 größtenteils als Parkplatz genutzt. Die Baustelle ist allseitig vom Campus des Universitätsklinikums Dresden umschlossen. Nördlich befindet sich unmittelbar hinter der dauerhaft in Betrieb verbleibenden Erschließungsstraße das Großgebäude des Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrums (Haus 27, DINZ), im Osten hinter der Fiedlerstraße die Poliklinik für Zahnerhaltung, (Haus 28), im Süden hinter der Grünfläche das UKD-Parkhaus und im Westen unmittelbar angrenzend die Häuser 53/81 an der zentralen Klinikachse. Auf die lärm- und erschütterungssensiblen Nutzungen der Gebäude im Norden, Osten und Westen ist dementsprechend			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	besonders Rücksicht zu nehmen. 1.3 Zufahrt/Zugänge: Öffentliche und klinikinterne befestigte Straßen bis zum unmittelbaren Baufeld. Hauptzufahrt von Osten über die Mildred-Scheel-Straße und neu geschaffener Querstraße innerhalb des Klinikgeländes nach detailliertem Baulogistikkonzept und aufgrund der weiteren im Umfeld parallel erfolgenden Baumaßnahmen über die Gesamtbauzeit mit mehrfach im Umfeld wechselnden Zu- und Abfahrtswegen sowie gesonderten Vorkehrungen für Großtransporte. Die aktuellen Verkehrsregelungen werden im Rahmen der regelmäßigen Bauberatungen rechtzeitig präzisiert und vorgegeben. Abweichungen sind dem AG/OÜ mit zeitlichem Vorlauf anzuzeigen und freigeben zu lassen. Dabei sind die im BE Plan ausgewiesenen Sperrflächen zu berücksichtigen. Der in der Baustellenzufahrt liegende Zufahrtsbereich für die Feuerwehr ist ständig freizuhalten. Über die zugewiesenen Flächen hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. Unzulässiger Fahrverkehr und Parken innerhalb des Klinikgeländes ist untersagt und wird gegenüber den Verursachern durchgesetzt. 1.4 Parken: Parkplätze für die Arbeitnehmer des Auftragnehmers stehen auf dem gesamten Gelände des Klinikums sowie auf dem Baugelände nicht zur Verfügung. Fahrzeuge des AN dürfen sich nur kurzzeitig zum Be- und Entladen auf dem Gelände des UKD bzw. auf dem Gelände der Baustelle aufhalten. Es dürfen keine Fahrzeuge im gesamten Gelände des Klinikums, sowie im Baustellenbereich, zum "Warten" bzw. als "Lenkzeitpausen" geparkt werden. Widerrechtlich abgestellt Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Der Auftraggeber hat das Recht, nicht berechnete Kraftfahrzeuge kostenpflichtig auf Gefahr und zu Lasten des Auftragnehmers abschleppen zu lassen, dem die Fahrzeuge zuzuordnen sind. 1.5 Arbeitszeiten: Die Liefer- und Bauleistungen dürfen nur in der Zeit von Montag bis Sonnabends von 7:00 - 20:00 durchgeführt werden. Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 12:00 - 14:00 (Mitagsruhe im UKD) zu vermeiden. 1.6 Nachbarn: Auf die Nutzer und Patienten angrenzenden Klinikgebäude ist			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bei den Arbeiten insbesondere hinsichtlich Lärm- und Staubentwicklung Rücksicht zu nehmen um daraus resultierende Belästigungen zu reduzieren. Lärmintensive Arbeiten, insbesondere für restliche Erd- und Tiefbauarbeiten sowie Verdichtungsarbeiten mit schwerem Gerät sind min. 5 Werktage im voraus bei AG schriftlich anzuzeigen, um entsprechende klinikinterne Organisationsmaßnahmen zu ermöglichen. Die Freigabe der angezeigten Arbeiten erfolgt spätestens 3 Werktage vor Leistungsbeginn. Mit Beginn der Erdarbeiten sind die erforderlichen Maßnahmen zum Staubschutz sicherzustellen. Aufwendungen für diese Schutzmaßnahmen sind in die EP mit einzukalkulieren. Kreissägen und vergleichbar lärmintensive Geräte sind bei Dauerbetrieb einzuhausen. Motoren sind in Stillstandszeiten abzustellen. Staubb förmige Immisionen sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. anfeuchten) zu minimieren. I.2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ORGANISATION 2.1 Baustelleneinrichtung: Die übergeordnete Einrichtung der BE-Fläche, wie Bauzaunstellung mit 2 Toren, zentrale Containeranlage mit Baubesprechungs- und Objektüberwachungscontainer, Verkehrswegebeleuchtung sowie Sanitärcontainer erfolgt durch einen gesonderten AN. Alle Angaben siehe beiliegender BE-Plan, weitere Detaillierung in gemeinsamer Abstimmung zwischen AG/OÜ und den einzelnen ANs. Der Betrieb des Sanitärcontainers wird durch den AG mit Leistungsbeginn des AN organisiert. Die Verlängerung der bereitgestellten Medien Bauwasser und -strom bis zum Einsatzort der eigenen Leistungs und die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Im Zuge des Baufortschritts werden durch den anderen AN für Baustromversorgung weitere Standkästen sowie die Beleuchtung der Verkehrswege auf den Etagen ergänzt, nach gemeinsamer Abstimmung und Terminierung mit AG/OÜ. Die AN-seitigen Erfordernisse sind rechtzeitig mit 5 Werktagen Vorlauf schriftlich anzumelden. Sämtliche elektrische Anlagen sind nach den technischen Regelwerken einsatzbereit zu halten und in den Regelabständen zu prüfen. Durch den SiGeKo erfolgt die regelmäßige Prüfung und bei Erfordernis Außerbetriebsetzung. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bauzeitverlängerungen aufgrund von Abschaltung nicht zulässigen Gerätebetriebs gehen zu Lasten den AN einschl. allen Mehraufwands der Folgegewerke bis zum Fertigstellungstermin. 2.2 Anschlusswerte: Bauwasser/Baustrom: Zentrale Anschluss- und Einleitepunkte werden durch den AG in der Nähe des Baufelds (Entfernung Baugrubenrand <50m) bereitgestellt. 2.3 Örtliche Randbedingungen Logistik 2.3.1 Klinikbetrieb Paralleler Fahr- und Laufverkehr durch Klinikpersonal und -logistik auf unmittelbar angrenzenden Fahr- und Fußwegen auf der Nord-, Ost- und Südseite des Baufelds. Auf der Westseite befinden sich 2 Bestandsgebäude in Nutzung, Häuser 53/81. Im gesamten Klinikgelände ist auf die Vorrangigkeit des Klinikverkehrs und der ortsunkundigen Besucher zu achten. Die Baustelle befindet sich in Nähe des klinikeigenen Hubschrauberlandeplatzes. Durch den AG wird nach gemeinsamer Abstimmung für die planmäßige Standzeit der Krane der betreffende Einflugsektor gesperrt. Darüber hinaus sei auf die besonderen Anforderungen aus Pkt. 10.16.8 der weiteren besonderen Vertragsbedingungen bei Kranbetrieb bzgl. unterbrechungsfreier Stromversorgung für Flugbefeuerung und sonstigen über die Firsthöhen der Nachbargebäude hinausgehenden Baugeräte bzw. Transportfälle hingewiesen und dann entsprechend zu berücksichtigen. 2.3.2 Baustellenlogistik Schließung und Sicherung der Baustelle werden durch den Wachdienst des AG übernommen. Als BE-Fläche (Transport- und Übergabezone, Lagerfläche Baumaterial sowie Materialcontainer) steht die Fliederstraße einschl. der bestehenden Parkbuchten zwischen Bestandskreisel und südlicher Baufeldgrenze in Abhängigkeit der Fortschreibung des AG eigenen Baulogistikkonzepts (siehe Anlage III) zur Verfügung. Weitere BE-Flächen für Mannschafts- und weitere Materialcontainer werden mit Fertigstellung eines östlich gelegenden Neubaus hinter dem Haus 28 innerhalb einer für mehrere Bauvorhaben des AG genutzten Fläche ab August 2021 zur Verfügung gestellt, Entfernung zur Baustelle ca. 150 m. Der Beginn und der Abschluß jeder einzelnen Teilleistung ist dem AG/OÜ rechtzeitig vorab anzuzeigen, insbesondere sämtliche Arbeiten mit Erschütterungs- und Vibrationsintensiven Leistungen (Verbau) zur AG-seitigen Organisation etwaiger			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stillstandszeiten in benachbarten Gebäuden (siehe auch Pkt. I.1.6). 2.5 Entsorgungen: entfällt 2.6 Abkürzungen: AG = Auftraggeber, Vertreter des Auftraggebers AN = Auftragnehmer BE = Baustelleneinrichtung B = Breite L = Länge H = Höhe T = Tiefe D = Dicke/Durchmesser R = Radius OK = Oberkante OKR/UKR = Ober-, Unterkante Rohbauteil BRH = Brüstungshöhe OKFFB = Oberkante Oberfläche Fertigfußboden OKG = Oberkante Gelände UKUHD = Unterkante Unterhangdecke; ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG - BAU ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG 3.2. Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV 3.2.1. Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer. Die beschriebenen Arbeiten werden parallel mit den Gewerken der technischen Gebäudeausstattung ausgeführt. 3.2.2. Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen. Da sich das Baufeld in unmittelbarer Nachbarschaft der Universitätsklinik Dresden und damit in der Nähe eines Hubschrauberlandeplatzes befindet, ist die Aufstellung von Baukränen (auch Mobilkränen) anmeldepflichtig. Siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen zu Formblatt - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	214, 10.16.8. 3.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben. Keine Angaben. 3.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, t. B. trittsichere Abdeckungen. Es sind präventiv alle Vorkehrungen gemäß Unfallverhütungsvorschrift zu treffen, um Personen vor Gefahren im Baustellenbereich zu schützen. Persönliche Schutzausrüstung aller am Bau Beschäftigten gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft wird vorausgesetzt. 3.2.5. Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Keine Angaben. 3.2.6. Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung. Siehe WBVB. Der AN hat alle für die eigenen Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Hebezeuge, Container u.ä. selbst mitzubringen. Firmenwerbung am Bauzaun ist nicht gestattet, jedoch kann dem AN auf Wunsch auf dem Bauschild des AG eine Werbefläche gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden. 3.2.7. Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten. Keine Angaben. 3.2.8. Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer. Bauseits steht ein Fassadengerüst zur Verfügung. Für einen eigenen Aufenthaltscontainer wird dem AN durch die OÜ auf der BE-Fläche ein Stellplatz zugewiesen. Lagerflächen stehen aufgrund der beengten Platzverhältnisse nur sehr beschränkt zur Verfügung, das Material ist im Wesentlichen arbeitstäglich anzuliefern. 3.2.9. Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Keine Angaben.			
	3.2.10. Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen. Alle einzubauenden Materialien müssen schadstofffrei und geeignet sein.			
	3.2.11. Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile. Siehe vor. Wenn nicht geregelte bzw. genormte Stoffe, Bauteile oder Bauprodukte verwendet werden sollen, sind eigenverantwortlich durch den AN die Verwendbarkeitsnachweise (auch Zustimmungen im Einzelfall) zu erbringen und rechtzeitig vor der geplanten Ausführung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Kosten für dieses Verfahren sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.			
	3.2.12. Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen. Bei der Lagerung von Druckgasflaschen auf der Baustelle sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft Bau einzuhalten.			
	3.2.13. Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise. Siehe Dokumentationsrichtlinie. Ansonsten nach den gesetzlichen Vorschriften. Tragende Stahlkonstruktionen und Schweißkonstruktionen für den bauaufsichtlichen Bereich dürfen nur von Unternehmen hergestellt werden, die nach DIN EN 1090 zertifiziert sind.			
	3.2.14. Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung zuzuführen sind. Die Beschaffenheit wieder einzubauender Stoffe analog 0.2.9 ist im Einzelfall abzustimmen.			
	3.2.15. Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten. Keine Angaben.			
	3.2.16. Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Keine Angaben.			
	3.2.17. In welchen Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt. Keine Angaben.			
	3.2.18. Leistungen für andere Unternehmer. Keine Angaben.			
	3.2.19. Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für Gebäudeautomation. Keine Angaben.			
	3.2.20. Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme. Der AN hat dem AG den Zugang zur Baustelle jederzeit zu ermöglichen. Andere auf der Baustelle tätige Firmen müssen in Teilen an durch den AN zu erbringende, noch nicht abgenommene Leistungen anschließen. Der AN hat dafür zu sorgen, dass seine eigene Leistung dadurch keinen Schaden nimmt und abnahmefähig bleibt. Wenn aus Sicht des AN dazu das Feststellen der Zustände von Teilleistungen erforderlich ist, ist das Verlangen rechtzeitig und begründet an den AG heranzutragen.			
	3.2.21. Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag.			
	3.2.22. Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen. Die Abrechnung hat ausschließlich anhand von Aufmaßplänen zu erfolgen. Das Aufmaß ist in Papier und digital zu übergeben. Handaufmaße sind nicht zugelassen. Aufmaße sind in Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu erfassen. Zu jedem Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf dem - Positionsmenge Gesamt-Soll, - Positionsmenge Gesamt-Ist, - Positionsmengenzuwachs zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet sind.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Alle Leistungen werden anhand der Ausführungs- und der geprüften Werkplanung abgerechnet. Die Aufmaße werden durch die OÜ des AG geprüft. Die Rechnungslegung durch den AN kann auf Basis vorher fertig geprüfter und ggf. korrigierter, von der OÜ des AG freigegebener Aufmaße erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen Aufmaßen und zugehörigen Rechnungen führt zur Zurückweisung. Auf Verlangen der OÜ des AG sind gemeinsame Aufmaß- bzw. Aufmaßdurchsprachetermine im Baubüro der OÜ des AG durchzuführen.				
Nur Textinformation - Bereich 01 Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau				
02 Bereich Projektbezogene Informationen UKD Haus 46				
Projektbezogene Informationen, Räumlichkeiten, Pläne Projektbezogene Informationen				
Installationszeitpunkt:				
Die Lieferung erfolgt nach den einzelnen Stationen/Bereichen. Folgende Termine sind einzuhalten:				
Lieferung frühestens ab 01.11.2026 und spätestens bis KW47 2026:				
• Verwaltung (Ebene 5) • Geriatrie (Ebene 3) • ZSG-TK1 (Ebene 2) • StäB (Ebene 0) • IKL/MiVi (Ebene 0 und 1) • Ambulanz (Ebene 0) • MVZ (Ebene 1) • Forensik (Ebene 5) • Casemanagement (Ebene 0) • Sonstige (Ebene -1 bis 5)				
Lieferung frühestens ab 01.11.2026 und spätestens bis KW1 2027:				
• PSY S1 (Ebene 0) • PSY S2 (Ebene 0) • PSY S4 (Ebene 2) • Manuelle Therapien (Ebene 3) • Sozialdienst (Ebene 2) • PSY S3 (Ebene 2)				
Lieferung frühestens ab 01.03.2027 und bis spätestens KW22				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
02	Bereich	Projektbezogene Informationen UKD Haus 46		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2027: • PSY-TK1 (Ebene 4) • ZSG-S1 (Ebene 4) • PSY-S5 (Ebene 2) Die Stationen werden in den jeweiligen Positionen genannt. Hinweis zu Hygieneanforderungen Für die hygienischen Anforderungen an die ausgeschriebenen Geräte bzw. Einrichtungen sind u.a. folgende Dokumente maßgebend: • Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) • TRBA 250 • Arbeitsstättenrichtlinie • Desinfektionsmittelliste des AG (Diese Liste wird als Anlage Vertragsbestandteil und ist zwingend einzuhalten!) Vorhandene Räumlichkeiten Dem LV beigegefügte Pläne: • Ausführungsplanung Haus 46 1. Untergeschoss bis 5. Obergeschoss im Maßstab 1:50 im PDF-Format, wird als Anlage 1B zur Verfügung gestellt. Plandatum: April 2026 Planbezeichnung: A_M_0046_U1_AP_100 A_M_0046_00_AP_200 A_M_0046_01_AP_300 A_M_0046_02_AP_400 A_M_0046_03_AP_500 A_M_0046_04_AP_600 A_M_0046_05_AP_700				
Nur Textinformation - Bereich 02 Projektbezogene Informationen UKD Haus 46				
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel		
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis		

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel		
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis LV = Leistungsverzeichnis AN = Auftragnehmer AG = Auftraggeber lfm = laufender Meter St = Stück psch = pauschal Maße und Gewichte Bei mit "ca." versehenen Maß- und Gewichtangaben ist eine Toleranz von +/- 5% bezogen auf den vorgegebenen Wert zulässig. Anlagen Anlagen Dem Bieter werden für die Angebotserstellung folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: • Leistungsverzeichnis • Grundriss • Liste Bieterangaben Datenaustausch nach GAEB Datenaustausch nach GAEB Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) über die Schnittstellen GAEB 90, GAEB 2000 oder GAEB DA XML. In den unterschiedlichen Bearbeitungsphasen sind folgende Dateiformate zu verwenden: • Angebotsabgabe als Datei *.D84, *.P84, *.X84 • Nachtragsangebote als Datei *.D86, *.P86, *.X86 • Aufmaßübergabe als Datei *.D11, *.D12 Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische - Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel		
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bauberechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen ist im Einzelfall zu vereinbaren. Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elektronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabepattform ausgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen. Achtung: alle GAEB-Dateien sind dem Auftraggeber zusätzlich als inhaltsgleiches Dokument im PDF-Format zu übermitteln. Zudem sind die in den "Hinweisen zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung" geforderten Unterlagen einzureichen (siehe hierzu auch Punkt 3.1. der Angebots- und Bewerbungsbedingungen VGS 20_2026). Konstruktive Richtigkeit Konstruktive Richtigkeit Der AN hat das LV auf konstruktive Richtigkeit zu überprüfen. Sofern ihm die ausgeschriebenen Positionen zur Funktionsfähigkeit seiner Anlagen nicht ausreichend erscheinen und Leistungen oder bauliche Maßnahmen zusätzlich erbracht werden müssen, die für die Montage und den Betrieb notwendig sind, so hat er in einer Bieteranfrage darauf hinzuweisen und die zusätzlichen Leistungen bei Angebotsabgabe ausdrücklich schriftlich anzugeben. Mindestanforderungen Mindestanforderungen Das LV stellt die Mindestanforderungen dar. Änderungen, Zusätze oder Streichungen im LV-Text sind nicht zulässig und führen, ebenso wie das Nichterfüllen von Mindestanforderungen, zum Ausschluss des Bieters.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel		
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Ergänzende Angaben durch den Bieter sind in folgender Anlage einzutragen: Liste Bieterangaben Bewertungssystem Bewertungssystem Es wird auf die "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung_VGS 20_2026" verwiesen. Die Angebotssumme umfasst den Angebotspreis der angebotenen Anlagen / Geräte.				
Nur Textinformation - Abschnitt 03.01 Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis				
03.02 Abschnitt Normen und Richtlinien				
Normen und Richtlinien für Medizinprodukte Normen und Richtlinien für Medizinprodukte Alle angebotenen Produkte und Komponenten sind zugelassen und entsprechen den Anforderungen der europäischen Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation (MDR)) sowie dem Medizinproduktegesetz (MPDG). Die in der MDR 2017/745 genannten Übergangsbestimmungen und Übergangsfristen, insb. Artikel 120 Abs. 2, haben Gültigkeit. Dies bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe zum Nachweis für die angebotenen Produkte gültige CE-Konformitäts-Erklärungen nach MDR 2017/745 oder nach der Richtlinie 93/42/EWG (MDD) entsprechend der Übergangsfristen dem Angebot beizulegen sind. Der AN verpflichtet sich entsprechende (auch dann) gültige CE-Konformitäts-Erklärungen für die angebotenen Medizinprodukte auch zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens, mithin dem Zeitpunkt der Leistungserbringung bis zu deren Abnahme (Gesamtleistung), vorlegen zu können.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel			
03.02	Abschnitt	Normen und Richtlinien			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Darüber hinaus ist die Einhaltung allgemeiner und produktspezifischer Normen durch ein Zertifikat eines international anerkannten, unabhängigen Prüfinstituts nachzuweisen. Es sind die jeweils gültigen Normen und Richtlinien in der neuesten Fassung anzuwenden. Normen und Richtlinien für Nicht-Medizinprodukte Normen und Richtlinien für Nicht-Medizinprodukte Es sind die entsprechenden Regeln der Technik, DIN-Normen, Richtlinien, etc. in ihrer jeweils neusten Fassung anzuwenden. Der Bieter ist verpflichtet, in seinem Angebot ausdrücklich darauf hinzuweisen, wenn die angebotene Leistungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen.					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.02					
Normen und Richtlinien					
03.03 Abschnitt Qualitätssicherung					
Qualitätssicherung Qualitätssicherung Die neuesten technisch ausgereiften Anlagen / Geräte und die neuste zugehörige Software sind anzubieten. Sofern im Zeitraum nach dem Ende der Angebotsfrist eine neue Geräte- / Produktgeneration verfügbar wird, welche die in den Vergabeunterlagen aufgeführten Anforderungen erfüllt, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber nach der Zuschlagserteilung darauf zeitnah hinzuweisen bzw. zu informieren. Der Auftraggeber ist in diesem Fall berechtigt, die entsprechende neue Geräte- / Produktgeneration anstatt des ursprünglich angebotenen Produktes / Gerätes abzufordern / zu beziehen; für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien zur Neuverhandlung im Hinblick auf den Preis. Der Bezug einer anderen Geräte- / Produktgeneration erfordert eine Vertragsänderung (siehe hierzu Vergabeunterlage "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung", Punkt "Schlussbestimmungen"). Es wird darauf hingewiesen, dass eine etwaig in diesem Zusammenhang sich ergebende Preiserhöhung nur tatsächlich gestiegene Kosten ausgleichen und nicht dazu dienen darf, dem Auftragnehmer einen zusätzlichen Gewinn zu verschaffen. Ferner muss sich eine etwaige Preiserhöhung im markt- / branchenüblichen Rahmen					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel			
03.03	Abschnitt	Qualitätssicherung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	bewegen; eine über die im Verkehr üblichen, preisrechtlich zulässigen Preise hinausgehende Preisanpassung ist ausgeschlossen.				
Nur Textinformation - Abschnitt 03.03					
Qualitätssicherung					
03.04 Abschnitt Abzugebende Unterlagen					
	Abzugebende Unterlagen				
	Abzugebende Unterlagen				
	Es wird auf die "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung_VGS 20_2026" verwiesen.				
Nur Textinformation - Abschnitt 03.04					
Abzugebende Unterlagen					
03.05 Abschnitt Auftragsabwicklung					
	Ausführungstermine und -fristen				
	Ausführungstermine und -fristen				
	s. projektbezogene Vorbemerkungen				
	Bemusterung				
	Bemusterung				
	Eine Bemusterung ist nicht geplant				
	Vor-Ort-Termine				
	Vor-Ort-Termine				
	Ortsbesichtigungen, Aufmaß vor Ort, Besprechungen mit dem AG und anderen Unternehmen sowie den zuständigen Behörden gehören bis zur vollständigen Fertigstellung zum				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel		
03.05	Abschnitt	Auftragsabwicklung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Auftragsumfang des AN. Insbesondere ist ein entscheidungsbefugter, deutschsprachiger Projektleiter zu benennen. Nachträge Nachträge Der Auftraggeber ist - sofern im Hinblick auf die vertragsgegenständlichen Leistungen / Produkte ein Mehrbedarf entsteht - berechtigt, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Zuschlagserteilung die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen bzw. Produkte zum angebotenen Einzel- / Einheitspreis (inkl. ggf. angebotener Rabattierung / Nachlässe) nach zu beauftragen. Die vertraglichen Regelungen gelten für entsprechende Nachbeauftragungen entsprechend. Der Wert der ggf. erfolgenden Nachbeauftragung(en) darf hierbei jedoch insgesamt / kumuliert maximal 10 % der angebotenen Gesamtsumme betragen. Eine Nachbeauftragung einzelner Positionen / Produkte ist insofern nur möglich, wenn der Wert aller erfolgten / erfolgenden Nachbeauftragungen kumuliert maximal 10 % der angebotenen Gesamtsumme beträgt. Bei Auftragsänderungen sind Nachtragsangebote vor Beginn der Arbeiten einzureichen. Im Nachtragsangebot muss die Summe der Auftragserhöhung/-minderung als Bruttobetrag ersichtlich sein. Im Hauptauftrag gegebene Nachlässe sind zu berücksichtigen. Kalkulationsnachweise sind beizufügen und wenn erforderlich eine Aufstellung über die Massenmehrung bzw. -minderung. Revisionsunterlagen Revisionsunterlagen Folgende Unterlagen sind, wenn zutreffend, mit Fertigstellung der Leistungen vom AN bereitzustellen: • Ausführungszeichnungen wie freigegeben und ausgeführt (im Dateiformat .pdf/.dwg) • Technische Datenblätter • Prüfungs- und Überwachungsergebnisse und -protokolle • Gutachten / Sachverständigenabnahmen • Gebrauchs - und Wartungsanweisung (technische Dokumentation) • Pflegehinweise				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel		
03.05	Abschnitt	Auftragsabwicklung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Ggf. Herstellerunterlagen (Auflistung und Anschriften sämtlicher Hersteller der in der Leistung des AN enthaltenen Bauteile) - Einweisungs- und Inbetriebnahmeprotokolle - Ggf. Arbeitsanweisungen für notwendige Maßnahmen im Zeitraum der Nichtnutzung zwischen Abnahme und Beginn Patientenbetrieb - Geräte- oder Medizinproduktebuch, sofern behördlich verlangt (ggf. sind krankenhausspezifische Vorlagen zu verwenden) - Ggf. Ersatzteillisten, -katalog oder Explosionszeichnungen - CE-Konformitätserklärung Die Unterlagen sind in deutscher Sprache digital im PDF-Format (aus anderen Dateiformaten generierte bearbeitbare PDF-Datei, keine gescannten Dateien) an den Planer zu übergeben. Eine Abnahme kann nur bei vollständig vorliegender Dokumentation erfolgen. Hierbei ist ein Prüfzeitraum von 14 Tagen zu beachten.			
Nur Textinformation - Abschnitt 03.05				
Auftragsabwicklung				
03.06 Abschnitt Eintransport				
	Eintransport Eintransport nicht relevant			
Nur Textinformation - Abschnitt 03.06				
Eintransport				
03.07 Abschnitt Lieferung und Montage				
	Lieferung und Montage Lieferung und Montage Der AN ist verpflichtet sich rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten selbst vom Zustand der Baustelle zu unterrichten. Insbesondere zu beachten sind für die Raumflächen und -höhen beeinträchtigende Einbauten wie z.B. Heizkörper, Rohre, Deckenstürzen, etc.. Daraus sich ergebende, den Lieferumfang beeinflussende, Änderungen sind mit dem AG abzustimmen. Es			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel		
03.07	Abschnitt	Lieferung und Montage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	obliegt dem AN alle ihm übergebenen Zeichnungen und Unterlagen zu kontrollieren und Abweichungen unverzüglich dem AG mitzuteilen sowie ggf. fehlende Arbeitsunterlagen anzufordern. Der AN hat sich rechtzeitig vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung in Verbindung zu setzen, um den allgemeinen Arbeitsablauf abzustimmen. Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung frei bis zur Verwendungsstelle einschl. Fracht-, Rollgeld, Abladen, Um- und Zwischenlagerung sowie die Installation bzw. betriebsbereite Aufstellung der ausgeschriebenen Anlagen / Geräte etc. inkl. aller Zubehörkomponenten. Eine beauftragte Person des AN muss grundsätzlich bei einer Anlieferung anwesend sein. Verpackungsmaterial ist arbeitstäglich abzutransportieren. Die Kosten dafür trägt der AN. Die Terminierung der Lieferung ist mit einem dem AG / Bauleitung abzustimmen. Dem AN werden zur Durchführung der Leistungen keine Hilfskräfte oder -mittel (Gerüste, Hebezeuge, Transportmittel o.Ä.) zur Verfügung gestellt. Für Transporte innerhalb des Gebäudes sind ausschließlich bodenschonende Transportmittel mit nicht markierender Gummibereifung einzusetzen. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bereits fertiggestellte Arbeiten, wie Putz- und Malerarbeiten, nicht beschädigt werden. Entstehende Beschädigungen sind der Bauleitung zu melden. Die Instandsetzung beschädigter Leistungen anderer am Bau beschäftigter Firmen erfolgt durch die entsprechende Fachfirma zu Lasten des AN, der den Schaden verursacht hat. Sämtliche Geräte, die an bauseitige Leitungen anzuschließen sind, sind komplett mit den erforderlichen Anschlussleitungen und Verbindungselementen (Flansche, Steckverbindungen u.Ä.) zu liefern. Der Anschluss an die Leitungen erfolgt, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht abweichend verlangt, durch den AN. Ist der AN wegen fehlender Konzession bzw. wegen fehlendem qualifizierten Fachpersonal nicht befugt den Anschluss selbst vorzunehmen, so hat er eine entsprechende Fachfirma mit dem Anschluss zu beauftragen. Der AG stellt die erforderliche Infrastruktur an vordefinierten Übergabepunkten zur Verfügung. Bei Geräten, die in die klinikeigene EDV zu integrieren sind, ist die Integration Leistung des AN. Die in den Positionen angegebenen Einheitspreise beinhalten alle Nebenleistungen des AN sowie alle sonstigen entstehenden Kosten. Mit dem Angebot sind insbesondere auch alle Vor- und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel		
03.07	Abschnitt	Lieferung und Montage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Nacharbeiten, Nebenleistungen und Lieferungen abgegolten, die zur Erfüllung der geforderten Leistung gehören. Dies gilt auch dann, wenn sie in den Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert erwähnt oder nicht vollständig aufgeführt sind. Alle zum Betrieb der Anlagen / Geräte etc. notwendigen Prüfungen, Justagen, Tests oder Vorinstallationen sowie die neueste herstellerübliche Software oder Betriebssysteme müssen im Lieferumfang bzw. den Einheitspreisen enthalten sein.				
Nur Textinformation - Abschnitt 03.07				
Lieferung und Montage				
03.08 Abschnitt Inbetriebnahme				
Inbetriebnahme Inbetriebnahme nicht relevant				
Nur Textinformation - Abschnitt 03.08				
Inbetriebnahme				
03.09 Abschnitt Abnahme				
Abnahme Abnahme Sämtliche Einrichtungen sind zur Abnahme innen und außen (einschließlich aller Arbeitsebenen und Ablagen) sauber zu übergeben (Reinigung durch feuchtes Wischen mit Reinigungsmittelzusatz im Wischwasser). Schutzvorrichtungen, Schutzfolien etc. dürfen erst nach Abstimmung mit dem AG durch den AN entfernt werden. Spätestens 2 Wochen vor der Abnahme sind dem AG sämtliche Revisionsunterlagen vorzulegen. Personaleinweisungsprotokolle dürfen nachgereicht werden. Die Abnahme erfolgt in Abstimmung mit dem AG mit einem Vorlauf von mind. 10 Arbeitstagen. Die Leistung wird durch den Verantwortlichen des Planungsbüros sowie durch einen Vertreter des AG abgenommen. Gewährleistungsfrist:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel			
03.09	Abschnitt	Abnahme			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Es wird auf die "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung_VGS 20_2026" verwiesen.					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.09					
Abnahme					
03.10 Abschnitt Einweisung und Schulung					
Einweisung und Schulung					
Einweisung und Schulung					
Für alle einweisungsbedürftigen Anlagen / Geräte etc. sind je zwei Einweisungen einzukalkulieren. Die Organisation (Termine, Einladungen) sowie die schriftliche Dokumentation sind in Verantwortung des AN mit Unterstützung durch den AG. Hierbei ist ein entsprechender Vorlauf von ca. 10 Arbeitstagen zu berücksichtigen. Die Einweisung ist vom AN schriftlich zu dokumentieren.					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.10					
Einweisung und Schulung					
Nur Textinformation - Bereich 03					
Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel					
04 Bereich Positionsteil					
04.01 Abschnitt Positionen					
04.01.0001	Absaugpumpe, tragbar				
KG:					
Verwendungszweck					
Lieferung einer tragbaren medizinischen Absaugpumpe zur Absaugung von Sekreten und Körperflüssigkeiten für den Einsatz in Krankenhäusern, Behandlungsräumen, Ambulanzen sowie beim innerklinischen Patiententransport.					
Mindestanforderungen					
• Tragbare elektrische Absaugpumpe für den professionellen medizinischen Einsatz. • Medizinprodukt gemäß MDR.					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Kompakte und robuste Bauweise mit Tragegriff. • Stufenlos einstellbare Vakuumleistung. • Maximale Absaugleistung mindestens 18 l/min. • Endvakuum mindestens 75 kPa. • Betriebsdauer im Akkubetrieb mindestens 30 Minuten. • Wechselbarer Bakterienfilter. • Mehrweg-Sekretbehälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,8 l. • Geeignet für kontinuierliche und intermittierende Absaugung. • Ablesbare Vakuumanzeige. • Netzbetrieb (230 V AC) und integrierter Akkubetrieb. • Akkuzustandsanzeige. • Integrierte Ladefunktion. • Inkl. Überlaufschutz und Bakterien- und Virenfilter zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen. • Einweg-Auffangsystem 1,5l, Einwegfilter und Einwegschlauch für Sekrete im Lieferumfang enthalten. • Intuitive Bedienung. • Geeignet für den Einsatz am Patientenbett sowie für mobile Anwendungen. • Geräuscharmer und vibrationsarmer Betrieb < 50 db • Inkl. Halterung für die Gerätenormschiene. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x PSY-S1 • 1x PSY-S5 Übertrag:			
		2 St	EP.....	GP
04.01.0002	Babywaage			
	Verwendungszweck Lieferung einer elektronischen Babywaage zur Gewichtsermittlung von Säuglingen und Neugeborenen für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, Ambulanzen und Pflegeeinrichtungen. Mindestanforderungen • Elektronische Babywaage für den professionellen medizinischen Einsatz. • Ergonomisch geformte Wiegeschale für Säuglinge und Neugeborene. • Digitale Gewichtsanzeige. • Stabile und reproduzierbare Messergebnisse. • Tara-Funktion. • Hold-Funktion zur Gewichtsermittlung bei unruhigen Säuglingen. Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

KG:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag: • Automatische Nullstellung. • Einfache und intuitive Bedienung. • Batteriebetrieb oder Netzbetrieb möglich. • Batteriestatusanzeige. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x ZSG-S1 1 St EP..... GP				
04.01.0003	Blutentnahmestuhl			
Verwendungszweck Lieferung eines Blutentnahmestuhls zur sicheren und ergonomischen Durchführung von Blutentnahmen bei Erwachsenen. Mindestanforderungen • Stabiler Blutentnahmestuhl mit feststehendem Untergestell • Korrosionsbeständiges, leicht zu reinigendes Gestell (z. B. verchromt oder gleichwertig) • Sitz- und Rückenpolster mit desinfektionsmittelbeständigem, nahtarmem bzw. hygienisch auszuführendem Bezug • Sitzhöhe ca. 49 cm (Abweichung ± 5 cm zulässig) • Sitztiefe ca. 47 cm (Abweichung ± 5 cm zulässig) • Rücken- und Sitzpolster ergonomisch geformt • Sitzpolsterstärke: 55 mm (RG 40 kg/cbm) • Rückenpolsterstärke: 40 mm (RG 40 kg/cbm) • Zwei unabhängig voneinander verstellbare Armauflagen für die Blutentnahme • Armauflagen: • höhenverstellbar • drehbar und schwenkbar • Neigung stufenlos oder in mehreren Positionen fixierbar • Sichere und stabile Lagerung des Patienten während der Blutentnahme • Tragfähigkeit mindestens 225 kg sichere Arbeitslast • Gesamtabmessungen ca.: 730x730x850 mm (BxTxH) • Eigengewicht maximal 12 kg Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Verteilung: • 1x PSY-S1 • 1x PSY-S3 • 1x MVZ				
		3 St	EP.....	GP
04.01.0004	Dampfsterilisator für Babyflaschen	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines elektrischen Dampfsterilisators zur hygienischen Aufbereitung von Babyflaschen, Saugern, Schnullern, Milchpumpenzubehör und vergleichbaren Produkten für den Einsatz in Geburtsstationen, Neonatologie, Pädiatrie und Milchküchen.				
Mindestanforderungen • Elektrischer Dampfsterilisator zur chemiefreien Sterilisation mittels Wasserdampf. • Aufnahme von mindestens 6 Babyflaschen je Sterilisationsvorgang. • Geeignet für Babyflaschen, Sauger, Schnuller, Milchpumpenzubehör und Kleinteile. • Modulares 3-in-1-System • Sterilisation ohne Verwendung chemischer Zusätze. • Sterilisationszyklus maximal 10 Minuten. • Trocknungszyklus maximal 40 Minuten. • Hygienischer Schutz des Sterilguts bei geschlossenem Gerät. • 24-Stunden-Sterilität bei geschlossenem Deckel. • Automatische Abschaltung nach Programmende. • Abmessungen max. BxT: 400 mm x250 mm • Einfache Reinigung und Entkalkung. • Entnehmbares Einsatz- bzw. Korbsystem im Lieferumfang enthalten. • Betrieb an 220-240 V / 50 Hz über handelsübliche Schuko-Steckdose.				
Einweisung ist einzukalkulieren.				
Verteilung: • 1x ZSG-S1				
		1 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
04	Bereich	Positionsteil			
04.01	Abschnitt	Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
04.01.0005	Digitales Atemalkoholmessgerät			KG:	
Verwendungszweck Lieferung eines tragbaren Atemalkoholmessgeräts zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Atemalkoholkonzentration im professionellen Einsatz. Mindestanforderungen • Digitales Atemalkoholmessgerät mit elektrochemischer Sensortechnologie • Messbereich mindestens 0,0 bis 5,0 ‰. • Beleuchtetes Display. • Übersichtliche Benutzeroberfläche mit wenigen Bedienelementen. • Integrierter Messwertspeicher. • Batteriebetrieb. • Schlag- und stoßfestes Gehäuse. • Hygienische Messung mittels wechselbarer Einweg-Mundstücke, diese sind im Lieferumfang enthalten. • Kompakte und transportfreundliche Bauweise. • Messgenauigkeit im Bereich von maximal $\pm 0,05$ ‰. Einweisung ist einzukalkulieren. Verteilung: • 1x PSY-S5					
		1 St	EP.....	GP	
04.01.0006	Drehhocker, fahrbar mit Gasfeder			KG:	
Untersuchungsrollhocker bestehend aus: • 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert • Rollenbelag abriebfest und farbecht • Gasfederunterstützte Höhenverstellung über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster • Sitzpolster Durchmesser min. 40cm • Polsterstärke min. 60mm • Polster desinfektionsmittelbeständig Einweisung ist nicht einzukalkulieren.					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Verteilung: • 5x PSY-S1 • 2x PSY-S2 • 2x PSY-S5 • 1x PSY-TK1				
		10 St	EP.....	GP
04.01.0007	Dusch- / Toilettenstuhl	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines fahrbaren Dusch- und Toilettenrollstuhls für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und vergleichbaren medizinischen Bereichen.				
Mindestanforderungen • Korrosionsbeständiger Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium • Geeignet für den Einsatz in Nassbereichen. • Zulässiges Nutzergewicht mindestens 160 kg. • Hygienesitz mit vorderer Hygieneöffnung. • Toiletteneimer mit Deckel im Lieferumfang enthalten. • Armlehnen hochklappbar oder wegschwenkbar. • Fußstützen schwenk- und abnehmbar. • Fußplatten hochklappbar und in der Höhe anpassbar. • Fußstützen mit Fußplatten im Lieferumfang enthalten. • Sitzhöhe verstellbar in 2 Stufen von ca. 51 - 56 cm. • Überfahrbare Höhe mindestens 50 cm. • Geeignet zur Nutzung über handelsüblichen Toiletten. • Vier leichtgängige Rollen mit Feststellbremsen (5") • Gesamtbreite maximal 58 cm. • Sitzbreite mindestens 45 cm. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen.				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung: • 18x Geriatrie				
		18 St	EP.....	GP
04.01.0008	Dusch- / Toilettenstuhl Schwerlast	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines fahrbaren Dusch-/Toilettenrollstuhls für mobilitätseingeschränkte und adipöse Patienten zum Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
medizinischen Bereichen. Mindestanforderungen • Fahrbarer Dusch-/Toilettenrollstuhl für den professionellen Einsatz. • Belastbarkeit mindestens 230 kg. • Sitzbreite mindestens 55 cm. • Stabile Konstruktion für den Einsatz bei adipösen Patienten. • Gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneöffnung. • Nutzung als mobiler Dusch-/Toilettenstuhl sowie über handelsüblichen WC-Anlagen möglich. • Toiletteneimer mit Deckel im Lieferumfang enthalten. • Nach oben schwenkbare Armlehnen zur Erleichterung des seitlichen Transfers. • Fußstütze bzw. Fußauflage vorhanden. • Vier Rollen für den Patiententransport, davon mindestens zwei mit Feststellbremsen. • Gesamtbreite maximal 85 cm. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 2x Geriatrie 2 St EP..... GP				
04.01.0009	Duschhocker	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines Duschhockers für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren medizinischen Bereichen zur Unterstützung der Körperpflege von mobilitätseingeschränkten Personen. Mindestanforderungen • Duschhocker für den Einsatz in Nassbereichen. • Korrosionsbeständige Konstruktion aus Aluminium, Kunststoff • Höhenverstellbare Ausführung. • Standfeste Konstruktion mit vier rutschhemmenden Standfüßen. • Ergonomisch geformte Sitzfläche. • Sitzfläche mit Ablauföffnungen zur Vermeidung von Wasseransammlungen. • Zulässiges Nutzergewicht mindestens 200 kg.				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 6x PSY-S3				
		6 St	EP.....	GP
04.01.0010	Ejektorabsaugung	KG:		
Medizinische Ejektorabsaugung zur Bronchial- und Sekretabsaugung.				
Ausführung:				
Absaug-Entnahmearmatur mit integrierter Vakuumerzeugung nach dem Ejektor- bzw. Venturiprinzip zum Direktanschluss an eine Entnahmestelle für medizinische Druckluft.				
Technische Anforderungen:				
• Vakuumerzeugung aus medizinischer Druckluft, kein separater Vakuumanschluss erforderlich • Direktanschluss an die vorhandene Druckluft-Entnahmestelle • gasspezifischer Anschluss passend zum vorhandenen Entnahmestellensystem • stufenlose Vakuumregulierung am Gerät • Vakuumregelbereich 0 bis mindestens -700 mbar • integrierte Vakuumanzeige mit Skala in mbar oder kPa • maximale Saugleistung mindestens 25 l/min bei Nenndruck • integriertes Sicherheitsventil zum Schutz vor Druckbeaufschlagung der Patientenseite • Anschluss für Patienten-Absaugschlauch • Anschlussmöglichkeit für Sekretbehältersystem • integrierter oder nachrüstbarer Überlaufschutz gegen Flüssigkeitseintritt • geeignet zur Verwendung mit Bakterien-/Virenfilter bzw. hydrophobem Schutzfilter				
Eingangsdruck med. Druckluft: 450 kPa ± 50 kPa				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 10x Geriatrie				
		10 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.0011	Elektrischer Multifunktionaler Therapie- und Pflegerollstuhl			KG:
	Verwendungszweck Lieferung eines elektrisch betriebenen Pflege-, Mobilisations- und Transportstuhls zur Unterstützung von Positionierung, Pflege, Mobilisation, Therapie und innerklinischem Patiententransport. Mindestanforderungen: - Fahrbarer Pflege-, Mobilisations- und Transportstuhl für den professionellen Einsatz. - Zulässiges Patientengewicht mindestens 230 kg. - CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt. - Elektromotorisch zwischen Sitz-, Ruhe- und mobilisationsunterstützender Aufstehtposition verstellbar. - Elektromotorische, positionsunabhängige Höhenverstellung des Sitzsystems. - Sitzhöhe verstellbar von maximal 45 cm bis mindestens 70 cm. - Elektrisch stufenlos verstellbare Bein-/Wadenauflage. - Bein-/Wadenauflage in Sitzposition unter die Sitzfläche schwenkbar. - Bein-/Wadenauflage in Ruheposition horizontal einstellbar. - Rückenlehne und Sitzfläche funktionell gekoppelt mit automatischer Anpassung der Sitzneigung (automatische Sitzkantelung). - Bedienung der Verstellfunktionen mittels Handschalter. - Bedienung wahlweise durch Pflegepersonal und Patient möglich. - Vollständig netzunabhängiger Betrieb über integriertes Akkusystem. - Werkzeuglos wechselbares Akkusystem - Integrierte Lademöglichkeit am Produkt mit Schutzkleinspannung. - Vollständige Freigabe des seitlichen Patientenzugangs für Transfer- und Pflegemaßnahmen. - Höhenverstellbare und zur Seite schwenkbare Armlehnen. - Fußtritt am Fahrgestell befestigt und ein-/ausschiebbar. - Fußtritt unterstützt einen sicheren Bodenkontakt beim Aufstehen. - Druckentlastende Sitz- und Rückenpolsterung mit viskoelastischen oder gleichwertigen Eigenschaften (Visco-Anteil). - Sitz-, Rücken- und Kopfpolster werkzeuglos abnehmbar. - Polsterkomponenten einzeln austauschbar; Polsterschaum separat erneuerbar. - Antimikrobielle, wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Kunstlederflächen. - Zentralbremssystem mit drei blockierbaren Laufrollen sowie einer Richtungsrolle.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Laufrollen mit mindestens 150 mm Durchmesser. • Mindestens zwei elektrisch leitfähige bzw. antistatische Laufrollen. • Sitzbreite mindestens 55 cm. • Gesamtbreite maximal 75 cm. • Gesamtlänge in Sitzposition maximal 85 cm. • Durch eine Person sicher verfahrbar und in Patientenzimmern sowie Therapieräumen einsetzbar. • Armlehnen und Sitzgeometrie müssen einen sicheren Positionswechsel zwischen Sitzen und Stehen unterstützen. Zubehörvorbereitung Vorbereitung zur Aufnahme von Zubehör wie Therapietisch, Infusionshalter, Patientenhaltesystemen oder vergleichbaren Komponenten. Einweisung ist einzukalkulieren. Verteilung: • 15x Geriatrie		Übertrag:	
		15 St	EP.....	GP
04.01.0012	Elektrische Personenwaage			
	Verwendungszweck Lieferung einer elektronischen Personenwaage zur Gewichtserfassung von Erwachsenen für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und vergleichbaren Einrichtungen. Mindestanforderungen • Elektronische Personenwaage mit digitaler Gewichtsanzeige. • Tragfähigkeit mindestens 200 kg. • Ablesbarkeit maximal 0,1 kg. • Plattformabmessungen mindestens 430 × 370 mm. • Plattformhöhe maximal 50 mm. • Rutschhemmende und abriebfeste Trittfläche. • Geeignet für die Verwiegung adipöser Patienten. • Digitales Display. • Automatische Abschaltfunktion zur Batterieschonung. • Batteriebetrieb. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberfläche • Ausführung mit integrierter Trage- oder Griffmöglichkeit. • Standsichere Konstruktion.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

KG:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 1x ZSG-S1				
		1 St	EP.....	GP
04.01.0013	Flaschen- / Babykostwärmer	KG:		
Flaschen- / Babykostwärmer				
Verwendungszweck				
Lieferung eines elektrischen Flaschen- und Babykostwärmers zum Erwärmen, Auftauen und Warmhalten von Säuglingsnahrung, Muttermilch sowie Babykost für den Einsatz in Klinik-, Pflege- und Versorgungsbereichen.				
Mindestanforderungen:				
-Elektrischer Flaschen- und Babykostwärmer				
- Geeignet für handelsübliche Babyflaschen und Babykostgläschen.				
- Erwärm-, Auftau- und Warmhaltefunktion Gleichmäßige und schonende Erwärmung der Nahrung.				
- Geeignet für unterschiedliche Portionsgrößen				
- Zuverlässige und reproduzierbare Temperaturführung				
- Standfeste Bauweise				
- Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen				
- Schlag- und stoßfeste Ausführung.				
- Außenabmessungen ungefähr:				
Länge: 175 mm ± 30 mm				
Breite: 160 mm ± 30 mm				
Höhe: 185 mm ± 30 mm				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
3x ZSG-S1				
		3 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
04.01.0014	Flaschenwärmer für 4 Flaschen			KG:
Verwendungszweck Lieferung eines elektrischen Flaschen- und Spritzenwärmers zur Erwärmung von Muttermilch, Säuglingsnahrung und enteralen Ernährungslösungen für den Einsatz in Neonatologie, Pädiatrie und Wochenstationen. Mindestanforderungen • Elektrisches Erwärmungssystem für mindestens vier Flaschen mit einem Volumen von jeweils ca. 240 ml. • Hygienisches Erwärmungsverfahren ohne Wasserbad. • Gleichmäßige Erwärmung ohne lokale Überhitzung der Nahrung. • Geeignet für Muttermilch, Säuglingsnahrung und enterale Ernährungslösungen. • Zusätzliche Erwärmung von enteralen Spritzen möglich. • Temperaturregelung bis mindestens 49 °C. • Schutz vor Überhitzung ab 55°C • Zieltemperatur im Bereich der physiologischen Nahrungstemperatur (ca. 37 °C). • Reproduzierbare Temperaturführung. • Überhitzungsschutz vorhanden. • Timerfunktion vorhanden. • Betriebs- und Statusanzeige vorhanden. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Erforderliche Einsätze bzw. Adapter für Flaschen und Spritzen (10 ml) sind im Lieferumfang enthalten. • Betrieb an 230 V / 50 Hz. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x ZSG-S1 1 St EP..... GP				
04.01.0015	Funktionswagen EKT			KG:
Selbsttragender Korpus in doppelwandiger, geräuschgedämmter Sandwich-Bauweise. Arbeitsplatte s. Details, fugenlos, schlag- und kratzfest sowie desinfektionsmittelbeständig, geschlossene und glatte Flächen. Ausführung Stahlblech, pulverbeschichtet, Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	alle Türen und Schubladen mit umlaufendem Dichtungsband, Schubladen mit verdeckter Führung und leichtgängigem, kugelgelagerten Vollauszug, Ausführung mit Einzugsautomatik, Sichere Rückhaltung der Schubladen während der Fahrt, Türen (wenn vorhanden): Flügel Türen doppelwandig und geräuschkämmend isoliert, mit eingesetzten Griffschalen. Öffnungswinkel min 180°, Farbe nach RAL bzw. Herstellerpalette und Vorgabe durch den Auftraggeber, kostenneutral, Klärung im Rahmen der Feinabstimmung Wagen mit 4 Lenkrollen d ca. 125 mm, elektrisch leitend, Doppelkugellager und Fadenschutz, davon mindestens zwei feststellbar und eine Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebsfrei. Abmessungen (HxBxT): ca. 1100 (+ Aufsatz) x 640 x 600 mm Arbeitshöhe: ca. 1000mm ü. FB Ausstattung: • Arbeitsplatte aus Kunststoff mit Profilrand und 3-seitiger Galerie • Schubladenausstattung (von oben nach unten): • Insgesamt 10 Schubladen • 2 x H x B x T ca. 50 (Front) x 590 x 480mm • 8 x H x B x T ca. 150 (Front) x 295 x 480mm • In den zwei oberen Schubladen je ein Längs- und ein Querteiler Sonstiges • Schiebegriff rechts • Gestell zur Aufnahme von Zubehör hinten am Wagen • Spritzen- und Kanülenspender mit 5 Acrylschütten klein und 4 mittelgroß • Gerätenormschiene links oben und mittig, rechts mittig Weiteres Zubehör zum Einhängen an Normschiene bzw. Gestell • Halter für Handschuhspender 3-fach • Desinfektionsmittelspender Einweisung ist nicht einzukalkulieren.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verteilung: • 1x PSY-S4	1 St	EP.....	GP
04.01.0016	Funktionswagen Geriatrie 1, 600			KG:
	Selbsttragender Korpus in doppelwandiger, geräuschgedämmter Sandwich-Bauweise. Arbeitsplatte s. Details, fugenlos, schlag- und kratzfest sowie desinfektionsmittelbeständig, geschlossene und glatte Flächen. Ausführung Stahlblech, pulverbeschichtet, alle Türen und Schubladen mit umlaufendem Dichtungsband, Schubladen mit verdeckter Führung und leichtgängigem, kugelgelagerten Vollauszug, Ausführung mit Einzugsautomatik, Sichere Rückhaltung der Schubladen während der Fahrt, Türen (wenn vorhanden): Flügeltüren doppelwandig und geräuschdämmend isoliert, mit eingesetzten Griffschalen. Öffnungswinkel min 180°, Farbe nach RAL bzw. Herstellerpalette und Vorgabe durch den Auftraggeber, kostenneutral, Klärung im Rahmen der Feinabstimmung Wagen mit 4 Lenkrollen d ca. 125 mm, elektrisch leitend, Doppelkugellager und Fadenschutz, davon mindestens zwei feststellbar und eine Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebsfrei. Abmessungen (HxBxT): ca. 1100 (+ Aufsatz) x 640 x 600 mm Arbeitshöhe: ca. 1000mm ü. FB Ausstattung: • Arbeitsplatte aus Kunststoff mit Profilrand und 3-seitiger Galerie • Schubladen- und Türausstattung (von oben nach unten): • Insgesamt 4 Schubladen, eine Tür • 1 x H x B x T ca. 150 (Front) x 590 x 480mm • 1 x Tür links			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• 3 x H x B x T ca. 150 (Front) x 295 x 480mm rechts • Keine Teiler Sonstiges • Schiebegriff rechts • Gestell zur Aufnahme von Zubehör hinten am Wagen • Spritzen- und Kanülenspender mit 5 Acrylschütten klein und 4 mittelgroß • Gerätenormschiene links und rechts oben Weiteres Zubehör zum Einhängen an Normschiene bzw. Gestell • Halter für Handschuhspender (3 Größen) • Desinfektionsmittelspender • Abfallbehälter (spitzer Abwurf) • Abwurfgestell für Abfallbeutel (ca. 15l) rechts unter Schiebegriff Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 2x Geriatrie			Übertrag:
		2 St	EP.....	GP
04.01.0017	Funktionswagen Geriatrie 2,900			KG:
	Selbsttragender Korpus in doppelwandiger, geräuschgedämmter Sandwich-Bauweise. Arbeitsplatte s. Details, fugenlos, schlag- und kratzfest sowie desinfektionsmittelbeständig, geschlossene und glatte Flächen. Ausführung Stahlblech, pulverbeschichtet, alle Türen und Schubladen mit umlaufendem Dichtungsband, Schubladen mit verdeckter Führung und leichtgängigem, kugelgelagerten Vollauszug, Ausführung mit Einzugsautomatik, Sichere Rückhaltung der Schubladen während der Fahrt, Türen (wenn vorhanden): Flügeltüren doppelwandig und geräuschdämmend isoliert, mit eingesetzten Griffschalen. Öffnungswinkel min 180°, Farbe nach RAL bzw. Herstellerpalette und Vorgabe durch den Auftraggeber, kostenneutral, Klärung im Rahmen der Feinabstimmung			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wagen mit 4 Lenkrollen d ca. 125 mm, elektrisch leitend, Doppelkugellager und Fadenschutz, davon mindestens zwei feststellbar und eine Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebsfrei. Abmessungen (HxBxT): ca. 1100 (+ Aufsatz) x 900 x 600 mm Arbeitshöhe: ca. 1000mm ü. FB Ausstattung: • Arbeitsplatte aus Kunststoff mit Profilrand und 3-seitiger Galerie • Schubladen- und Türenausrüstung (von oben nach unten): • Insgesamt 8 Schubladen, eine Tür • Links: • 2 x H x B x T ca. 75 (Front) x 450 x 480mm • 1 x H x B x T ca. 150 (Front) x 450 x 480mm • 1 x Tür • Rechts: • 5 x H x B x T ca. 150 (Front) x 450 x 480mm rechts • Keine Teiler Sonstiges • Schiebegriff rechts • Gestell zur Aufnahme von Zubehör hinten am Wagen • Spritzen- und Kanülenspender mit 5 Acrylschütten klein und 4 mittelgroß • Gerätenormschiene links und rechts oben Weiteres Zubehör zum Einhängen an Normschiene bzw. Gestell • Halter für Handschuhspender (3 Größen) • Desinfektionsmittelspender • Abfallbehälter (spitzer Abwurf) • Abwurfgestell für Abfallbeutel (ca. 15l) rechts unter Schiebegriff Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x Geriatrie			
		1 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
04	Bereich	Positionsteil			
04.01	Abschnitt	Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.01.0018	Funktionswagen PSY PIA				KG:
	Selbsttragender Korpus in doppelwandiger, geräuschgedämmter Sandwich-Bauweise. Arbeitsplatte s. Details, fugenlos, schlag- und kratzfest sowie desinfektionsmittelbeständig, geschlossene und glatte Flächen. Ausführung Stahlblech, pulverbeschichtet, alle Türen und Schubladen mit umlaufendem Dichtungsband, Schubladen mit verdeckter Führung und leichtgängigem, kugelgelagerten Vollauszug, Ausführung mit Einzugsautomatik, Sichere Rückhaltung der Schubladen während der Fahrt, Türen (wenn vorhanden): Flügeltüren doppelwandig und geräuschdämmend isoliert, mit eingesetzten Griffschalen. Öffnungswinkel min 180°, Farbe nach RAL bzw. Herstellerpalette und Vorgabe durch den Auftraggeber, kostenneutral, Klärung im Rahmen der Feinabstimmung Wagen mit 4 Lenkrollen d ca. 125 mm, elektrisch leitend, Doppelkugellager und Fadenschutz, davon mindestens zwei feststellbar und eine Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebsfrei. Abmessungen (HxBxT): ca. 860 x 450 x 600 mm Arbeitshöhe: - ca. 850mm ü. FB Ausstattung: - Arbeitsplatte aus Kunststoff mit Profilrand - Schubladenausstattung (von oben nach unten): - Insgesamt 4 Schubladen 4 x H x B x T ca. 150 (Front) x 450 x 480mm Sonstiges - Schiebegriff rechts - Gerätenormschiene links und rechts Weiteres Zubehör zum Einhängen an Normschiene - Halter für Handschuhspender (3 Größen) - Abfallbehälter (spitzer Abwurf)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• Ambulanz				
		1 St	EP.....	GP
04.01.0019	Funktionswagen S1 - Blutentnahme	KG:		
Selbsttragender Korpus in doppelwandiger, geräuschgedämmter Sandwich-Bauweise. Arbeitsplatte s. Details, fugenlos, schlag- und kratzfest sowie desinfektionsmittelbeständig, geschlossene und glatte Flächen. Ausführung Stahlblech, pulverbeschichtet, alle Türen und Schubladen mit umlaufendem Dichtungsband, Schubladen mit verdeckter Führung und leichtgängigem, kugelgelagerten Vollauszug, Ausführung mit Einzugsautomatik, Sichere Rückhaltung der Schubladen während der Fahrt, Türen (wenn vorhanden): Flügeltüren doppelwandig und geräuschdämmend isoliert, mit eingesetzten Griffschalen. Öffnungswinkel min 180° , Farbe nach RAL bzw. Herstellerpalette und Vorgabe durch den Auftraggeber, kostenneutral, Klärung im Rahmen der Feinabstimmung Wagen mit 4 Lenkrollen d ca. 125 mm, elektrisch leitend, Doppelkugellager und Fadenschutz, davon mindestens zwei feststellbar und eine Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebsfrei. Abmessungen (HxBxT): ca. 1100 (+ Aufsatz) x 640 x 600 mm Arbeitshöhe: ca. 1000mm ü. FB Ausstattung: • Arbeitsplatte aus CNS mit Profilrand und 3-seitiger Galerie • Schubladenausstattung (von oben nach unten):				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Insgesamt 6 Schubladen • 2 x H x B x T ca. 50 (Front) x 590 x 480mm • 4 x H x B x T ca. 150 (Front) x 590 x 480mm • In den drei oberen Schubladen je zwei Längs- und ein Querteiler Sonstiges • Gestell zur Aufnahme von Zubehör hinten am Wagen • Spritzen- und Kanülenspender mit 5 Acrylschütten klein und 3 groß • Tischplatte links am Wagen • Gerätenormschiene links Weiteres Zubehör zum Einhängen an Normschiene bzw. Gestell • Halter für Handschuhspender • Desinfektionsmittelspender • Abfallbehälter (spitzer Abwurf) Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x PSY-S1			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
04.01.0020	Funktionswagen Standard ZfsG - Verband			KG:
	Selbsttragender Korpus in doppelwandiger, geräuschgedämmter Sandwich-Bauweise. Arbeitsplatte s. Details, fugenlos, schlag- und kratzfest sowie desinfektionsmittelbeständig, geschlossene und glatte Flächen. Ausführung Stahlblech, pulverbeschichtet, alle Türen und Schubladen mit umlaufendem Dichtungsband, Schubladen mit verdeckter Führung und leichtgängigem, kugelgelagerten Vollauszug, Ausführung mit Einzugsautomatik, Sichere Rückhaltung der Schubladen während der Fahrt, Türen (wenn vorhanden): Flügeltüren doppelwandig und geräuschdämmend isoliert, mit eingesetzten Griffschalen. Öffnungswinkel min 180°, Farbe nach RAL bzw. Herstellerpalette und Vorgabe durch den Auftraggeber, kostenneutral,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
04	Bereich	Positionsteil			
04.01	Abschnitt	Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Klärung im Rahmen der Feinabstimmung Wagen mit 4 Lenkrollen d ca. 125 mm, elektrisch leitend, Doppelkugellager und Fadenschutz, davon mindestens zwei feststellbar und eine Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebsfrei. Abmessungen (HxBxT): ca. 1100 x 640 x 600 mm Arbeitshöhe: ca. 1000mm ü. FB Ausstattung: • Arbeitsplatte aus Kunststoff mit Profilrand • Schubladenausstattung (von oben nach unten): • Insgesamt 9 Schubladen • 2 x H x B x T ca. 50 (Front) x 590 x 480mm • 1 x H x B x T ca. 150 (Front) x 590 x 480mm • 6 x H x B x T ca. 150 (Front) x 295 x 480mm • In den drei oberen Schubladen je ein Längs- und ein Querteiler Sonstiges • Schiebegriff rechts • Gerätenormschiene links Weiteres Zubehör zum Einhängen an Normschiene • Halter für Handschuhspender (3 Größen) Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x PSY-S1 • 1x PSY-S2 • 1x PSY-S5 • 1x PSY-S4 • 1x ZSG-S1	5 St	EP.....	GP	
04.01.0021	Funktionswagen TK1				KG:
	Selbsttragender Korpus in doppelwandiger, geräuschgedämmter Sandwich-Bauweise. Arbeitsplatte s. Details, fugenlos, schlag- und kratzfest sowie				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	desinfektionsmittelbeständig, geschlossene und glatte Flächen. Ausführung Stahlblech, pulverbeschichtet, alle Türen und Schubladen mit umlaufendem Dichtungsband, Schubladen mit verdeckter Führung und leichtgängigem, kugelgelagerten Vollauszug, Ausführung mit Einzugsautomatik, Sichere Rückhaltung der Schubladen während der Fahrt, Türen (wenn vorhanden): Flügeltüren doppelwandig und geräuschkämmend isoliert, mit eingesetzten Griffschalen. Öffnungswinkel min 180°, Farbe nach RAL bzw. Herstellerpalette und Vorgabe durch den Auftraggeber, kostenneutral, Klärung im Rahmen der Feinabstimmung Wagen mit 4 Lenkrollen d ca. 125 mm, elektrisch leitend, Doppelkugellager und Fadenschutz, davon mindestens zwei feststellbar und eine Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebsfrei. Abmessungen (HxBxT): ca. 860 x 640 x 600 mm Arbeitshöhe: ca. 860mm ü. FB Ausstattung: • Arbeitsplatte aus Kunststoff mit Profilrand und 3-seitiger Galerie • Schubladenausstattung (von oben nach unten): • Insgesamt 7 Schubladen • 1 x H x B x T ca. 150 (Front) x 590 x 480mm • 6 x H x B x T ca. 150 (Front) x 295 x 480mm • In den drei oberen Schubladen je ein Längs- und ein Querteiler Sonstiges • Schiebegriff rechts • Gerätenormschiene links und rechts Weiteres Zubehör zum Einhängen an Normschiene • Abfallbehälter (spitzer Abwurf) • Kunststoffschiene • Abwurfgestell für Abfallbeutel (ca. 15l) Einweisung ist nicht einzukalkulieren.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
04	Bereich	Positionsteil			
04.01	Abschnitt	Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Verteilung: 1x PSY-TK1				
		1 St	EP.....	GP	
04.01.0022	Handschuhspender, 1-fach				KG:
	Edelstahl-Handschuhspender				
	Ausführung: Material: Edelstahl Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. Oberfläche matt gebürstet Für Spenderkartons mit den Maßen 25 x 13,5 x 8cm Zum Angebotsumfang gehören die Montage und alles dafür benötigte Zubehör. Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
	Verteilung: Lieferung bis spätestens KW 47 2026				
		10 St	EP.....	GP	
04.01.0023	Handschuhspender, 3-fach				KG:
	Edelstahl-Handschuhspender mit seitlicher Größenangabe.				
	Ausführung: Material: Edelstahl Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. Oberfläche matt gebürstet Mit Größenangaben S, M und L beschriftet Für Spenderkartons mit den Maßen ca. 25 x 13,5 x 8cm Zum Angebotsumfang gehören die Montage und alles dafür benötigte Zubehör. Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
	Verteilung: Lieferung bis spätestens KW 47 2026				
		30 St	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
04	Bereich	Positionsteil			
04.01	Abschnitt	Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
04.01.0024	Infusionsstativ, Gerätenormschiene				KG:
Verwendungszweck Lieferung eines höhenverstellbaren Infusionsstativs zur Befestigung an vorhandenen Gerätenormschienen in Krankenhaus- und Behandlungsbereichen. Mindestanforderungen • Infusionsstativ zur festen Montage an zwei horizontal angeordneten Gerätenormschienen. • Befestigung mittels zwei Normschienenklauen. • Geeignet für die Montage an Gerätenormschienen in unterschiedlichen Höhenlagen. • Ausführung mit integriertem Abstandshaltersystem zur Überbrückung eines Wandabstands von ca. 120 mm. • Einhand-Höhenverstellung mind. von ca. 1.000 mm bis 1.600 mm. • Ausführung mit vier Infusionshaken in Reihe angeordnet. • Belastbarkeit der einzelnen Infusionshaken mindestens 2 kg. • Vertikalrohr zur Aufnahme und Befestigung von medizintechnischem Zubehör. • Konstruktion aus korrosionsbeständigem Material Aluminium / Edelstahl. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. Einbausituation • Montage an zwei vorhandenen Gerätenormschienen. • Normschienenhöhe über Fertigfußboden (FFB) ca. 600 mm und ca. 1.400 mm. • Wandabstand der oberen Normschiene ca. 120 mm. <i>Einweisung ist nicht einzukalkulieren.</i> Verteilung: • 3x PSY-S4					
		3 St	EP.....	GP	
04.01.0025	Infusionsständer, fahrbar				KG:
Fahr- und feststellbare verschweißte 5-Fuß-Konstruktion aus CrNi-Stahl 18/10 auf 5 (davon mindestens 2 elektrisch leitenden) Rollen, d ca. 80 mm, abriebfest, nicht kontaktverfärbend, mit Doppelkugellager und Fadenschutz. Schraubhöhenverstellung ca. 1300..2100mm inklusive vier stabilen Infusionshaken (bis 2kg belastbar), Halterung für					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Tropfglas und unzerbrechlichem PP-Tropfglas. Kippsicheres Vertikalrohr erlaubt eine sichere Fixierung von verschiedenen medizintechnischen Geräten. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 2x PSY-S5 • 1x PSY-S3 • 1x PSY-TK1 • 4x ZSG-S1				
		8 St	EP.....	GP
04.01.0026	Kinderhochstuhl mit Babysset	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines höhen- und tiefenverstellbaren mitwachsenden Kinderhochstuhls einschließlich Baby-Sicherheitsset für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen. Mindestanforderungen • Mitwachsender Kinderhochstuhl aus Holz • Geeignet für Kinder ab dem Sitzalter. • Lieferung einschließlich Baby-Sicherheitsset • Höhen- und tiefenverstellbare Sitzfläche. • Höhen- und tiefenverstellbare Fußstütze. • Ergonomische Sitzposition für unterschiedliche Altersgruppen. • Unterstützung einer aufrechten und komfortablen Sitzhaltung. • Standsichere und kippsichere Konstruktion. • Abgerundete Kanten und Ecken. • Lackierung oder Beschichtung auf Wasserbasis oder gleichwertig. • Belastbarkeit mindestens 110 kg. • Feucht abwischbare und pflegeleichte Oberflächen. • Kompakte Bauweise für den Einsatz an Esstischen und Gemeinschaftstischen. • Außenabmessungen ungefähr: 460 × 490 × 780 mm (BxTxH; ± 100 mm). Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 2x ZSG-S1				
		2 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.0027	Kinderhochstuhl mit Liegefunktion			KG:
	Verwendungszweck Lieferung eines Baby- und Kinderhochstuhls mit Liegefunktion für den Einsatz in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen. Der Hochstuhl muss ab Geburt nutzbar sein und für Kinder bis mindestens 15 kg geeignet sein. Mindestanforderungen • Nutzbar ab Geburt mit Liegefunktion. • Geeignet für Kinder bis mindestens 15 kg Körpergewicht. • Zusammenklappbare Bauweise. • Mehrfach verstellbare Rückenlehne einschließlich Liegeposition. • Gepolsterte Sitzeinheit mit herausnehmbarer Neugeborenen- bzw. Babyeinlage - im Lieferumfang enthalten. • Mehrfach höhenverstellbare Sitzposition. • Verstellbare Fußstütze • Integriertes 5-Punkt-Gurtsystem. • Stabile und standsichere Konstruktion. • Abnehmbares und verstellbares Tablett - im Lieferumfang enthalten. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Abnehmbare und reinigungsfähige Sitzbezüge oder Sitzauflagen. • Eigengewicht maximal 11 kg. • Mit Rollen zum einfachen Umsetzen. • Zusammengeklappt freistehend lagerbar. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 4x ZSG-S1			
		4 St	EP.....	GP
04.01.0028	Kompaktflowmeter Air			KG:
	Medizinisches, rastbares Kompaktflowmeter für Druckluft nach DIN EN ISO 15002. Steckergerät zum direkten Einkuppeln in eine DIN-Entnahmestelle (Stecker nach DIN 13260-2 - gasartspezifisch) mit stufenweise einstellbarem Durchfluß von 0 bis 15 l/min (mindestens 10 Stufen) und Abgang 9/16" für Befeuchterflaschen. Vordruck: 450 kPa ± 50 kPa Einstellgenauigkeit: 10% vom Einstellwert			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
04	Bereich	Positionsteil			
04.01	Abschnitt	Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
bei Durchflüssen < 0,5 l/min ± 0,05 l/min					
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.					
Verteilung:					
• 10x Geriatrie					
			10 St	EP.....	GP
04.01.0029	Kompaktflowmeter O2				KG:
Medizinisches, rastbares Kompaktflowmeter für Sauerstoff nach DIN EN ISO 15002.					
Steckergerät zum direkten Einkuppeln in eine DIN-Entnahmestelle (Stecker nach DIN 13260-2 - gasartspezifisch) mit stufenweise einstellbarem Durchfluß von 0 bis 15 l/min (mindestens 10 Stufen) und Abgang 9/16" für Befeuchterflaschen.					
Vordruck: 450 kPa ± 50 kPa					
Einstellgenauigkeit: 10% vom Einstellwert					
bei Durchflüssen < 0,5 l/min ± 0,05 l/min					
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.					
Verteilung:					
• 3x PSY-S1					
• 2x PSY-S4					
• 20x Geriatrie					
			25 St	EP.....	GP
04.01.0030	Kragarmregal				KG:
Lieferung und Montage eines einseitigen Kragarmregals inkl. Fachböden/Gitterrost.					
Technische Anforderungen:					
• inkl. Wandbefestigung					
• Anzahl der Lagerebenen/Fachböden inkl. Fuß: 5					
• Gesamtbreite: min. 4, max. 4,15 m					
• Armtiefe: 50 cm					
• Achsmaß: ca. 1 m					
• Höhe gesamt: 2,50 m					
• das Durchhängen von Einlegeböden muss in jedem Fall vermieden werden					
• Maximale Bealastung pro Regalmeter und Ebene: 20 kg (Lagerung von Korbmaterial)					
• alle Teile sind versinkt auszuführen					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- erforderliche Aussteifungen und Vertreibungen sind im Lieferumfang enthalten. - Verwindungssteifes Regal aus verzinktem Stahl Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: 1x Manuelle Therapie			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
04.01.0031	Labordrehstuhl, Sitzhöhe			KG:
	Verwendungszweck Lieferung eines ergonomischen Labordrehstuhls für den Einsatz in Laboren, Untersuchungs- und Arbeitsbereichen von Krankenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen. Mindestanforderungen - Labordrehstuhl mit gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Bodenbeläge (keine Sitz-Stopp-Funktion). - Ergonomisch geformte Sitzfläche ca. 460 mm x 440-460 mm (BxH) - Nach oben verjüngte Rückenlehne mit hoher Bewegungsfreiheit im Schulter- und Armbereich. - Polsterung aus strapazierfähigem, desinfektionsmittelbeständigem Oberflächenmaterial (Skintec). - Stufenlose Sitzhöhenverstellung von mindestens 450 bis 600 mm. - Alle Funktionen sind per Bedienhebel im Sitzen bedienbar. - Synchronmechanik mit automatischer Anpassung an das Nutzergewicht. - Sitzneigungsverstellung. - Sitztiefenverstellung von mindestens 60 mm. - Höhenverstellbare Rückenlehne, Höhe ca. 530 mm. - Bedienung aller Verstellfunktionen im Sitzen möglich. - Fußkreuz aus Profilstahlrohr - Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. - Geeignet für den täglichen Einsatz im Labor- und Krankenhausbereich. - Polsterfarbe schwarz. - Max. Eigengewicht von 17,5 kg. - Ohne Funktionsgriffe an der Rückenlehne - Ohne Armlehnen			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 14x IKL/MiVi				
		14 St	EP.....	GP
04.01.0032	Labordrehstuhl, Sitzhöhe, ergonomisch			
				KG:
Verwendungszweck				
Lieferung eines ergonomischen Labordrehstuhls für den Einsatz in Laboren, Untersuchungs- und Arbeitsbereichen von Krankenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen.				
Mindestanforderungen				
• Labordrehstuhl mit Sicherheits-Doppelrollen für harte Bodenbeläge (keine Sitz-Stopp-Funktion). • Ergonomisch geformte Sitzfläche mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante, ca. 470 x 420-480 mm (BxH). • Rückenlehne mit hoher Bewegungsfreiheit im Schulterbereich. • Austauschbares Sitz- und Rückenpolstersystem. • Polsterung aus strapazierfähigem, desinfektionsmittelbeständigem Oberflächenmaterial (Skintec) • Stufenlose Sitzhöhenverstellung von mindestens 450 bis 620 mm. • Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung (50-120 kg) • Individuell einstellbarer Rückenlehnenegendruck. • Sitzneigungsverstellung. • Sitztiefenverstellung von mindestens 60 mm. • Höhenverstellbare Rückenlehne, Höhe ca. 570 mm. • Arretierbare Sitz- und Rückenlehnenpositionen. • Anti-Schock-Sicherung der Rückenlehne. • Robustes Fußkreuz aus Aluminium oder gleichwertigem Material. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Geeignet für den täglichen Einsatz im Labor- und Krankenhausbereich. • Max. Eigengewicht ca. 24 kg. • Polsterfarbe schwarz • Stoßfeste Umrandung des Polsters in blau				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 22x IKL/MiVi				
		22 St	EP.....	GP
04.01.0033	Labordrehstuhl, Stehhöhe, ergonomisch	KG:		
Verwendungszweck				
Lieferung eines ergonomischen Labordrehstuhls in Stehhöhe für den Einsatz in Laboren, Untersuchungs- und Arbeitsbereichen von Krankenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen.				
Mindestanforderungen				
• Labordrehstuhl mit Sitz-Stopp-Rollen - bei Belastung blockieren die Rollen. • Ergonomisch geformte Sitzfläche mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante, ca. 470 x 420-480 mm (BxH). • Rückenlehne mit hoher Bewegungsfreiheit im Schulterbereich. • Austauschbares Sitz- und Rückenpolstersystem. • Polsterung aus strapazierfähigem, desinfektionsmittelbeständigem Oberflächenmaterial (Skintec) • Stufenlose Sitzhöhenverstellung von mindestens 560 bis 820 mm. • Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung (50-120 kg) • Individuell einstellbarer Rückenlehnenegendruck. • Sitzneigungsverstellung. • Sitztiefenverstellung von mindestens 60 mm. • Höhenverstellbare Rückenlehne, Höhe ca. 570 mm. • Arretierbare Sitz- und Rückenlehnenpositionen. • Anti-Schock-Sicherung der Rückenlehne. • Robustes Fußkreuz aus Aluminium oder gleichwertigem Material. • Aufstieghilfe als Trittpläche, höhenverstellbar und um 90° nach oben klappbar. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Geeignet für den täglichen Einsatz im Labor- und Krankenhausbereich. • Max. Eigengewicht ca. 26 kg. • Polsterfarbe schwarz • Stoßfeste Umrandung des Polsters in blau				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Verteilung: • 4x IKL/MiVi				
		4 St	EP.....	GP
04.01.0034	Lichttherapiegerät	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines Lichttherapiegeräts zur Behandlung von saisonalen und nicht-saisonalen depressiven Verstimmungen sowie für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, Therapiezentren und vergleichbaren medizinischen Einrichtungen.				
Mindestanforderungen • Lichttherapiegerät für den professionellen medizinischen Einsatz. • Tageslichtähnliches, flimmerarmes, UV-gefiltertes Licht. • 8 Leuchtstofflampen mit je 18 Watt • Farbtemperatur ca. 6.500 K. • Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux bei 35 cm Abstand; 2.500 Lux bei 90 cm Abstand. • Blendarme Lichtaustrittsfläche. • Gleichmäßige Ausleuchtung der Therapiefläche. • Schlag- und stoßfeste Ausführung. • Für den Dauerbetrieb geeignet. • Netzbetrieb 230 V / 50-60 Hz. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Standgerät mit stabiler Aufstellung. • Gerätegewicht maximal ca. 8 kg. • Abmessungen Gerät: ca. 470 x 220 x 680 mm (BxTxH) • Abmessungen Leuchtfläche: ca. 540 x 420 mm (BxT)				
Einweisung ist einzukalkulieren.				
Verteilung: • 1x PSY-S5				
		1 St	EP.....	GP
04.01.0035	Lichttherapiegerät XL	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines professionellen Lichttherapiegeräts zur Behandlung von saisonalen und nicht-saisonalen depressiven Verstimmungen für den Einsatz in Krankenhäusern,				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Tageskliniken, Therapiezentren und vergleichbaren medizinischen Einrichtungen.			
	Mindestanforderungen • Lichttherapiegerät für den professionellen medizinischen Einsatz. • Tageslichtähnliches, flimmerarmes, UV-gefiltertes Licht. • 6 tageslichtähnle Leuchtstofflampen mit je 58 Watt • Farbtemperatur ca. 6.500 K. • Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux bei 65 cm Abstand; 2.500 Lux bei 210 cm Abstand. • Blendarme Lichtaustrittsfläche. • Fahrbare, höhenverstellbare Ausführung auf Standgestell. • Leuchtfläche um mindestens 90° schwenk- oder drehbar. • Alternativ auch zur Wandmontage geeignet. • Gleichmäßige Ausleuchtung der Therapiefläche. • Schlag- und Stoßfeste Ausführung. • Netzbetrieb 230 V / 50-60 Hz. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Gerätegewicht maximal ca. 24 kg (ohne Standgeestell) • Abmessungen Gerät: ca. 1680 x 960 x 980 mm (BxTxH) • Abmessungen Leuchtfläche: ca. 820 x 1520 mm (BxT)			
	Einweisung ist einzukalkulieren.			
	Verteilung: • 1x PSY-S5			
		1 St	EP.....	GP
04.01.0036	Metallregal 60x50			KG:
	Fachbodenregal, Stahl, verzinkt			
	Breite: 600 mm Tiefe: 500 mm Höhe: 2000 mm			
	Stabiles, verwindungssteifes, flexibel erweiterbares Fachbodenregal bzw. Regalkombination zur Lagerung von Materialkisten und diversen Lagerartikeln. Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen.			
	Ausführung mit Diagonalstreben und / oder Aussteifungstraversen zur Gewährleistung der Stabilität			
	Böden im Abstand von ca. 25mm schraubenlos höhenverstellbar (Steckmontage)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
04	Bereich	Positionsteil			
04.01	Abschnitt	Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Der oberste Boden schließt das Regal nach oben hin ab Bei einem Verhältnis Höhe/Tiefe größer 5:1 muss das Regal gegen Kippen gesichert werden. Nutzung: einseitig Material: Stahl, verzinkt Fachböden: geschlossen Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last (Beispiele zur Orientierung bei anderen Breiten und Tiefen): Tiefe 300mm: bei Breite ca. 100cm: 120kg bei Breite ca. 130cm: 125kg Tiefe 600mm: bei Breite ca. 100cm: 120kg bei Breite ca. 130cm: 150kg Feldlasten (Beispiele zur Orientierung bei anderen Kombinationen): bei h=2000mm und 5 Böden: 1600kg bei h=2500mm und 6 Böden: 1000kg bei h=3000mm und 7 Böden: 1700kg Komplett liefern und montieren. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x Sonstige (Ebene -1)			Übertrag:	
		1 St	EP.....	GP	
04.01.0037	Metallregal 80x50			KG:	
	Fachbodenregal, Stahl, verzinkt Breite: 800 mm Tiefe: 500 mm Höhe: 2000 mm Stabiles, verwindungssteifes, flexibel erweiterbares Fachbodenregal bzw. Regalkombination zur Lagerung von Materialkisten und diversen Lagerartikeln. Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausführung mit Diagonalstreben und / oder Aussteifungstraversen zur Gewährleistung der Stabilität Böden im Abstand von ca. 25mm schraubenlos höhenverstellbar (Steckmontage) Der oberste Boden schließt das Regal nach oben hin ab Bei einem Verhältnis Höhe/Tiefe größer 5:1 muss das Regal gegen Kippen gesichert werden. Nutzung: einseitig Material: Stahl, verzinkt Fachböden: geschlossen Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last (Beispiele zur Orientierung bei anderen Breiten und Tiefen): Tiefe 300mm: bei Breite ca. 100cm: 120kg bei Breite ca. 130cm: 125kg Tiefe 600mm: bei Breite ca. 100cm: 120kg bei Breite ca. 130cm: 150kg Feldlasten (Beispiele zur Orientierung bei anderen Kombinationen): bei h=2000mm und 5 Böden: 1600kg bei h=2500mm und 6 Böden: 1000kg bei h=3000mm und 7 Böden: 1700kg Komplett liefern und montieren. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 3x Sonstige (Ebene -1)			
		3 St	EP.....	GP
04.01.0038	Metallregal 100x40			
	Fachbodenregal, Stahl, verzinkt Breite: 1000 mm Tiefe: 400 mm Höhe: 2000 mm Stabiles, verwindungssteifes, flexibel erweiterbares - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

KG:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fachbodenregal bzw. Regalkombination zur Lagerung von Materialkisten und diversen Lagerartikeln. Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. Ausführung mit Diagonalstreben und / oder Aussteifungstraversen zur Gewährleistung der Stabilität Böden im Abstand von ca. 25mm schraubenlos höhenverstellbar (Steckmontage) Der oberste Boden schließt das Regal nach oben hin ab Bei einem Verhältnis Höhe/Tiefe größer 5:1 muss das Regal gegen Kippen gesichert werden. Nutzung: einseitig Material: Stahl, verzinkt Fachböden: geschlossen Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last (Beispiele zur Orientierung bei anderen Breiten und Tiefen): Tiefe 300mm: bei Breite ca. 100cm: 120kg bei Breite ca. 130cm: 125kg Tiefe 600mm: bei Breite ca. 100cm: 120kg bei Breite ca. 130cm: 150kg Feldlasten (Beispiele zur Orientierung bei anderen Kombinationen): bei h=2000mm und 5 Böden: 1600kg bei h=2500mm und 6 Böden: 1000kg bei h=3000mm und 7 Böden: 1700kg Komplett liefern und montieren. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 2x Sonstige (Ebene 3)			Übertrag:
		2 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
04	Bereich	Positionsteil			
04.01	Abschnitt	Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.01.0039	Metallregal 100x50				KG:
	Fachbodenregal, Stahl, verzinkt				
	Stabiles, verwindungssteifes, flexibel erweiterbares Fachbodenregal bzw. Regalkombination zur Lagerung von Materialkisten und diversen Lagerartikeln. Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen.				
	Ausführung mit Diagonalstreben und / oder Aussteifungstraversen zur Gewährleistung der Stabilität				
	Böden im Abstand von ca. 25mm schraubenlos höhenverstellbar (Steckmontage) Der oberste Boden schließt das Regal nach oben hin ab				
	Bei einem Verhältnis Höhe/Tiefe größer 5:1 muss das Regal gegen Kippen gesichert werden.				
	Nutzung: einseitig Material: Stahl, verzinkt Fachböden: geschlossen				
	Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last (Beispiele zur Orientierung bei anderen Breiten und Tiefen):				
	Tiefe 300mm: bei Breite ca. 100cm: 120kg bei Breite ca. 130cm: 125kg				
	Tiefe 600mm: bei Breite ca. 100cm: 120kg bei Breite ca. 130cm: 150kg				
	Feldlasten (Beispiele zur Orientierung bei anderen Kombinationen): bei h=2000mm und 5 Böden: 1600kg bei h=2500mm und 6 Böden: 1000kg bei h=3000mm und 7 Böden: 1700kg				
	Komplett liefern und montieren.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 38x Sonstige (E-1 bis E5)				
		34 St	EP.....	GP
04.01.0040	Mobiles Sauerstofftherapiegerät mit Absaugung			
Mobiles Sauerstofftherapie- und Absaugsystem ohne Sauerstoffflasche				
Verwendungszweck				
Lieferung eines mobilen Systems zur Sauerstoffversorgung und Sekretabsaugung für Notfall-, Transport- und Behandlungsbereiche in Krankenhäusern und vergleichbaren medizinischen Einrichtungen.				
Mindestanforderungen				
• Mobiles Sauerstofftherapiegerät mit integrierter Sekretabsaugung.				
• Geeignet für den Anschluss an medizinische Sauerstoffflaschen.				
• Flaschenanschluss G 3/4" nach DIN 477-1				
• Abgangsanschluss UNF 9/16" mit zusätzlichem Schlauchadapter.				
• Kupplung nach DIN 13260-2				
• Sauerstoffdurchfluss regelbar von 0 bis mindestens 15 l/min.				
• Durchflussleistung mind. 220 l/min bei einem Flaschendruck von über 100 bar.				
• Maximal zulässiger Ausgangsdruck ca. 450 kPa.				
• Integrierte Durchflussanzeige.				
• Stoß- und schlagfeste Ausführung.				
• Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen.				
• Mobiles Fahrgestell zur Aufnahme und zum sicheren Transport der Sauerstoffflasche.				
• Kippsichere Konstruktion.				
• Gesamtgewicht des Systems ohne Sauerstoffflasche maximal ca. 12 kg.				
• Abmessungen maximal ca. 610 × 610 x 1170 mm (B × T x H).				
Einweisung ist einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 1x PSY-S1				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
	• 1x PSY-S5 • 1x PSY-S3 • 1x PSY-S4 • 1x ZSG-S1	5 St	EP.....	GP
04.01.0041	Multifunktionaler Mobilisationsstuhl	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines multifunktionalen Pflege-, Mobilisations- und Transportstuhls zur Unterstützung von Positionierung, Pflege, Mobilisation und innerklinischem Patiententransport. Mindestanforderungen • Fahrbarer Pflege-, Mobilisations- und Transportstuhl für den professionellen Einsatz. • Geeignet für stationäre und ambulante Einsatzbereiche. • Zulässiges Patientengewicht mindestens 230 kg. • CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt. • Stufenlose Verstellung zwischen Sitz-, Ruhe- und mobilisationsunterstützender Aufsteheposition. • Rückenlehne und Sitzfläche funktionell gekoppelt mit automatischer Anpassung der Sitzneigung. • Positionsunabhängige Höhenverstellung des Sitzsystems. • Sitzhöhe verstellbar von mindestens 45 cm bis 70 cm. • Verstellbare Bein- bzw. Wadenauflage mit Ruheposition. • Höhenverstellbare und zur Seite schwenkbare Armlehnen. • Vollständige Freigabe des seitlichen Patientenzugangs für Transfer- und Pflegemaßnahmen. • Druckentlastende Sitz- und Rückenpolsterung mit dekubitusprophylaktischen Eigenschaften. • Sitz-, Rücken- und Kopfpolster werkzeuglos abnehmbar. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Zentralbremssystem mit Richtungsfeststellung. • Laufrollen mit mindestens 150 mm Durchmesser. • Mindestens zwei elektrisch leitfähige bzw. antistatische Rollen. • Sitzbreite mindestens 55 cm. • Gesamtbreite maximal 80 cm. • Gesamtlänge in Sitzposition maximal 90 cm. • Durch eine Person sicher verfahrbar und in Patientenzimmern sowie Therapieräumen einsetzbar. Zubehör • Therapietisch mit Klick-Arretierung • Höhenverstellbares Infusionsstativ • Sitzfixiergurt				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag: Einweisung ist einzukalkulieren. ACHTUNG: 1x mit Sitzfixiergurt, 1x OHNE Sitzfixiergurt!! Verteilung: • 1x PSY-S1 mit Sitzfixiergurt • 1x PSY-S5 ohne Sitzfixiergurt 2 St EP..... GP				
04.01.0042	Patiententransporter	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines fahrbaren Patiententransporters für den innerklinischen Transport und die Lagerung von Patienten im Krankenhausbetrieb. Mindestanforderungen • Fahrbarer Patiententransporter für den professionellen Krankenhausbetrieb. • Eigengewicht max. 110 kg. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberfläche. • Schlag- und stoßfeste Ausführung. • Zweiteilige Liegefläche mit stufenlos verstellbarem Rückenteil. • Gasfederunterstützte Rückenlehnenverstellung bis mindestens 90°. • Beidseitige Seitengitter, vollständig unter Liegeflächenniveau absenkbar. • Hydraulische Höhenverstellung mit Bedienung von beiden Längsseiten. • Höhenverstellbereich mindestens ca. 550 bis 870 mm. • Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung mindestens ±15° möglich. • Fahrwerk mit vier leichtgängigen Rollen, Zentralbremssystem und Richtungsfeststellung. • Niedrige Einstiegshöhe von maximal 550 mm. • Bedienung von Zentralbremse und Richtungsfeststellung von mehreren Seiten möglich. • Mindestens zwei elektrisch leitfähige Rollen. • Vier integrierte Wandabweisrollen. • Schiebegriff für den Patiententransport. • Sichere Arbeitslast mindestens 300 kg. • Außenbreite maximal ca. 800 mm. • Außenlänge maximal ca. 2.200 mm. Ausstattung Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Komfortpolsterauflage mit druckentlastenden Eigenschaften und Memory-Effekt, Abmessungen ca. 1.950 × 620 × 80 mm. • Polsterauflage röntgenstrahlendurchlässig, elektrisch leitfähig und wischdesinfizierbar. • Befestigung der Polsterauflage an der Liegefläche. • Bezug wischdesinfizierbar und beständig gegenüber Krankenhausdesinfektionsmitteln. • Höhenverstellbarer Infusionshalter aus Edelstahl/CNS mit mindestens vier Haken. • Werkzeuglose Montage des Infusionshalters an mehreren Positionen am Patiententransporter. Einweisung ist einzukalkulieren. Verteilung: • 4x PSY-S4	4 St	EP.....	GP
04.01.0043	Pezziballhalterung			
	Verwendungszweck Lieferung einer wandbefestigten Halterung zur Aufbewahrung von Gymnastik-, Therapie- und Sitzbällen (Pezzibällen) in Therapie-, Bewegungs- und Gesundheitsbereichen eines Krankenhauses. Ausführung als Metallkonstruktion mit wischdesinfizierbar Oberfläche. Geeignet zur platzsparenden Lagerung mehrerer Bälle unterschiedlicher Größen. Konstruktion ohne scharfkantige Bauteile, für den täglichen Einsatz im Gesundheitswesen geeignet. Pro Wandhalterung sollen 2 Pezzibälle nebeneinander gelagert werden. Mindestanforderungen: • Wandhalterung für 2 Stk. Gymnastik-, Therapie- und Sitzbälle nebeneinander • Metallausführung, korrosionsgeschützt • Wischdesinfizierbare Oberfläche • Geeignet für Ballgrößen ca. 55-85 cm Durchmesser Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: 2x Manuelle Therapie	2 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

KG:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch			
04	Bereich	Positionsteil			
04.01	Abschnitt	Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
04.01.0044	Reanimationsbrett				KG:
Für den Einsatz bei Reanimation und der endotrachealen Intubation. Anatomisch geformte Kopfmulde Oberseite angeraut Glatte Unterseiten: Länge: ca. 600 mm Breite: ca. 420 mm Belastbarkeit:bis 150 kg Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x PSY-S5 • 1x PSY-S4 • 1x PSY-TK1 • 1x ZSG-TK1 • 1x Geriatrie					
			5 St	EP.....	GP
04.01.0045	Rollator				KG:
Verwendungszweck Lieferung eines Rollators zur Unterstützung der Mobilität von Patienten und Bewohnern in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen. Mindestanforderungen • Rollator für den Innen- und Außenbereich. • Faltbare Konstruktion für Transport und Lagerung. • Stabile und belastbare Stahlrohrrahmenkonstruktion. • Höhenverstellbare Schiebegriffe. • Beidseitiges Bremssystem. • Integrierte Sitzfläche für Ruhepausen. • Korb oder Tasche zur Mitnahme persönlicher Gegenstände und Rückengurt im Lieferumfang enthalten • Leichtgängige und stabile Laufrollen. • Geeignet für den täglichen Einsatz im Gesundheitswesen. • Gesamtmaße: 590 x 690 x 890 mm (BxTxH) • Gesamtgewicht 8,9 kg (Gewicht ohne Tasche und Rückengurt) • Sitzhöhe 610 mm • Griffhöhe 805 - 980 mm • Belastbarkeit 136 kg • Belastbarkeit Korb 5 kg • Wenderadius 830 mm • Versorgungsgröße 1,59 - 1,90 m					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 1x PSY-S2 • 2x PSY-S5				
		3 St	EP.....	GP
04.01.0046	Rollbord, faltbar	KG:		
Umlagerungs- und Transferhilfe, die das Bewegen von Patienten für das Pflegepersonal effizient erleichtert.				
Mindestanforderungen:				
• Antimikrobieller und flammhemmender Bezug • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbetändige Oberflächen. • Inkl. Tragegurt • Material Innenkern: Schaumstoff • Material Außen: Silikonbeschichtetes Gleitgewebe • Maße: L 180 x B 50 cm • Tragfähigkeit: 180 kg				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 1x PSY-S4 • 1x ZSG-S1 • 1x Geriatrie				
		3 St	EP.....	GP
04.01.0047	Rollhocker, fahrbar	KG:		
Verwendungszweck				
Lieferung eines fahrbaren Rollhockers für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren und vergleichbaren medizinischen Bereichen.				
Mindestanforderungen				
• Fahrbarer Rollhocker für den professionellen Einsatz. • Rund gepolsterte Sitzfläche. • Sitzdurchmesser ca. 360 mm. • Stufenlose Höhenverstellung der Sitzfläche. • Sitzhöhenbereich mindestens ca. 45 cm bis 59 cm. • Bedienung der Höhenverstellung über eine Einhebelmechanik				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Standsichere Konstruktion. • Belastbarkeit mindestens 135 kg. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbetändige Oberflächen. • Fahrwerk mit 5 Universal-Doppelrollen für harte Bodenbeläge. • Geeignet für den täglichen Einsatz im Gesundheitswesen. • Polsterfarbe: schwarz Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 16x Manuelle Therapie			Übertrag:
		16 St	EP.....	GP
04.01.0048	Rollstuhl - Standard			KG:
	Verwendungszweck Lieferung eines manuellen Standardrollstuhls für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen und vergleichbaren medizinischen Bereichen. Mindestanforderungen • Manueller Rollstuhl für den professionellen Einsatz. • Faltbare Konstruktion für Transport und Lagerung. • Abschwenkbare Seitenteile zur Erleichterung des Transfers. • Abnehmbare oder abschwenkbare Fußstützen mit Beinauflagen. • Radstandverlängerung • Adapterblock zur Anpassung der Fahreigenschaften. • Variable Sitzhöhereinstellung. • Anpassbare Fahrwerks- bzw. Radstandeinstellung. • Sitzbreite 46 cm. • Sitztiefe 42 cm. • Rückenhöhe 40 cm. • Gesamtbreite SB + 19 cm. • Gesamthöhe 87 - 90,5 cm. • Gesamtbreite gefaltet 33 cm. • Gesamtlänge mit Beinstützen 103 cm. • Gesamtlänge ohne Beinstützen 77,5 cm. • Belastbarkeit mindestens 125 kg. • Gesamtgewicht maximal 19 kg. • Stabile und langlebige Konstruktion. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbetändige Oberflächen. • Geeignet für den täglichen Einsatz im Gesundheitswesen. Einweisung ist nicht einzukalkulieren.			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Verteilung: • 1x PSY-S2 • 2x PSY-S5 • 1x PSY-TK1 • 1x ZSG-S1				
		5 St	EP.....	GP
04.01.0049	Rollstuhl - XL			
KG:				
Verwendungszweck Lieferung eines manuellen XL-Standardrollstuhls mit Trommelbremse für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen und vergleichbaren medizinischen Bereichen. Der Rollstuhl muss insbesondere für die Versorgung von Patienten mit erhöhtem Körpergewicht und Schwangeren geeignet sein.				
Mindestanforderungen • Manueller Rollstuhl für den professionellen Einsatz. • Faltbare Konstruktion für Transport und Lagerung. • Abschwengbare Seitenteile zur Erleichterung des Transfers. • Abnehmbare oder abschwengbare Fußstützen mit Beinauflagen. • Radstandverlängerung. • Adapterblock zur Anpassung der Fahreigenschaften. • Variable Sitzhöhereinstellung. • Anpassbare Fahrwerks- bzw. Radstandeinstellung. • Sitzbreite mindestens 52 cm. • Sitztiefe mindestens 42 cm. • Rückenhöhe mindestens 40 cm. • Gesamtbreite SB + 19 cm. • Gesamthöhe 87 - 93,5 cm. • Gesamtbreite gefaltet 33 cm. • Gesamtlänge mit Beinstützen 103 cm. • Gesamtlänge ohne Beinstützen 77,5 cm. • Belastbarkeit mindestens 170 kg. • Gesamtgewicht maximal 23 kg. • Stabile und verstärkte Konstruktion für höhere Nutzergewichte. • Ausführung mit Einhandbremse. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbetändige Oberflächen. • Geeignet für den täglichen Einsatz im Gesundheitswesen.				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 1x ZSG-S1				
		1 St	EP.....	GP
04.01.0050	Ruhesessel	KG:		
Lieferung eines Pflegesessels mit Relaxfunktion				
Mindestanforderungen:				
• Außenmaße ca. 70 × 120 × 78 cm (B × H × T) • Sitzhöhe ca. 46 cm. • Belastbarkeit mindestens 120 kg. • Gestell aus Massivholz oder einem gleichwertig tragfähigen Material. • Ergonomisch geformte, vollständig gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne. • Manuell verstellbare Relax- bzw. Liegefunktion mit synchroner Verstellung von Rückenlehne und Fußteil. • Polsterung für den dauerhaften Einsatz im Objekt- und Pflegebereich geeignet. • Bezug aus abwischbarem, desinfektionsmittelbeständigem Material. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbetändige Oberflächen. • Stuhl schwer entflammbar				
Einweisung ist nicht einzukalkulieren.				
Verteilung:				
• 2x PSY-S2 • 2x PSY-S3 • 1x PSY-S4 • 1x PSY-S1				
		5 St	EP.....	GP
04.01.0051	Säulenwaage mit Messstab	KG:		
Verwendungszweck				
Lieferung einer geeichten elektronischen Säulenwaage zur Gewichtserfassung von Erwachsenen für den Einsatz in Krankenhäusern, Ambulanzen, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen.				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Mindestanforderungen • Elektronische Säulenwaage als geeichtes Medizinprodukt. • Tragfähigkeit mindestens 300 kg bei einer Teilung von 50 g bis 150 kg und 100 g oberhalb 150 kg. • Transportrollen zum einfachen Standortwechsel. • Geeignet für die Verwiegung adipöser Patienten. • Ausziehbarer Alu-Teleskop-Messstab mit Bedruckung und farblicher Markierung im Lieferumfang enthalten. • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbetändige Oberflächen. • Standsichere Konstruktion • Digitale Gewichtsanzeige an einer Säule mit Display. • BMI-Funktion. • TARA-Funktion. • HOLD- bzw. Auto-HOLD-Funktion. • Mutter-/Kind-Funktion. • Reproduzierbare Messergebnisse. • Batteriebetrieb sowie optionaler Netzbetrieb. • Automatische Abschaltfunktion im Batteriebetrieb. • Datenausgabe über serielle oder USB-Schnittstelle. • Eigengewicht maximal 10 kg. • Plattformhöhe maximal 70 mm. • Plattformabmessungen mindestens 335 × 345 mm. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x PSY-S1 • 1x PSY-S2 • 1x PSY-S5			
		3 St	EP.....	GP
04.01.0052	Servierwagen aus Edelstahl			KG:
	Verwendungszweck Lieferung eines mobilen Servier- und Transportwagens für den Einsatz in Krankenhaus-, Labor-, Pflege- und Versorgungsbereichen.			
	Mindestanforderungen • Servier- und Transportwagen mit drei Ablageebenen. • Geschweißte Konstruktion und Ablageflächen aus Edelstahl mit hygienischer Oberflächenbeschaffenheit in polierter Ausführung • Rohrrahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr. • 3 durchgängige Fachböden mit umlaufender Aufkantung. • Schallgedämmte Fachböden. • Korrosionsbeständige Ausführung.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Tragfähigkeit je Ablageebene mindestens 50 kg. • Geeignet für den professionellen Einsatz im Gesundheitswesen. • Vier leichtgängige Lenkrollen, davon mindestens zwei mit Feststellbremse. • Außenabmessungen ungefähr: • Breite: 845 mm ± 50 mm • Tiefe: 525 mm ± 50 mm • Höhe: 940 mm ± 50 mm • Eigengewicht maximal 16 kg Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x PSY-S1 • 2x PSY-S5 • 2x PSY-S3 • 2x ZSG-S1 • 1x Geriatrie			Übertrag:
		8 St	EP.....	GP
04.01.0053	Sichtschutzbereich, Teleskophalterung			KG:
	Verwendungszweck Lieferung eines Sichtschutzbereichs zur kurzzeitigen Wahrung der Privatsphäre von Patienten in Untersuchungs-, Behandlungs-, Pflege- und Krankenhausbereichen. Das System muss an vorhandenen Gerätenormschienen befestigt werden können. Mindestanforderungen Sichtschutzbereich • Sichtschutzbereich zur flexiblen Abschirmung von Patientenbereichen. • Ausführung blickdicht. • Schwer entflammbar • Für den Einsatz im Gesundheitswesen geeignet. • Schnelles Aus- und Einfahren des Sichtschutzes durch eine Person möglich. • Maße: 140 x 175 cm (BxH) Teleskophalterung • Wandgestützte Teleskophalterung zur Montage an einer Gerätenormschiene. • Höhenverstellbare Ausführung.			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Kompatibel mit medizinischen Gerätenormschienen nach DIN EN ISO 19054 - Verdrehsichere Befestigung an der Normschiene. - Korrosionsbeständige Ausführung. - Geeignet zur sicheren Aufnahme eines ausziehbaren Sichtschutzsystems. - Höhe der Halterung ca. 550 mm. - Breite der Halterung ca. 50 mm. - Werkzeugarme Montage und Justierung. Lieferumfang - Sichtschutzhvorhang einschließlich Auszugssystem. - Teleskophalterung zur Montage an Geräteschienen. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: 2x PSY-S4			Übertrag:
		2 St	EP.....	GP
04.01.0054	Sichtschutzwand, mobil			KG:
	Verwendungszweck Lieferung einer mobilen Sichtschutzwand für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Untersuchungsbereiche. Mindestanforderungen - Fahrbare Sichtschutzwand mit drei Faltsegmenten. - Zusammenklappbar. - Blickdichte Ausführung. - Schwer entflammbare Materialien. - Schlag- und stoßfeste Konstruktion mit leichtgängigen Rollen. - Mindestens zwei Rollen mit Feststellbremse. - Höhe ca. 165 cm. - Gesamtbreite ausgeklappt ca. 200 cm. - Farbe: grau Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: 1x PSY-S1 1x PSY-S2 1x PSY-S5 1x PSY-S3 1x ZSG-S1			
		5 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
04.01.0055	Stapelhocker	KG:		
Verwendungszweck Lieferung von Stapelhockern für den Einsatz in der Ergotherapie eines Krankenhauses. Die Hocker dienen als Sitzgelegenheit für Patienten und Personal bei therapeutischen, diagnostischen und gruppenbezogenen Anwendungen. Mindestanforderungen • Stapelbarer Hocker für den professionellen Einsatz im Gesundheitswesen. • Geeignet für den täglichen Einsatz in Therapie- und Gruppenräumen. • Sitzfläche rund. • Sitzhöhe ca. 45-50 cm. • Standsichere Ausführung mit mindestens drei oder vier Standbeinen. • Gestell aus Metall • Wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Abrieb- und kratzfeste Ausführung. • Bodenschonende und rutschhemmende Fußkappen. • Belastbarkeit mindestens 120 kg. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 27x Manuelle Therapie 27 St EP..... GP				
04.01.0056	Standwaage mit Stehhilfe	KG:		
Verwendungszweck Lieferung einer geeichten elektronischen Stehhilfewaage zur Gewichtserfassung von Erwachsenen für den Einsatz in Krankenhäusern, Ambulanzen und Pflegeeinrichtungen. Mindestanforderungen • Elektronische Stehhilfewaage als geeichtes Medizinprodukt. • Tragfähigkeit mindestens 300 kg. • Geeignet für die Verwiegung gehbehinderter, mobilitätseingeschränkter und adipöser Patienten. • Umlaufende Haltereling an drei Seiten der Plattform zur sicheren Verwiegung. • Anzeigeeinheit an einer Säule angeordnet. • Automatische Wägebereichsumschaltung. • Rutschhemmende Wiegeplattform. • Plattformabmessungen mindestens 600 × 600 mm. Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Plattformhöhe maximal 55 mm. • BMI-Funktion. • TARA- und Pre-TARA-Funktion. • HOLD-Funktion. • Reproduzierbare Messergebnisse auch bei unruhigem Stand. • LCD-Display mit Ziffernhöhe mindestens 25 mm Diagonale. • Netz- und Akkubetrieb. • Automatische Abschaltfunktion im Akkubetrieb. • Integrierte Transportrollen. • Eigengewicht maximal 30 kg • Standsichere Ausführung • Datenausgabe über serielle oder USB-Schnittstelle. <i>Einweisung ist nicht einzukalkulieren.</i> Verteilung: • 1x Geriatrie			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
04.01.0057	Therapieliege			KG:
	Verwendungszweck Lieferung einer elektrisch höhenverstellbaren Therapieliege für den Einsatz in Physiotherapie, Rehabilitation, Ergotherapie sowie vergleichbaren medizinischen und therapeutischen Bereichen. Mindestanforderungen • Therapieliege mit mindestens fünfteilig segmentierter Liegefläche. • Dreiteiliges Kopfteil mit Gesichtsausschnitt und verschließbarem Füllpolster. • Verstellbare Armauflagen. • Elektrische Höhenverstellung. • Höhenverstellbereich mindestens 45 bis 95 cm. • Stufenlose Verstellung der Liegenhöhe über eine Rundum- oder Fußschaltung. • Kopfteil verstellbar von mindestens -40° bis +45°. • Separat verstellbares Rückenteil. • Verstellbares Beinteil. • Möglichkeit zur Trendelenburg-Lagerung. • Möglichkeit zur Dach- bzw. Kyphoselagerung. • Geeignet für sitzende, halbsitzende und liegende Behandlungspositionen. • Fahrbare Ausführung mit integrierter Rollenhebevorrichtung • Polsterung mit Druckverteilung und Liegekomfort. • Polsterbezug phthalatfrei, flammhemmend, abriebfest, wasserabweisend sowie beständig gegen Schweiß, Öle und			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fette.			Übertrag:
	• Wischdesinfizierbar und desinfektionsmittelbeständig • Stahlgestell • Sichere Arbeitslast mindestens 250 kg.			
	Abmessungen			
	• Liegenlänge ca. 200 cm. • Liegenbreite mindestens 65 cm. • Polsterstärke mindestens 50 mm.			
	Einweisung ist einzukalkulieren.			
	Verteilung:			
	• 1x Manuelle Therapie			
		1 St	EP.....	GP
04.01.0058	Ultraschallvernebler			KG:
	Verwendungszweck			
	Lieferung eines Ultraschallverneblers zur Aerosoltherapie und Atemluftbefeuchtung für den Einsatz in Krankenhäusern, Ambulanzen, Arztpraxen und vergleichbaren medizinischen Einrichtungen.			
	Mindestanforderungen			
	• Ultraschallvernebler für den professionellen medizinischen Einsatz. • Geeignet zur Vernebelung von Sterilwasser sowie von für die Aerosoltherapie zugelassenen Inhalationslösungen. • Erzeugung eines feinen Aerosols zur Deposition in den unteren Atemwegen. • Stufenlos oder mehrstufig einstellbare Verneblungsleistung. • Einstellbare Luftfördermenge. • Speicherung der zuletzt verwendeten Geräteeinstellungen möglich. • Akustische oder optische Warnfunktion bei unzureichendem Flüssigkeitsstand. • Automatische Schutzfunktion zur Vermeidung von Geräteschäden bei Trockenlauf oder vergleichbaren Betriebszuständen. • Für den Dauerbetrieb geeignet. • Wischdesinfizierbar und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. • Spritzwassergeschützte Ausführung. • Netzbetrieb 230 V AC. • Geeignet für den stationären Einsatz als Tischgerät oder auf einem Fahrstativ. • Inkl. Verbindungskomponenten für den			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)																						
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch																								
04	Bereich	Positionsteil																								
04.01	Abschnitt	Positionen																								
Übertrag:																										
bestimmungsgemäßen Betrieb.																										
Technische Mindestanforderungen																										
• Verneblungsleistung mindestens 0,5 ml/min. • Aerosolpartikelgröße im therapeutisch relevanten Bereich für die Behandlung der unteren Atemwege. • Luftfördermenge 1,5 - 8 l/min (mit Bakterienfilter).																										
Einweisung ist einzukalkulieren.																										
Verteilung:																										
• 1x PSY-S5																										
		1 St	EP.....	GP																						
04.01.0059	Untersuchungsliege Standard ZfSG	KG:																								
Unterkonstruktion aus CrNi-Stahl 18/10, pulverbeschichtet nach Wahl (kostenneutral) aus der Farbpalette des Herstellers, Lagerfläche in Verbundtechnik mit desinfektionsmittelbeständigem, antibakteriellem, antimikrobiellem, antimykotischem und schwer entflammbarem Kunststoffbezug mit hohem Lagerungskomfort. Polsterfarbe nach Wahl aus der Farbpalette des Herstellers (kostenneutral) Fahrbar, 4 abriebfeste Lenkrollen d ca. 120 mm, elektrisch leitend, Doppelkugellager mit Fadenschutz, farbneutraler Rollenbelag <table border="0"> <tr> <td>Rollen feststellbar:</td> <td>zentral</td> </tr> <tr> <td>Höhenverstellung:</td> <td>mit hydraulischem Fußpedal</td> </tr> <tr> <td>Höhenverstellbereich:</td> <td>ca. 500..850mm</td> </tr> <tr> <td>Liegefläche (LxB):</td> <td>ca. 2000 x 700 mm</td> </tr> <tr> <td>Seitengitter:</td> <td>keine</td> </tr> <tr> <td>Schiebegriffe:</td> <td>keine</td> </tr> <tr> <td>Kopfteil verstellbar:</td> <td>ja, ca. + 30°</td> </tr> <tr> <td>Fußteil verstellbar:</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Belastbarkeit:</td> <td>min. 200kg</td> </tr> <tr> <td>Papierrollenhalter:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Ablagekorb:</td> <td>nein</td> </tr> </table> Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung:					Rollen feststellbar:	zentral	Höhenverstellung:	mit hydraulischem Fußpedal	Höhenverstellbereich:	ca. 500..850mm	Liegefläche (LxB):	ca. 2000 x 700 mm	Seitengitter:	keine	Schiebegriffe:	keine	Kopfteil verstellbar:	ja, ca. + 30°	Fußteil verstellbar:	nein	Belastbarkeit:	min. 200kg	Papierrollenhalter:	ja	Ablagekorb:	nein
Rollen feststellbar:	zentral																									
Höhenverstellung:	mit hydraulischem Fußpedal																									
Höhenverstellbereich:	ca. 500..850mm																									
Liegefläche (LxB):	ca. 2000 x 700 mm																									
Seitengitter:	keine																									
Schiebegriffe:	keine																									
Kopfteil verstellbar:	ja, ca. + 30°																									
Fußteil verstellbar:	nein																									
Belastbarkeit:	min. 200kg																									
Papierrollenhalter:	ja																									
Ablagekorb:	nein																									
Übertrag:																										

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
	• 1x PSY-S1 • 1x PSY-S2 • 2x PSY-S5 • 1x PSY-S3 • 1x PSY-TK1 • 1x ZSG-S1 • 1x MVZ	8 St	EP.....	GP
04.01.0060	Vernebler- und Inhalationssystem			
KG:				
Verwendungszweck Lieferung eines elektrisch betriebenen Vernebler- und Inhalationssystems zur Aerosoltherapie bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen in Krankenhäusern, Ambulanzen und vergleichbaren medizinischen Einrichtungen. Mindestanforderungen • Elektrisch betriebenes Vernebler- und Inhalationssystem für den professionellen Einsatz. • Geeignet zur Vernebelung von Salzlösungen, inhalativen Arzneimitteln sowie vergleichbaren, für die Inhalation zugelassenen Lösungen. • Geeignet für Erwachsene sowie Kinder ab mindestens 4 Jahren. • Anwendbar bei Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege, z. B. Asthma, COPD oder Bronchitis. • Effiziente Aerosolerzeugung mit kurzen Inhalationszeiten. • Schlag- und stoßfeste Ausführung • Wischdesinfizierbar und desinfektionsmittelbeständig • Netzbetrieb 230 V AC. Lieferumfang • Kompressor bzw. Antriebseinheit. • Vernebler. • Verbindungsschlauch. • Mundstück. • Inhalationsmaske(n). Einweisung ist einzukalkulieren. Verteilung: • 1x PSY-S5				
		1 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag:				
04.01.0061	Visitenwagen	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines mobilen, höhenverstellbaren Visitenwagens für die elektronische Dokumentation und Patientenverwaltung in Krankenhaus-, Ambulanz- und Pflegebereichen. Mindestanforderungen • Fahrbarer Visitenwagen für den Betrieb eines Laptops bis mindestens 17 Zoll. • Ergonomisch höhenverstellbare Arbeitsfläche für Arbeiten im Sitzen und Stehen. • Verstellweg der Arbeitsfläche mindestens 50 cm. • Höhenverstellung werkzeuglos und durch eine Person bedienbar. • Gemeinsame Höhenverstellung von Arbeitsfläche und Tastaturablage. • Separate Tastatur- und Mausablage im Lieferumfang enthalten. • Integriertes Kabelmanagement. • wischdesinfizierbare und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen • für den täglichen Einsatz geeignet • Vier leichtgängige Lenkrollen, davon mindestens zwei feststellbar. • durch eine Person manövrierbare Bauweise für den Einsatz in Patientenzimmern und Stationsfluren. • Tragfähigkeit der Arbeitsfläche mindestens 10 kg. • Möglichkeit zur Aufnahme von Zubehör wie Scannerhaltern, Ablagefächern oder weiteren IT-Komponenten. • Modulare Konstruktion zur Anpassung an zukünftige Hard- und Softwareanforderungen. Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 1x PSY-S1 • 1x PSY-S5 • 1x PSY-S3 • 4x Geriatrie				
		7 St	EP.....	GP
04.01.0062	Wandhakenleiste	KG:		
• Wandmontierte Hakenleiste aus Edelstahl • zur Aufnahme von min. 3 Kitteln, Jacken oder ähnlichem • abgerundete Kanten • Hakenabstand min. 10 cm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
04	Bereich	Positionsteil		
04.01	Abschnitt	Positionen		
Übertrag: • für den Einsatz in Untersuchungs- und Behandlungsräumen • für den täglichen Einsatz geeignet • wischdesinfizierbar und desinfektionsmittelbeständig • inkl. vollständiger Montage Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • Lieferung spätestens bis KW47 2026 70 St EP..... GP				
04.01.0063	Werkstatthocker	KG:		
Verwendungszweck Lieferung eines Arbeitshockers für den Einsatz in Krankenhäusern, Laboren, Werkstätten und vergleichbaren Arbeitsbereichen. Mindestanforderungen • Arbeitshocker mit runder Sitzfläche. • Sitzfläche aus Holz oder gleichwertigem widerstandsfähigem Material. • Sitzdurchmesser ca. 350 mm. • Dreibeinige Konstruktion. • Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl • Stand- und Kippsicherheit. • Drehbare Ausführung. • Sitzhöhe ca. 600 mm oder alternativ höhenverstellbar im Bereich von ca. 400 bis 600 mm. • Schlag- und stoßfeste Ausführung Einweisung ist nicht einzukalkulieren. Verteilung: • 6x Manuelle Therapie 6 St EP..... GP				
Summe Abschnitt 04.01				
		Positionen , Netto:		
Summe Bereich 04				
		Positionsteil , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

26	LV	VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau	2	nur Textinformation
02	Bereich	Projektbezogene Informationen UKD Haus 46	10	nur Textinformation
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Fachhandel	12	nur Textinformation
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis	12	nur Textinformation
03.02	Abschnitt	Normen und Richtlinien	14	nur Textinformation
03.03	Abschnitt	Qualitätssicherung	15	nur Textinformation
03.04	Abschnitt	Abzugebende Unterlagen	16	nur Textinformation
03.05	Abschnitt	Auftragsabwicklung	16	nur Textinformation
03.06	Abschnitt	Eintransport	18	nur Textinformation
03.07	Abschnitt	Lieferung und Montage	18	nur Textinformation
03.08	Abschnitt	Inbetriebnahme	20	nur Textinformation
03.09	Abschnitt	Abnahme	20	nur Textinformation
03.10	Abschnitt	Einweisung und Schulung	21	nur Textinformation
04	Bereich	Positionsteil	21	
04.01	Abschnitt	Positionen	21	
Summe LV 26 VE 6215 Medizinischer Fachhandel elektrisch				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>