Wertungsmatrix für die Leistungsabrufe auf der zweiten Stufe der Rahmenvereinbarung

Einkauf von HF-Chirurgiegeräten inkl. Zubehör
Ausschreibungsnummer: EU-AUS-038/2026

Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen nach §§ 103 Abs. 5 GWB, 21 Abs. 1 – Abs. 2, Abs. 4 Ziffer 3., Abs. 5 VgV über die Vergabe von HF-Chirurgiegeräten inkl. Zubehör

hier: Wertungsmatrix für die Leistungsabrufe auf der zweiten Stufe der Rahmenvereinbarung.

	Hauptkriterien	Max. Pkte.	Unterkriterien / Bestandteile	Max. Pkte.	Punkteverteilung
1.	**Preis**	**40**			
			Erstmalige Investitionskosten und ggf. Instandhaltungs-/Folgekosten auf der Basis eines Wartungsvertrages (z.B. Vollwartungsvertrag über fünf Jahre)		Der Bieter mit dem niedrigsten Preis für alle Bestandteile des Leistungsverzeichnisses (ggf. inkl. des Preises der Betriebs- bzw. Vollwartung über 5 oder 10 Jahre) erhält 40 Punkte, bei höheren Preisen erfolgt ein prozentualer Abzug von Punkten. 0 Punkte erhält das Angebot was 3-mal so teuer ist wie das Günstigste. Beispiel: der niedrigste Preis liegt bei 20000 Euro, der zweitniedrigste Preis bei 22000 Euro, dann ist der 2. Bieter 10% teurer und erhält damit 2 Punkte Abzug, d.h. 38 Punkte beim Preis.
2.	**Anwenderbewertung**	**35**			
			Gesamt-System: • Allgemeine Handhabung • Optische Verarbeitung • Eindruck vom Bedienkonzept • Hygiene / Reinigungsmöglichkeiten • Geräuschentwicklung	10	10,0: sehr gute Qualität (1) 8,0: gute Qualität (2) 6,0: befriedigende Qualität (3) 4,0: ausreichende Qualität (4) 2,0: mangelhafte Qualität (5) 0,0: ungenügende Qualität (6)
			Bedienung: • Aufwand für die tägliche Inbetriebnahme (durch den Anwender) • Adaption des Zubehörs, wie Handgriffe, Neutralelektroden, etc. (Leichtgängig aber sicherer Sitz) • Alarmierungen bei Fehlern (optisch, akustisch, Klartextanzeige)	10	10,0: sehr gute Qualität (1) 8,0: gute Qualität (2) 6,0: befriedigende Qualität (3) 4,0: ausreichende Qualität (4) 2,0: mangelhafte Qualität (5) 0,0: ungenügende Qualität (6)

			• Anzeige der eingestellten Parameter • Anschlussbuchsen: Anschluss von Zubehör (z.B. Kabel und Handstücke) • Darstellung am Display • Aktivierungsfunktionen • Instrumentenerkennung • Neutralelektroden-überwachung		
			Stromformen: • Schneide Modi • Koagulations Modi • Gefäßversiegelung • Angebotenen Programme geeignet für die klinikindividuellen Anwendungen • Auswahl und individuelle Konfiguration der Programme	10	10,0: sehr gute Qualität (1) 8,0: gute Qualität (2) 6,0: befriedigende Qualität (3) 4,0: ausreichende Qualität (4) 2,0: mangelhafte Qualität (5) 0,0: ungenügende Qualität (6)
			Zubehör (sofern relevant): • Gerätewagen: Fahrbarkeit • Gerätewagen: Gesamteindruck • Rauchgasabsaugung: Bedienung • Rauchgasabsaugung: Geräuschentwicklung • Argon-Plasma-Koagulator: Bedienung • Argon-Plasma-Koagulator: Stromformen	5	5,0: sehr gute Qualität (1) 4,0: gute Qualität (2) 3,0: befriedigende Qualität (3) 2,0: ausreichende Qualität (4) 1,0: mangelhafte Qualität (5) 0,0: ungenügende Qualität (6)
3.	**Erfüllungsgrad des Leistungsverzeichnisses**	**20**			
4.	**Nachhaltigkeit**	**5**			Die Punkte für Nachhaltigkeit werden anteilig entsprechend dem Erfüllungsgrad vergeben. Beispiel: Erfüllt ein Bieter 50 % der geforderten Punkte im Reiter Nachhaltigkeit im Leistungsverzeichnis erhält er 2,5 Punkte in der Gesamtwertung für Nachhaltigkeit.

Prospitalia GmbH
Magirus-Deutz-Straße 13
89077 Ulm