


Dokumentenategorie: Prozessdokumente	Schlüsselwörter: Unterweisung Afterloader Dach
Dokumentenart: Wertetabelle	Fachbereich: PM, Kader
Erstellt von: Gneveckow	Seite 1 von 1

Unterweisung nach § 63 StrlSchV für den Zutritt zum Kontrollbereich Strahlentherapie

Für den Zutritt zum Dachbereich des Afterloaders

Hinweise zum Zutritt in Kontrollbereiche des MVZ Wolfsburg

Den Behandlungsräumen (Bunker) der Strahlentherapie des MVZs am Klinikum Wolfsburg werden Patienten mit hochenergetischer Strahlung behandelt. Der Zutritt zum Dachbereich dieser Räume (Kontrollbereich) ist reglementiert und entsprechend gekennzeichnet. Nur wenn der Aufenthalt „erforderlich“ ist, kann ein Betreten, nach vorheriger Unterweisung in die Gefahren, gestattet werden.



Der Dachbereich ist von der Strahlung der zwei Linearbeschleuniger ausreichen abgeschirmt. Beim Betrieb des Afterloaders (Brachtherapie) ist der auf der Lageskizze eingezeichnete Bereich Kontrollbereich und darf nur nach vorheriger Abklärung der Notwendigkeit und mit einem direkt ablesbaren Dosimeter betreten werden. Außerhalb des Betriebs ist ein Zugang zu allen Flächen des Dachs möglich und ungefährlich. Die Betriebszeiten des Afterloaders sind bei der medizinischen Physik (über Anmeldung Strahlentherapie Tel. 3860) zu erfragen.

Wenn gewünscht können weitere Informationen bei Strahlenschutzbeauftragten erfragt werden und zur Überwachung ein direkt ablesbares Dosimeter zu Verfügung gestellt werden. Dieses wird im Laufe einer Stunde die Dosis der natürlichen Hintergrundstrahlung von ca. 0,3µSV anzeigen.

Achtung Strahlung

Zutritt der Sperrfläche nur nach Rücksprache mit der medizinischen Physik 3860

Ich habe diese Hinweise gelesen und verstanden:

Datum	Name	Unterschrift

Dieses Dokument ist ein Jahr lang aufzubewahren.

Prüfung	Freigabe

Gültig ab: 1.11.2022

Speichername: FB Unterweisung Zugang zum Dachbereich Liste.docx	Abgerufen von: Gneveckow
Kommentar: V 1.0	Dokumentenabruf: 10. November 2022