



STRAHLENSCHUTZ-ANGABEN für Raum:					
Kardiologie - Allura Xp 10C FD					
BETRIEBSDATEN NACH DIN 6812 AUSGABE JUNI 2013					
Aufnahme 90 kV, W = 400 mA/minW			N = Nutzstrahlung		
Durchleuchtung AngiOAS 90 kV, W = 400 mA/minW			S = Störstrahlung		
Baufeld	Strahlung	max. korporales pD pro Woche mSv	Abstand	Bleigleichwert	
			m	mm Pb	
1	S	0.10	3.50	0.70	
2	S	0.10	3.00	0.80	
3	S	0.10	2.50	0.90	1)
4	S	0.10	2.00	1.00	
5	S	0.02	2.00	1.50	
6	S	0.02	2.00	1.50	

1) 1.5 mm Pb, falls der Grenzwert 0.02 mSv/Woche getordert wird

Ausführliche Unterlagen hierüber stellen die Firmen auf Anforderung zur Verfügung.

DECKENUNTERKONSTRUKTION FÜR POLY DGC

Erforderliche Raumhöhe, d.h. Oberkante Deckenaufschiene: 250 cm $\pm \frac{+0}{-5}$
zuzüglich Höhe für Deckenunterkonstruktion

Achsabstand der Montage-Schienen: max. 60,5 cm
P = 9,3, 12N

Laufende Punktlast:

RAUMBEDINGUNGEN (Bereich: DIGITALE BILDVERARBEITUNG)

Für Räume mit Rechnern

Höhe Temperaturen und Staub sind für die Datentechnik und für die Betriebsbesitzer schädlich.

System im Betrieb:

Temperatur	+38°C - +29°C
relative Luftfeuchte (keine Kondensation)	20% - 60%

System außer Betrieb (Lagerung):

Temperatur	+10°C - +32°C
relative Luftfeuchte (keine Kondensation)	20% - 80%

Übersicht ist es, im Computerraum einen höheren Überdruck gegenüber den anschließenden Räumen zu haben, so dass das Eindringen von Außenluft verhindert wird.
Direktes Sonnenstrahlung ist zu vermeiden.

Die Fußbodenbeläge muss so beschaffen sein, dass sich keine größere elastische Spannung als 1,3 kN aufbauen kann. Dies wird für Kunststoffbeläge erreicht durch nichtelastische Anstriche aus Acryl 5 x 10⁻³ bis 5 x 10⁻² l/m².
Zu Pilzer des Fußbodenbelages nur antiseptische Reinigungsmittel verwenden, nicht bohren und wachsen.

Datum	Änderung		gezeichnet	geprüft	
Freigabebestätigung des Auftraggebers Der vorliegende Plan ist zur weiteren Bearbeitung freigegeben unter Berücksichtigung eventuell eingetragener Änderungen. Die Ausführungspläne sind entsprechend zu erstellen. Zu diesem Zweck erforderliche Unterlagen werden zur Verfügung gestellt.					
Auftraggeber:		Architekt:			
Ort/Datum:		Ort/Datum:			
Aufstellplan von 15 LHK 2 Gerät Monoplane Raum J0.47 Kardiologie					
Unerbrechte vorbehalten		Maßstab: 1:20 Maßangaben in cm		gezeichnet: geprüft: -	
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin		Datum: 29.05.2015		Zeichnungsnummer:	
		Rohbauhöhe: 3,73 m			