



Serviceschein

Auftrag: WO-14158960

Dokumenten-Nr.: WO-14158960_1
Ausstellungsdatum: 25.08.2026

Fallnummer: 0126424047

Auftraggeber:

BG Klinikum Unfallkrankenhaus
Berlin gGmbH
Warener Str. 7
12683 Berlin

Leistungsempfänger:

BG Klinikum Unfallkrankenhaus
Berlin gGmbH
Warener Str. 7
12683 Berlin

Kontaktdaten:

Philips GmbH Market DACH
Röntgenstrasse 22
22335 Hamburg
Tel.: 0800 3333544
Email: service.hc.de@philips.com

Kundenkontakt Details

Kontakt: Enrico Herz
Email: enrico.herz@ukb.de

Telefon: +493056813850
Mobil: nicht zutreffend

Details zur Durchführung

Technikernamen: Rene Marks
Angelegt am: 17.12.2025
Priorität: 5 Geplante Aktivität
Auftragsart: Wartung

Vertrags-Nr.: CON1197396
Wartungsplan: Uptime IS DE
Garantie: nicht zutreffend

System Details

System: Allura Xper FD10 722026
Produkt-Nr.: 65869507
Kunden eigene System-Nr.: nicht zutreffend

Serien-Nr.: 384
System-Nr.: 65869507
UDI: nicht zutreffend
Raum / Abteilung: Inventar-Nr.: 5177 // HK2

Fehlerbeschreibung: Vorbeugende Maßnahme

Systemstatus: Der Besuch zur vorbeugenden Wartung ist abgeschlossen und das System wird wieder vollständig klinisch verwendet.

Einsatzdaten

Aktivität	Service Aktivität	Start Datum & Zeit	Ende Datum & Zeit	Dauer
Arbeitszeit	Service vor Ort	25.08.2026 09:00	25.08.2026 14:30	5,50
			Dauer gesamt:	5,50

Techniker Hinweis

Typ	Beschreibung	Angelegt am
Kunden Kommentare	Die Wartungsmaßnahmen wurden nach den gültigen Herstellervorgaben ausgeführt und abgeschlossen. Das System entspricht in den durchgeführten Tests den Herstellerspezifikationen und ist bereit für den klinischen Einsatz. Zusätzlicher Mitarbeiter: Herr Malhas	25.08.2026

Systembeschreibung	Messmittel Code	Modell Nummer	Serien/Equipment Nummer	Kalibrierdatum
DOSE-KVP-LIGHT METER	TC261-011	RAYSAFE X2 - RF SENSOR	275793	30.09.2027
DOSE-KVP-LIGHT METER	TC261-010	RAYSAFE X2 BASE UNIT	274825	30.09.2027
ELECTRICAL SAFETY TESTER	TC187-003	SECUTEST SIII M7010	KI9359470095	16.04.2027
HANGING WEIGH SCALE	TC379-011	KERN CH 50K100	WD180012029	20.04.2027
LIGHTMETER	TC078-006	GOSSEN - MAVO-SPOT2 USB	4D41002	24.04.2028
MULTIMETER	TC091-002	FLUKE 177	94870462	13.03.2027
TORQUE WRENCH	TC327-011	SNAP-ON CTECH2R100A	0822103708	21.04.2027

Service Mitarbeiter Unterschrift:

Kunden Unterschrift:

Kundenname: per Mail an Enrico Herz

Unterzeichner nicht verfügbar

B. Mauf

Technikernamen: Marks, René

Datum: 25.08.2026 22:21

Unterschrift erfasst

Auftrag: WO-14158960

Philips GmbH Market DACH
Röntgenstrasse 22
22335 Hamburg
Deutschland
WEEE-Reg.-Nr. DE 78232146

Geschäftsführung: Mikko Vasama (Vorsitzender), Henning in Wolde-Lübke, Stefan Zeipert
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Baumann
Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Registergericht Hamburg, HRB 74 560

