Anwenderbewertung Infusionstechnik	**Gerätetyp (vol. Infusionspumpe):**	**Gerätetyp (Infusionsspritzenpumpe):**				
Fragestellung	**Ziel**	**Bewertung**				**Begründung**	**maximal erreichbare Punktzahl**
		sehr gut (100%)	**gut (70%)**	**befriedigend (30%)**	**mangelhaft (0%)**		
Handling der volumetrischen Infusionpumpe (Gewicht, Größe, Haptik)	Das einzelne Gerät sollte nicht zu schwer einfach an der Normschiene/Rundrohr etc. zu besfestigen und zu lösen sowie gut zu transprotieren sein; das Einlegen der Leitung einfach, aber sicher; das Einstellen in die Dockingstation sollte einfach und unkompliziert sein. Eine einfache Bedienung über Tastatur oder Touchdisplay ist auch mit Einmalhandschuhen gut möglich.						205
Anzeige/Display der volumetrischen Infusionpumpe	Das Display sollte alle notwendigen Informationen übersichtlich angeordnet darstellen und diese gut lesbar sein. Die verschiedenen Alarmarten (visuell / akustisch) sollten gut differenzierbar und wahrnehmbar sein.						275
Menüführung der volumetrischen Infusionpumpe	Das Gerät sollte einfach, verständlich, schnell und intuitiv bedienbar sein, ohne dabei sicherheitsrelavante Aspekte zu vernachlässigen. Fehler sollten nachvollziehbar dargestellt werden.						480
Reinigung der volumetrischen Infusionpumpe	Die notwendige (Wisch-)desinfektion für die Geräte sollte einfach sein, d. h. die Geräte weisen keine schwer zugänglichen Kanten etc. auf..						70

Anwenderbewertung Infusionstechnik	Gerätetyp (vol. Infusionspumpe):	Gerätetyp (Infusionsspritzenpumpe):			

Fragestellung	Ziel	Bewertung				Begründung	maximal erreichbare Punktzahl
		sehr gut (100%)	gut (70%)	befriedigend (30%)	mangelhaft (0%)		
Handling der Infusionsspritzenpumpe (Gewicht, Größe, Haptik)	Das einzelne Gerät sollte nicht zu schwer einfach an der Normschiene/Rundrohr etc. zu besfestigen und zu lösen sowie gut zu transprotieren sein, das Einlegen der Spritze einfach, aber sicher; das Einstellen in die Dockingstation sollte einfach und unkompliziert sein. Eine einfache Bedienung über Tastatur oder Touchdisplay ist auch mit Einmalhandschuhen gut möglich.						205
Anzeige/Display der Infusionsspritzenpumpe	Das Display sollte alle notwendigen Informationen übersichtlich angeordnet darstellen und diese gut lesbar sein. Die verschiedenen Alarmarten (visuell / akustisch) sollten gut differenzierbar und wahrnehmbar sein.						275
Menüführung der Infusionsspritzenpumpe	Das Gerät sollte einfach, verständlich, schnell und intuitiv bedienbar sein, ohne dabei sicherheitsrelavante Aspekte zu vernachlässigen. Fehler sollten nachvollziehbar dargestellt werden.						480
Reinigung der Infusionsspritzenpumpe	Die notwendige (Wisch-)desinfektion für die Geräte sollte einfach sein, d. h. die Geräte weisen keine schwer zugänglichen Kanten etc. auf..						70

Anwenderbewertung Infusionstechnik	**Gerätetyp (vol. Infusionspumpe):**	**Gerätetyp (Infusionsspritzenpumpe):**				
Fragestellung	**Ziel**	**Bewertung**				**Begründung**	**maximal erreichbare Punktzahl**
		sehr gut (100%)	**gut (70%)**	**befriedigend (30%)**	**mangelhaft (0%)**		
Bettplatzkonfiguration	Mehrere Pumpen, sowohl volumetrische Infusionspumpen, als auch Infusions-spritzenpumpen können in der Anzahl und Zusammenstellung flexibel und unkompliziert in möglichst leichte (intelligente) Dockingstationen zusammengefasst und platzsparend betrieben werden.						415
Mobilität	Einzelne Pumpen, auch volumetrische Infusionspumpen, aber vor allem Infusionsspritzenpumpen können zum manuellen Transport einfach, schnell und sicher (ohne Dockingstation) zusammengefasst werden.						275
Punkte							**2750**
gewichtet Punktzahl							