

Checkliste Risikoanalyse und Bewertung neuer MP

Klinik: _____

Produktbezeichnung: _____

Artikelnummer: _____

Seriennummer: _____

Hersteller: _____

Medizinprodukteberater: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Aufbereitungsanleitung	vorhanden	Oja		
Bedienungsanleitung	vorhanden	Oja	D nein	
Zulassung CE	vorhanden	Oja		
Artikelliste für Zubehör	vorhanden	Oja	D nein	D nicht notwendig
Beschreibung	vorhanden	Oja	D nein	
Demontage/Montage zur Aufbereitung	vorhanden	Oja		
Einweisung Mitarbeiter	durchgeführt	Oja	D nein	D nicht notwendig
Wartung/Prüfung	Intervall	D nicht notwendig		
Anzahl der Aufbereitungen		Angabe der Anzahl:		D nicht begrenzt
Maschinelle thermische Reinigung/Desinfektion 90-93°C		Oja		
Alkalische Reinigung mit Proclean (pH>10,5)		I I ja		
Manuelle Vorreinigung notwendig		Oja	D nein	
Ultraschallreinigung D unzulässig		D möglich	D notwendig	
Abweichend von vorhandenen Mitteln benötigte Reinigungs- und Desinfektionsmittel oder Pflegemittel wenn ja, welche				
Sterilisationsverfahren	Dampf, 134°C n 5Min.	Dampf, 134°C n 18 Min.	Plasma 45 °C n .	
Auszufüllen von ZSVA - Leitung				
Verpackung für das MP	TyvekD	Sonstiges:		
Sterilisationsverfahren in der ZSVA vorhanden	Oja	D nein		
Einstufung gemäß RKI	Kritisch A <input type="checkbox"/> , B <input type="checkbox"/> , C <input type="checkbox"/>		Semikritisch AD, B D Unkritisch D	
Packliste hinterlegen	Oja	D nein		
Besonderheiten:				
Datum:	Durchgeführt von:		HZ:	

Achtung: Eine Aufbereitung erfolgt nur bei Vorliegen der ausgefüllten Checkliste!

Ersteller: K. Schröter	Prüfer: H. Hannemann	Freigeber: K. Schröter	Revision: 001/07.2021
Erstellende Organisationseinheit: Bereich 2- ZSVA			ID Nummer: 79028