

Ausschreibung

A-KANMT2600104
Endoskopiertechnik

Leistungsverzeichnis
Endoskopiertechnik

Seiten 15

Projektbeschreibung
Auftraggeber
Ausführungsort

Asklepios Südpfalzlinik Kandel

Leistungsverzeichnis
Währung / Steuer

A-KANMT2600104 - Endoskopietechnik
alle Angaben in € / Mehrwertsteuersatz: 19,00% / PST: 0,000%

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen

Inhaltsverzeichnis

	Allgemeine Vorbemerkung	4
	Ausschreibungsanerkennung	5
	Projektbeschreibung	6
1	Endoskopietechnik	7
1.1	Titel 1 Endoskopietechnik	7
2	Endoskopietechnik	10
2.1	Titel 2 Endoskopietechnik	10

Allgemeine Vorbemerkung

In den Vergabeunterlagen nicht als Vertragsbestandteile aufgeführte Unterlagen, insbesondere Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil.

1. Angebotsausarbeitung

Die Ausarbeitung erfolgt kostenlos. Eine Entschädigung hierfür erfolgt nicht.

2. Fehler im Angebot

Streichungen und Zusätze des Angebotstextes sind nicht erlaubt und machen das Angebot ungültig.

3. Leistungsumfang

Der Bieter erklärt, dass ihm Art und Umfang der zur gebrauchsfertigen Erstellung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Lieferungen und Leistungen, auch wenn diese nicht explizit aufgeführt und beschrieben sind, bekannt sind und Grundlage seines Angebotes bilden.

Daher wird davon ausgegangen, dass es sich bei den angebotenen Geräten und Anlagen um vollständige, funktionsfähige Einheiten, mit den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Eigenschaften, einschl. der erforderliche Warn- und Sicherheitseinrichtungen handelt. Es werden daher Nachforderungen der Auftragnehmer für die Lieferung von Teilen, die nicht im Text ausdrücklich erwähnt, die jedoch für die einwandfreie und sichere Funktion erforderlich sind, ausgeschlossen.

Auf unzureichende Kenntnis oder irrtümliche Vorstellungen kann er sich nicht berufen. Nachforderungen sind ausgeschlossen.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass das Angebot die Anlieferung zur Verwendungsstelle des Bedarfsträgers, einschl.

Zwischenlagerung auf dem Krankenhausgelände, falls erforderlich, beinhaltet, d.h. alle Frachtkosten (Rollgeld) sind einzukalkulieren.

Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter seine Zustimmung

4. Qualitäten

Bei der Angebotskalkulation ist zu berücksichtigen, dass der Bauherr davon ausgeht, dass die zu beschaffenden Modalitäten für mind. 10 Jahre betrieben werden sollen.

Eine CE-Kennzeichnung ist erforderlich. Das Gerät muss den geltenden Vorschriften und Gesetzen genügen

5. Abfall

Verpackungen verbleiben nach erfolgreicher Lieferung im Besitz des AN und müssen fachgerecht entsorgt werden.

6. Dokumentation

Vor Abnahme sind die vollständigen Bestandsunterlagen in Papierform und elektronisch auf einem Datenträger zu übergeben. Zu den Bestandsunterlagen gehören Gerätebestandslisten, Erfassungsbögen, Zertifizierungen, Konformitätserklärungen, werksseitige Prüfprotokoll, Baueratzulassungen, Bedienungsanleitungen, Pflegehinweise, Wartungsanleitungen und Einweisungsprotokolle.

7. Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 36 Monate. Sollten zur Erfüllung der Gewährleistung seitens des Bieters Wartungsarbeiten erforderlich sein, sind diese mit einzukalkulieren.

8. Produktpräsentation

Ist das Angebot des Bieters bezuschlagsfähig, behalten wir uns vor, den Bieter vor Bezuschlagung zur Produktpräsentation in die Klinik einzuladen.

9. Cybersicherheit und Funktionserhalt für 10 Jahre

Durch den Auftragnehmer sind Software-Updates und Cybersecuritypatches kostenneutral für den Auftraggeber durchzuführen, sobald diese verfügbar sind.

Die wesentlichen Bestandteile des PCs (Rechners) sind kostenneutral für den Auftraggeber immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Das gilt für die Hardware als auch für das Betriebssystem. Der aktuelle Stand heißt, dass alle verfügbaren Updates und Patches installiert werden können und jederzeit weitere Softwarepakete mit erweiterten/neuen Funktionalitäten sowie neuen Applikationen hinzugekauft und installiert werden können. Es dürfen nur Betriebssysteme verwendet werden, die den aktuellen Cybersecurity-Vorgaben entsprechen. Die Termine zum Austausch sind initiativ durch den Auftragnehmer mit der jeweiligen Standortleitung Medizintechnik zu vereinbaren.

Fortsetzung von vorheriger Seite

Ausschreibungsanerkennung

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die Bedingungen an.

Der Bieter erklärt hiermit:

- a) dass er die Ausschreibung auf ihre Vollständigkeit und Schlüssigkeit hin geprüft hat, insbesondere darauf, dass keine von den in der Liste der Angebots- und Ausschreibungsunterlagen aufgeführten Unterlagen und Seiten fehlen,
- b.) dass er die Ausschreibung lückenlos gelesen hat,
- c.) dass der Text der Ausschreibung nicht unverständlich und nicht mehrdeutig ist,
- d.) dass bei eventuellen Rückfragen eine zufriedenstellende, ausreichende Erklärung erfolgte,
- e.) dass er alle sonstigen, preisbeeinflussenden Umstände geprüft und bewertet hat und Nachträge nicht zu erwarten sind,
- f.) dass er diese Ausschreibung mit allen in der Liste der Angebotsunterlagen aufgeführten Anlagen ohne Einschränkungen durch seine Unterschrift als maßgeblichen Vertragsbestandteil anerkennt.

Mit Abgabe des Angebotes gilt die Erklärung als abgegeben

Projektbeschreibung

Die Asklepios Südpfalzlinik Kandel ist als Akut- und Regelversorger mit 188 Planbetten breit aufgestellt – mit den Fachabteilungen von Allgemeine Innere Medizin mit Tagesstation und fachübergreifender Frührehabilitation, Geriatrie, Kardiologie, Anästhesie, Intensivmedizin, Gynäkologie, Gastroenterologie und Endoskopie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie, Unfall- und Handchirurgie, Orthopädie und Alterstraumatologie. Ebenfalls übernimmt die Asklepios Südpfalzlinik Kandel die Notfallversorgung für den Landkreis Germersheim.

Die Asklepios Südpfalzlinik Kandel muss einen Teil der Endoskopiertechnik (Prozessoren und Endoskope) austauschen.
Die Endoskopiertechnik soll auf Deckenversorgungseinheiten untergestellt bzw. auf Wagen montiert werden.
Die Übergabe durch den Auftragnehmer muss vollständig betriebsbereit erfolgen.

Titel 1 muss im Oktober 2026 betriebsfertig geliefert und eingewiesen werden, während Titel 2 in Q1 2027 betriebsfertig geliefert und eingewiesen werden soll.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
1	Endoskopiertechnik			
1.1	Titel 1 Endoskopiertechnik			
1.1.1	Videoprozessor Anzubieten ist ein Videoprozessor für flexible Endoskopie zur Anzeige und Aufnahme von Bild- und Videodaten in 2D 4K- Bildqualität. Das System muss über Visualisierungsmöglichkeiten zur besseren Gewebedifferenzierung verfügen, insbesondere Optimierung der Helligkeit von helleren und dunkleren Bereichen Hervorheben von Details und Intensivierung des Farbkontrastes wie bspw. die Nahinfrarots-Floreszenz Bildgebung. Differenzierte Darstellung von Gewebestrukturen durch Verschiebung oder Konturanhebung des Farbspektrums. Es ist ein Unterstützungsprogramm zur Größenabschätzung von Objekten (wie Polypen) während der Koloskopie anzubieten. Läuft das Unterstützungsprogramm auf einem separaten PC-System, so sind PC-System und die für den Betrieb notwendiges Zubehör anzubieten. Das System muss so eingerichtet sein, dass neben den Bilddaten der Endoskope auch endoskopische Ultraschallaufnahmen konsolidiert und für die zentrale Bilddatenverarbeitung via DICOM abgespeichert werden können. Inkl. LED-Lichtquelle inkl. aller Verbindungskabel Mit einer automatischen Helligkeitssteuerung Mit der Möglichkeit von Zoom Mit dem Prozessor muss eine Bild-in-Bild oder Bild-by-Bild-Funktion möglich sein. Der Videoprozessor muss mit allen Endoskopen dieser Ausschreibung kompatibel sein. Hinsichtlich etwaiger Erweiterungen, Ausstattungsmerkmale und Software gilt, dass die hier anzubietenden Systeme den vollen Funktionsumfang der nachstehend angebotenen Endoskope gestatten muss. Bewertungskriterium: Lässt sich die Spülpumpe prozessorgesteuert über das Handstück des Endoskops bedienen? Ja/Nein Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte Bewertungskriterium: Wird der Titel 1 der Endoskopiertechnik zwei Wochen nach Auftragserteilung geliefert? Ja = 80 Punkte; Nein = 0 Punkte 2 St			
1.1.2	Videogastroskop Gefordert wird ein hochauflösendes Videogastroskop für den therapeutischen Einsatz. Es sind ausschließlich hochauflösende, hochsensitive CMOS-Sensoren zugelassen, welche eine Bildwiedergabe mit möglichst wenig Bildrauschen erlauben. Verfügt der Bieter über ähnliche Geräte-Serien verpflichtet er sich diesbezüglich die Geräte mit seinem hochwertigsten Sensor anzubieten. Für Elektrochirurgische und Laserbehandlungen geeignet. ca. ø9mm (distal), Arbeits-Länge ca. 1.050mm Sichtfeld mind. 140° mit Wasserstrahlsystem			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
<i>Fortsetzung von vorheriger Seite</i>				
	Lieferung inklusive: • aller zum sicheren Betrieb und Nutzung aller Funktionen des angebotenen Videogastroskops benötigter Software • aller zum sicheren Betrieb und Nutzung aller Funktionen des angebotenen Videogastroskops Anschlusskabel Bewertungskriterium: Wie klein ist das Verhältnis von Endoskopdurchmesser zu Arbeitskanal? Kleinstes Verhältnis = 40 Punkte; zweit kleinstes Verhältnis = 20 Punkte; drittkleinstes Verhältnis = 0 Punkte 4 St			
1.1.3	Videokoloskop Gefordert wird ein hochauflösendes Videokoloskop für den therapeutischen Einsatz. Für Elektrochirurgische und Laserbehandlungen geeignet. Es sind ausschließlich hochauflösende, hochsensitive CMOS-Sensoren zugelassen, welche eine Bildwiedergabe mit möglichst wenig Bildrauschen erlauben. Verfügt der Bieter über ähnliche Geräte-Serien verpflichtet er sich diesbezüglich die Geräte mit seinem hochwertigsten Sensor anzubieten. ca. ø12.8mm (distal), Arbeitslänge Länge ca. 1.500mm Sichtfeld mind. 150° mit Wasserstrahlsystem Lieferung inklusive: • aller zum sicheren Betrieb und Nutzung aller Funktionen des angebotenen Videogastroskops benötigter Software • aller zum sicheren Betrieb und Nutzung aller Funktionen des angebotenen Videogastroskops Anschlusskabel Bewertungskriterium: Wie klein ist das Verhältnis von Endoskopdurchmesser zu Arbeitskanal? Kleinstes Verhältnis = 40 Punkte; zweit kleinstes Verhältnis = 20 Punkte; drittkleinstes Verhältnis = 0 Punkte 4 St			
1.1.4	Endoskopiewagen Anzubieten ist ein Endoskopiewagen zur Aufnahme der Endoskopietechnik. Auf Rollen und höhenverstellbaren und schwenkbaren Monitortragarm zur Aufnahme eines mind. 10kg Monitor. Beidseitige Schlauchklemmen Trenntransformator mit Isolationswächter Mit Gasflaschenhalter Mit Normschiene Mit mind. 2 Zwischenböden 1 St			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
1.1.5	Monitor 32" 4k für Endoskopie Leistungsstarker, benutzerfreundlicher multifunktionaler 32"-4K-Monitor für medizinische Zwecke Zur Wiedergabe von qualitativ hochwertigen 4K-2D-Farbbilder in Ultra HD. Der Breitbild-Monitor (16:9) muss mit diversen Signalanschlussoptionen verfügen über ein flaches, hygienefreundliches Design verfügen, das für den Einsatz in medizinischen Umgebungen geeignet ist. Eingänge mindestens: HDMI, DVI-D, SDI, DP, LAN Ausgänge mindestens: SDI, Clone Inkl. Verkabelung -HDMI oder DVI- mit mindestens 10m.	1 St		
1.1.6	Dichtigkeits-Testgeräte Zur elektronischen Überprüfung der Dichtigkeit vorgenannter Komponenten. Inkl. des erforderlichen Zubehörs.	1 St		
1.1.7	Rücknahme Altgerät Am Standort müssen die Altgeräte der Endoskopiertechnik entgegengenommen und fachgerecht entsorgt werden einschl. Entsorgungsnachweis. Dabei handelt es sich um ca. 12 Endoskope des Herstellers Pentax. Alternativ ist auch ein Rückkauf zulässig. Sollte der Fall sein, ist der Rückkaufpreis als negativer Einheitspreis einzurechnen. Der Rückkaufwert muss als separate Gutschrift - steuerfrei gem. §4 Nr. 28 UStG - erfolgen und darf nicht mit dem Neugeräten auf einer Rechnung verrechnet werden.	1 St		
Summe 1.1 Titel 1 Endoskopiertechnik				
Summe 1 Endoskopiertechnik				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
2	Endoskopiertechnik			
2.1	Titel 2 Endoskopiertechnik			
2.1.1	Videoprozessor Anzubieten ist ein Videoprozessor für flexible Endoskopie zur Anzeige und Aufnahme von Bild- und Videodaten in 2D Full-HD Bildqualität. Das System muss über Visualisierungsmöglichkeiten zur besseren Gewebedifferenzierung verfügen, insbesondere Optimierung der Helligkeit von helleren und dunkleren Bereichen Hervorheben von Details und Intensivierung des Farbkontrastes. Differenzierte Darstellung von Gewebestrukturen durch Verschiebung oder Konturanhebung des Farbsprekturns. Es ist ein Unterstützungsprogram zur Größenabschätzung von Objekten (wie Polypen) während der Koloskopie anzubieten. Läuft das Unterstützungsprogramm auf einem separaten PC-System, so sind PC-System und die für den Betrieb notwendiges Zubehör anzubieten. Das System muss so eingerichtet sein, dass neben den Bilddaten der Endoskope auch endoskopische Ultraschallaufnahmen konsolidiert und für die zentrale Bilddatenverarbeitung via DICOM abgespeichert werden können. Inkl. LED-Lichtquelle inkl. aller Verbindungskabel Mit einer automatischen Helligkeitssteuerung Mit der Möglichkeit von Zoom Mit dem Prozessor muss eine Bild-in-Bild oder Bild-by-Bild-Funktion möglich sein. Der Videoprozessor muss mit allen Endoskopen dieser Ausschreibung kompatibel sein. Hinsichtlich etwaiger Erweiterungen, Ausstattungsmerkmale und Software gilt, dass die hier anzubietenden Systeme den vollen Funktionsumfang der nachstehend angebotenen Endoskope gestatten muss. Bewertungskriterium: Lässt sich die Spülpumpe prozessorgesteuert über das Handstück des Endoskops bedienen? Ja/Nein Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte 1 St			
2.1.2	Pädiatrisches (schlankes) Videokoloskop Gefordert wird ein hochauflösendes Videokoloskop für den therapeutischen Einsatz in der Pädiatrie. Für Elektrochirurgische und Laserbehandlungen geeignet. Es sind ausschließlich hochauflösende, hochsensitive CMOS-Sensoren zugelassen, welche eine Bildwiedergabe mit möglichst wenig Bildrauschen erlauben. Verfügt der Bieter über ähnliche Geräte-Serien verpflichtet er sich diesbezüglich die Geräte mit seinem hochwertigsten Sensor anzubieten. ca. ø11.5mm (distal), Arbeitslänge Länge ca. 1.600mm Arbeitskanal von ca. 3,2mm. Sichtfeld mind. 170° mit Wasserstrahlsystem Die Steifigkeit und Flexibilität des Einführungsschlauch muss angepasst werden können Lieferung inklusive:			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
<i>Fortsetzung von vorheriger Seite</i>				
	• aller zum sicheren Betrieb und Nutzung aller Funktionen des angebotenen Videogastroskops benötigter Software • aller zum sicheren Betrieb und Nutzung aller Funktionen des angebotenen Videogastroskops Anschlusskabel Bewertungskriterium: Wie klein ist das Verhältnis von Endoskopdurchmesser zu Arbeitskanal? Kleinstes Verhältnis = 40 Punkte; zweit kleinstes Verhältnis = 25 Punkte; drittkleinstes Verhältnis = 0 Punkte	1 St		
2.1.3	Video Duodenoskop Gefordert wird ein hochauflösendes Videoduodenoskop. Es sind ausschließlich hochauflösende, hochsensitive CMOS-Sensoren zugelassen, welche eine Bildwiedergabe mit möglichst wenig Bildrauschen erlauben. Verfügt der Bieter über ähnliche Geräte-Serien verpflichtet er sich diesbezüglich die Geräte mit seinem hochwertigsten Sensor anzubieten. Für Elektrochirurgische geeignet. ca. ø13mm (distal), Arbeitslänge ca. 1.250mm Arbeitskanal von ca.4,5mm. Lieferung inklusive: • aller zum sicheren Betrieb des angebotenen Videoduodenoskops benötigter Software • aller zum sicheren Betrieb des angebotenen Videoduodenoskops Anschlusskabel Bewertungskriterium: Wie klein ist das Verhältnis von Endoskopdurchmesser zu Arbeitskanal? Kleinstes Verhältnis = 80 Punkte; zweit kleinstes Verhältnis = 40 Punkte; drittkleinstes Verhältnis = 0 Punkte	2 St		
2.1.4	Videogastroskop Gefordert wird ein hochauflösendes Videogastroskop für den therapeutischen Einsatz. Es sind ausschließlich hochauflösende, hochsensitive CMOS-Sensoren zugelassen, welche eine Bildwiedergabe mit möglichst wenig Bildrauschen erlauben. Verfügt der Bieter über ähnliche Geräte-Serien verpflichtet er sich diesbezüglich die Geräte mit seinem hochwertigsten Sensor anzubieten. ca. ø9mm (distal), Arbeits-Länge ca. 1.050mm Sichtfeld ca. 140° Arbeitskanal von ca. 3,2mm mit Wasserstrahlsystem Lieferung inklusive: • aller zum sicheren Betrieb und Nutzung aller Funktionen des angebotenen Videogastroskops benötigter Software • aller zum sicheren Betrieb und Nutzung aller Funktionen des angebotenen Videogastroskops Anschlusskabel Bewertungskriterium: Wie klein ist das Verhältnis von Endoskopdurchmesser zu Arbeitskanal? Kleinstes Verhältnis = 40 Punkte; zweit kleinstes Verhältnis = 20 Punkte; drittkleinstes Verhältnis = 0 Punkte	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
2.1.5	Videogastroskop (transnasal) Gefordert wird ein möglichst schlankes, hochauflösendes Videogastroskop für den therapeutischen Einsatz in der Pädiatrie. ca. ø6 mm (distal), Arbeitskanal ca. 2,4mm Arbeits-Länge ca. 1100mm mit Wasserstrahlsystem. Lieferung inklusive: • aller zum sicheren Betrieb des angebotenen Videogastroskops benötigter Software • aller zum sicheren Betrieb des angebotenen Videogastroskops Anschlusskabel Bewertungskriterium: Wie klein ist das Verhältnis von Endoskopdurchmesser zu Arbeitskanal? Kleinstes Verhältnis = 40 Punkte; zweit kleinstes Verhältnis = 20 Punkte; drittkleinstes Verhältnis = 0 Punkte	1 St		
2.1.6	Monitor 32" 4k für Endoskopie Leistungsstarker, benutzerfreundlicher multifunktionaler 32"-4K-Monitor für medizinische Zwecke Zur Wiedergabe von qualitativ hochwertigen 4K-2D-Farbbilder in Ultra HD. Der Breitbild-Monitor (16:9) muss mit diversen Signalanschlussoptionen verfügen über ein flaches, hygienefreundliches Design verfügen, das für den Einsatz in medizinischen Umgebungen geeignet ist. Eingänge mindestens: HDMI, DVI-D, SDI, DP, LAN Ausgänge mindestens: SDI, Clone Inkl. Verkabelung -HDMI oder DVI- mit mindestens 10m.	1 St		
2.1.7	Monitor 27" Full-HD für Endoskopie medizinischer 27-Zoll-Full-HD-LCD-Monitor für medizinische Zwecke. Zur Anzeige von 2D-Farbvideobildern endoskopischer und laparoskopischer Kamerasysteme. Der Monitor muss mit diversen Signalanschlussoptionen verfügen über ein flaches, hygienefreundliches Design verfügen, das für den Einsatz in medizinischen Umgebungen geeignet ist. Design und Hygiene Gehäuse: Fugenloses, schützendes Design Reinigung: Resistent gegen Wasser und Feuchtigkeit, leicht zu desinfizieren Eingänge mindestens: • HDMI: 1x Typ A Buchse • DVI-D: 1x DVI-D-Anschluss • 3G-SDI: 1x BNC-Anschluss • Composite-Video: 1x BNC-Anschluss Ausgänge mindestens:			

Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsbeschreibung A-KANMT2600104 - Endoskopietechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
<i>Fortsetzung von vorheriger Seite</i>				
	• 3G-SDI: 1x BNC-Anschluss • DVI-D: 1x DVI-D-Anschluss • Composite-Video: 1x BNC-Anschluss			
	Inkl. Verkabelung -HDMI und DVI- mit mindestens 10m.			
		1 St		
2.1.8	Endoskopiewagen Anzubieten ist ein Endoskopiewagen zur Aufnahme der Endoskopietechnik. Auf Rollen und höhenverstellbaren und schwenkbaren Monitortragarm zur Aufnahme eines mind. 10kg Monitor. Beidseitige Schlauchklemmen Trenntransformator mit Isolationswächter Mit Gasflaschenhalter Mit Normschiene Mit mind. 2 Zwischenböden			
		1 St		
2.1.9	Rücknahme Altgerät Am Standort müssen die Altgeräte der Endoskopietechnik entgegengenommen und fachgerecht entsorgt werden einschl. Entsorgungsnachweis. Dabei handelt es sich um ca. 12 Endoskopen des Herstellers Pentax. Alternativ ist auch ein Rückkauf zulässig. Sollte der Fall sein, ist der Rückkaufpreis als negativer Einheitspreis einzurechnen. Der Rückkaufwert muss als separate Gutschrift - steuerfrei gem. §4 Nr. 28 UStG - erfolgen und darf nicht mit dem Neugeräten auf einer Rechnung verrechnet werden.			
		1 St		
Summe 2.1 Titel 2 Endoskopietechnik				
Summe 2 Endoskopietechnik				

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
1.1	Titel 1 Endoskopietechnik	
1	Endoskopietechnik	
2.1	Titel 2 Endoskopietechnik	
2	Endoskopietechnik	

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
1	Endoskopiertechnik	
2	Endoskopiertechnik	
LV-Summe (Netto)		 €
zuzügl. MwSt.		 €
LV-Summe (Brutto)		 €