



Zuschlagskriterien

WIE-Endosonographiegerät

01 | Zuschlagskriterien

Den Zuschlag erhält der Bieter mit der höchsten Gesamtpunktzahl (max. 1000 Punkte), bei Punktgleichheit erhält der Bieter mit dem günstigeren Preis den Zuschlag.

Die Gesamtpunktzahl berechnet sich aus Punkte Angebotspreis + Punkten der Bewertungskriterien.

Maximale Punktzahl Angebotspreis = 600 Punkte

Maximale Punktzahl Bewertungskriterien = 400 Punkte

Der Angebotspreis ist der Gesamtpreis

Die Punktzahl des Angebotspreises berechnet sich aus der linearen Interpolation zwischen dem niedrigsten Preis (600 Punkte) und dem zweifachen vom niedrigsten Preis (0 Punkte)

Formel: $600 \times ((P_{\text{Angebot}} - 2 \times P_{\text{min}}) / (P_{\text{min}} - 2 \times P_{\text{min}}))$

Die Gesamtsumme der Bewertungskriterien ist die Summe der einzelnen Bewertungskriterien.

Die Punkte der Bewertungskriterien werden wie folgt verteilt:

| Nummer | Bewertungskriterien | Max. Punkte |
|--------|---|-------------|
| 1 | Das Gerät verfügt über einen ca. 21 Zoll OLED Monitor.? Ja = 50 Punkte; Nein = 0 Punkte | 50 |
| 2 | Ist eine rektrale Sonographie > oder = 360 ° möglich Ja = 50 Punkte; Nein = 0 Punkte | 50 |
| 3 | Ist das Ultraschallgerät kompatibel herstellerfremder Ultraschallendoskopen? Ja = 100 Punkte; Nein = 0 Punkte | 100 |
| 4 | Ist das Ultraschallsystem kompatibel mit dem in Bestand befindlichen digitaler Videoprozessor VP-7000 und LED Lichtquelle BL-7000 von Fujifilm? Ja = 100 Punkte; Nein = 0 Punkte | 100 |
| 5 | Ist die Sonde mind. 60° winkelverstellbar? Ja = 100 Punkte; Nein = 0 Punkte | 100 |
| | | 400 |