

Ausschreibung

A-FLKPR2600008
Erweiterungsbeschaffung Schlucktherapie

Leistungsverzeichnis
Erweiterungsbeschaffung Schlucktherapie

Seiten 9

Projektbeschreibung
Auftraggeber
Ausführungsort

Asklepios Klinik Alsbach GmbH - Asklepios Neurologische Klinik F

Leistungsverzeichnis
Währung / Steuer

A-FLKPR2600008 - Erweiterungsbeschaffung Schlucktherapie
alle Angaben in € / Mehrwertsteuersatz: 19,00% / PST: 0,000%

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen

Inhaltsverzeichnis

	Allgemeine Vorbemerkung	4
	Ausschreibungsanerkennung	4
	Projektbeschreibung	5
1	Los 1 Medizintechnik	6
1.1	Therapiegerät zur Behandlung von schweren Schluckstörungen	6

Leistungsbeschreibung

A-FLKPR2600008 - Erweiterungsbeschaffung
Schlucktherapie

In den Vergabeunterlagen nicht als Vertragsbestandteile aufgeführte Unterlagen, insbesondere Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil.

1. Angebotsausarbeitung

Die Ausarbeitung erfolgt kostenlos. Eine Entschädigung hierfür erfolgt nicht.

2. Fehler im Angebot

Streichungen und Zusätze des Angebotstextes sind nicht erlaubt und machen das Angebot ungültig.

3. Leistungsumfang

Der Bieter erklärt, dass ihm Art und Umfang der zur gebrauchsfertigen Erstellung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Lieferungen und Leistungen, auch wenn diese nicht explizit aufgeführt und beschrieben sind, bekannt sind und Grundlage seines Angebotes bilden.

Daher wird davon ausgegangen, dass es sich bei den angebotenen Geräten und Anlagen um vollständige, funktionsfähige Einheiten, mit den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Eigenschaften, einschl. der erforderliche Warn- und Sicherheitseinrichtungen handelt. Es werden daher Nachforderungen der Auftragnehmer für die Lieferung von Teilen, die nicht im Text ausdrücklich erwähnt, die jedoch für die einwandfreie und sichere Funktion erforderlich sind, ausgeschlossen.

Auf unzureichende Kenntnis oder irrtümliche Vorstellungen kann er sich nicht berufen. Nachforderungen sind ausgeschlossen.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass das Angebot die Anlieferung zur Verwendungsstelle des Bedarfsträgers, einschl.

Zwischenlagerung auf dem Krankenhausgelände, falls erforderlich, beinhaltet, d.h. alle Frachtkosten (Rollgeld) sind einzukalkulieren.

Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter seine Zustimmung

4. Qualitäten

Bei der Angebotskalkulation ist zu berücksichtigen, dass der Bauherr davon ausgeht, dass die zu beschaffenden Modalitäten für mind. 10 Jahre betrieben werden sollen.

Eine CE-Kennzeichnung ist erforderlich. Das Gerät muss den geltenden Vorschriften und Gesetzen genügen

5. Abfall

Verpackungen verbleiben nach erfolgreicher Lieferung im Besitz des AN und müssen fachgerecht entsorgt werden.

6. Dokumentation

Vor Abnahme sind die vollständigen Bestandsunterlagen in Papierform und elektronisch auf einem Datenträger zu übergeben. Zu den Bestandsunterlagen gehören Gerätebestandslisten, Erfassungsbögen, Zertifizierungen, Konformitätserklärungen, werksseitige Prüfprotokoll, Bauerartzulassungen, Bedienungsanleitungen, Pflegehinweise, Wartungsanleitungen und Einweisungsprotokolle.

7. Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate. Sollten zur Erfüllung der Gewährleistung seitens des Bieters Wartungsarbeiten erforderlich sein, sind diese mit einzukalkulieren.

8. Produktpräsentation

Ist das Angebot des Bieters bezuschlagsfähig, behalten wir uns vor, den Bieter vor Bezuschlagung zur Produktpräsentation in die Klinik einzuladen.

9. Cybersicherheit und Funktionserhalt für 10 Jahre

Durch den Auftragnehmer sind Software-Updates und Cybersecuritypatches kostenneutral für den Auftraggeber durchzuführen, sobald diese verfügbar sind.

Die wesentlichen Bestandteile des PCs (Rechners) sind kostenneutral für den Auftraggeber immer auf dem aktuellen Stand zu halten.

Das gilt für die Hardware als auch für das Betriebssystem. Der aktuelle Stand heißt, dass alle verfügbaren Updates und Patches installiert werden können und jederzeit weitere Softwarepakete mit erweiterten/neuen Funktionalitäten sowie neuen Applikationen hinzugekauft und installiert werden können. Es dürfen nur Betriebssysteme verwendet werden, die den aktuellen Cybersecurity-Vorgaben entsprechen. Die Termine zum Austausch sind initiativ durch den Auftragnehmer mit der jeweiligen Standortleitung Medizintechnik zu vereinbaren.

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die Bedingungen an.
Der Bieter erklärt hiermit:

- a) dass er die Ausschreibung auf ihre Vollständigkeit und Schlüssigkeit hin geprüft hat, insbesondere darauf, dass keine von den in der Liste der Angebots- und Ausschreibungsunterlagen aufgeführten Unterlagen und Seiten fehlen,
- b.) dass er die Ausschreibung lückenlos gelesen hat,
- c.) dass der Text der Ausschreibung nicht unverständlich und nicht mehrdeutig ist,
- d.) dass bei eventuellen Rückfragen eine zufriedenstellende, ausreichende Erklärung erfolgte,
- e.) dass er alle sonstigen, preisbeeinflussenden Umstände geprüft und bewertet hat und Nachträge nicht zu erwarten sind,
- f.) dass er diese Ausschreibung mit allen in der Liste der Angebotsunterlagen aufgeführten Anlagen ohne Einschränkungen durch seine Unterschrift als maßgeblichen Vertragsbestandteil anerkennt.

Mit Abgabe des Angebotes gilt die Erklärung als abgegeben

1. Einleitung

Der Asklepios Konzern zählt zu den größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patienten mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, sozialer Versorgung und Innovation.

Die Asklepios Neurologische Klinik Falkenstein in Königstein im Taunus ist ein spezialisiertes Fachzentrum, das die gesamte neurologische Behandlungskette von der Intensivmedizin bis zur ambulanten Nachsorge abdeckt. Mit einer Kapazität von rund 155 Betten versorgt die Klinik Patienten sowohl in der Akutphase als auch in der Rehabilitation.

Das medizinische Angebot ist dabei in spezialisierte Fachabteilungen unterteilt:

- **Akutneurologie** zur Erstversorgung und Diagnostik,
- **Neurologische Frührehabilitation (Phase B)** für schwer betroffene Patienten sowie
- **Weiterführende neurologische Rehabilitation (Phasen C und D)** zur Rückkehr in den Alltag.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Behandlung komplexer Krankheitsbilder. Hierzu zählen insbesondere:

- **Schlaganfälle** (mit über 800 behandelten Fällen pro Jahr),
- **Parkinson**,
- **Multiple Sklerose** sowie
- **Hirnverletzungen**.

Für den bestmöglichen Heilungserfolg setzt die Klinik auf eine Kombination aus modernster Technik und klassischen Heilverfahren. So kommt zur Frühmobilisierung innovative Robotik zum Einsatz, während im ambulanten Zentrum individuelle Konzepte in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Sprachtherapie umgesetzt werden.

2. Ausschreibungsgegenstand

Für die Asklepios Neurologische Klinik Falkenstein soll ein neues Gerät zur pharyngealen elektrischer Stimulation (PES) neuer angeschafft werden. Dies dient der Behandlung von neurogene Schluckstörungen (Dysphagie) durch Förderung die Neuroplastizität, Verbessern der Schlucksicherheit, Reduzierung von Aspirationen und beschleunigt somit die Rehabilitation.

Leistungsbeschreibung A-FLKPR2600008 - Erweiterungsbeschaffung
Schlucktherapie

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
1	Los 1 Medizintechnik			
1.1	Therapiegerät zur Behandlung von schweren Schluckstörungen			
1.1.01	<p>Therapiegerät zur Behandlung neurogener Dysphagie mittels PES</p> <p>Gefordert wird ein kompaktes, tragbares System zur elektrophysiologische Therapie von schweren Schluckstörungen bei neurologische beeinträchtigten Patienten.</p> <p>Im Gegensatz zu anderen Therapieansätzen soll dieses Gerät nicht die Muskulatur direkt trainieren, sondern versuchen, die zentralnervöse Steuerung des Schluckvorgangs durch die elektrische Stimulation des Racheninneren zu optimieren.</p> <p>Das System ist CE-gekennzeichnet nach MDR (EU 2017/745).</p> <p>Das zu beschaffende Gerät beeinflusst die neuronale Steuerung durch elektrische Reize. Zur Stimulation der sensorischen Nervenbahnen werden Sonden inklusive Elektroden im Rachenraum des Patienten platziert. Die elektrischen Impulse richten sich an die sensorischen Nervenbahnen der Rachenschleimhaut. Sie zielen darauf ab, die Informationsübermittlung vom Rachen zum Hirnstamm und dem Kortex zu verstärken. Dies soll die neurologische Reorganisation (Neuroplastizität) fördern, um die Koordination und Kraft der Schluckmuskulatur wiederherzustellen.</p> <p><u>Therapiegerät bestehend aus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Basisstation zur Erzeugung, Steuerung und Überwachung spezifischer, elektrischer Impulse (Stimulation) <ul style="list-style-type: none"> Ausgangsstrom: Variabel von 1 mA bis 50 mA, manuell durch den Anwender an die Empfindlichkeit des Patienten anpassbar. Frequenz: Fest eingestellt auf 5 Hz. Impulsbreite: Fest auf 200 µs. Wellenform: Monophasisch, rechteckig. Maximale Spannung: Bis zu 240 V. ◦ Bedienung / Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> ■ Farb-Touchscreen mit integrierter QWERTZ-Tastatur zur Dateneingabe ■ Echtzeit-Anzeige der Elektrodenkontaktqualität (Gut/Schlecht-Icon) und Countdown-Timer ■ Passwortgeschützter Zugang für autorisierte Benutzer ◦ Datenmanagement / Konnektivität <ul style="list-style-type: none"> ■ Integrierte Datenbank für Patienten-IDs und Behandlungsverläufe ■ Export über USB-Anschluss in verschlüsselten, passwortgeschützten ZIP-Dateien ■ Passwortgeschützter Zugang für autorisierte Benutzer • Intelligente Stimations- und Ernährungssonde (2 VE á 5 Stück) <ul style="list-style-type: none"> Dualfunktion <ul style="list-style-type: none"> nasogastrale Sonde Träger für Elektroden zur neuromodularen Behandlung inklusive Positionierhilfe inklusive Speicherchip zur Speicherung patientenspezifischer Therapieparameter im Anschlussstecker • Sonstiges <ul style="list-style-type: none"> ◦ inkl. Zollgebühren, andere Steuern und Versandkosten ◦ kostenfrei Anlieferung und Aufbau ◦ kostenfreie Inbetriebnahme, Einweisung und Schulung (gemäß der aktuellen Gesetzmäßigkeiten und Vorschriften) 			

Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsbeschreibung

A-FLKPR2600008 - Erweiterungsbeschaffung
Schlucktherapie

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	◦ inkl. fortlaufender Nutzerunterstützung über Kundendienst und Vertrieb			
		1,000 St
	Summe 1.1 Therapiegerät zur Behandlung von schweren Schluckstörungen		
	Summe 1 Los 1 Medizintechnik		

Leistungsbeschreibung A-FLKPR2600008 - Erweiterungsbeschaffung
Schlucktherapie

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe in €
	Leistungsbeschreibung	
1.1	Therapiegerät zur Behandlung von schweren Schluckstörungen
1	Los 1 Medizintechnik

Leistungsbeschreibung

A-FLKPR2600008 - Erweiterungsbeschaffung
Schlucktherapie

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
1	Los 1 Medizintechnik
	
LV-Summe (Netto)	 €
zuzügl. MwSt.	 €
LV-Summe (Brutto)	 €
	