
Leistungsverzeichnis

Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabenr.: 26-803

Auftraggeber: Asklepios Neurologische Klinik Bad Salzhausen
Am Hasensprung 6
63667 Nidda/Bad Salzhausen

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung: **Datum:** 05.08.2026 **Uhrzeit:** 10:00

Ort:

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:**

Ausführungsfrist: **Beginn:** 01.09.2026 **Ende:** 20.11.2026

Bieter: _____

Summe netto: EUR

zzgl. 19% MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabenr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
01	Deckenliftersysteme	5
01.01	Station 2A	5
01.02	Station 2C	6
01.03	Station 3A	8
01.04	Station 3C	9
02	Hebezubehör	11
03	Digitalwaagen	13
	Zusammenstellung (Ebene 2)	14
	Zusammenstellung	15

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabennr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

Vorbemerkungen / Vertragstexte

0. Vorbemerkung

0.1 Auftragsgegenstand

Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Einweisung von Deckenliftersystemen einschließlich Hebezubehör und Digitalwaage für die Asklepios Neurologische Klinik Bad Salzhausen.

Die ausgeschriebenen Leistungen dienen der Erweiterung und Vereinheitlichung der 0.1 Allgemeines Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe von Deckenliftersystemen einschließlich Hebezubehör und Digitalwaagen für die Asklepios Neurologische Klinik Bad Salzhausen. Die Beschaffung dient der Erweiterung und Vereinheitlichung der bestehenden Deckenlifterinfrastruktur.

0.2 Fabrikatsvorgabe

Es werden Deckenliftersysteme des Fabrikats Guldmann ausgeschrieben.

0.3 Eignungs- und Zuschlagskriterien

Mit dem Angebot ist die beigelegte Eigenerklärung zur Eignung (Anlage 3) vollständig ausgefüllt einzureichen.

Der Bieter muss über die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen verfügen.

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit gelten folgende Mindestanforderungen:

a) Referenzen

Der Bieter muss innerhalb der letzten drei Jahre mindestens zwei mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbare Aufträge erfolgreich ausgeführt haben.

Als vergleichbar gelten insbesondere die Lieferung und Montage von Deckenliftersystemen, Patientenhebesystemen oder vergleichbarer medizintechnischer Hebe- und Transfersysteme einschließlich Installation und Inbetriebnahme in Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen oder vergleichbaren Objekten.

b) Personal

Der Bieter muss über ausreichend qualifiziertes Personal zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen verfügen. Dies umfasst insbesondere für die Montage und Inbetriebnahme entsprechend geschulte Fachkräfte.

c) Berufsregister

Der Bieter muss in das für ihn zuständige Berufs- oder Handelsregister eingetragen sein, soweit eine entsprechende Eintragung gesetzlich vorgeschrieben ist.

d) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Der Bieter muss in mindestens einem der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre einen Jahresumsatz von mindestens 200.000 EUR netto erzielt haben.

e) Zuverlässigkeit

Es dürfen keine zwingenden oder fakultativen Ausschlussgründe vorliegen. Insbesondere dürfen keine Ausschlussgründe entsprechend §§ 123, 124 GWB vorliegen.

Die vorgenannten Anforderungen werden zunächst durch die mit dem Angebot einzureichende Eigenerklärung zur Eignung nachgewiesen.

Der Auftraggeber behält sich vor, vor Zuschlagserteilung geeignete Nachweise zu den Angaben in der Eigenerklärung anzufordern. Hierzu können insbesondere Referenznachweise, Handelsregisterauszüge, Bescheinigungen in Steuersachen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Sozialversicherungsträger oder

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabenr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Berufsgenossenschaften sowie Nachweise über die Qualifikation des eingesetzten Personals verlangt werden.

Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Angebotspreis. Den Zuschlag erhält das wirtschaftlichste Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis.

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabennr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01	Deckenliftersysteme			
----	----------------------------	--	--	--

Die nachfolgenden Positionen umfassen jeweils die betriebsbereite Lieferung und Montage der ausgeschriebenen Deckenliftersysteme.

Im Einheitspreis sind insbesondere enthalten:

- sämtliche Schienen- und Befestigungskomponenten,
- sämtliche Anschluss- und Montagematerialien,
- Lieferung und fachgerechte Montage,
- Fahrt- und Nebenkosten,
- Lastprüfung,
- Erstprüfung nach Installation,
- Inbetriebnahme,
- Einweisung bzw. Handhabungsschulung des Personals,
- betriebsbereite Übergabe der Anlage.

Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, sind sämtliche Leistungen vollständig kalkuliert anzubieten.

01.01	Station 2A			
-------	-------------------	--	--	--

01.01.0010	Guldmann GH3+ 250 – Deckenintegriertes Deckenliftersystem			
------------	--	--	--	--

Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen
Ausführung:

- max. 250 kg Tragfähigkeit
- max. 7 m x 4 m raumdeckend
- deckenintegriert
- mit max. 45 cm Abhängung
- reine Deckenmontage
- mit GH3+ 250 kg
- inklusive Standardaufhängebügel

4 St

01.01.0020	Guldmann GH3+ 375 – Deckenintegriertes Deckenliftersystem			
------------	--	--	--	--

Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen
Ausführung:

- max. 375 kg Tragfähigkeit
- max. 7 m x 4 m raumdeckend
- deckenintegriert
- mit max. 45 cm Abhängung
- reine Deckenmontage
- mit GH3+ 375 kg
- inklusive Standardaufhängebügel

2 St

Summe 01.01	Station 2A			
--------------------	-------------------	-------	--	--

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabennr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02	Station 2C			
01.02.0010	Guldmann GH3+ 250 – Wandschienensystem Typ 4 x 3			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 250 kg Tragfähigkeit			
	- max. 4 m x 3 m raumdeckend			
	- Wandschienensystem mit B-Traversal			
	- reine Wandmontage			
	- mit GH3+ 250 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	4 St			
01.02.0020	Guldmann GH3+ 250 – Wandschienensystem Typ 3 x 4			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 250 kg Tragfähigkeit			
	- max. 3 m x 4 m raumdeckend			
	- Wandschienensystem mit B-Traversal			
	- reine Wandmontage			
	- mit GH3+ 250 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	1 St			
01.02.0030	Guldmann GH3+ 250 – Wandschienensystem Typ 4 x 4			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 250 kg Tragfähigkeit			
	- max. 4 m x 4 m raumdeckend			
	- Wandschienensystem mit B-Traversal			
	- reine Wandmontage			
	- mit GH3+ 250 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	1 St			

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabenr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0040	Guldmann GH3+ 250 – Wandschienensystem Typ 4 x 5 Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen 2Ausführung: - max. 250 kg Tragfähigkeit - max. 4 m x 5 m raumdeckend - Wandschienensystem mit B-Traverse - reine Wandmontage - mit GH3+ 250 kg - inklusive Standardaufhängebügel 2 St			
01.02.0050	Guldmann GH3+ 250 – B-Schienensystem mit Bodenpfosten Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen Ausführung: - max. 250 kg Tragfähigkeit - max. 5 m x 4 m raumdeckend - B-Schienensystem - Installation unterhalb der Abhangdecke mittels Bodenpfosten - mit GH3+ 250 kg - inklusive Standardaufhängebügel 1 St			
01.02.0060	Guldmann GH3+ 250 – B-Schienensystem mit Wandbeschlägen Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen Ausführung: - max. 250 kg Tragfähigkeit - max. 5 m x 4 m raumdeckend - B-Schienensystem - Installation unterhalb der Abhangdecke mittels Wandbeschlägen - mit GH3+ 250 kg - inklusive Standardaufhängebügel 1 St			
Summe 01.02	Station 2C			

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabentr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03	Station 3A			
01.03.0010	Guldmann GH3+ 250 – Deckenintegriertes Deckenliftersystem			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 250 kg Tragfähigkeit			
	- max. 7 m x 4 m raumdeckend			
	- deckenintegriert			
	- mit max. 45 cm Abhängung			
	- reine Deckenmontage			
	- mit GH3+ 250 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	7 St			
01.03.0020	Guldmann GH3+ 375 – Deckenintegriertes Deckenliftersystem			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 375 kg Tragfähigkeit			
	- max. 7 m x 4 m raumdeckend			
	- deckenintegriert			
	- mit max. 45 cm Abhängung			
	- reine Deckenmontage			
	- mit GH3+ 375 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	2 St			
Summe 01.03	Station 3A			

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabennr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04	Station 3C			
01.04.0010	Guldmann GH3+ 250 – Wandschienensystem Typ 4 x 3			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 250 kg Tragfähigkeit			
	- max. 4 m x 3 m raumdeckend			
	- Wandschienensystem mit B-Traversal			
	- reine Wandmontage			
	- mit GH3+ 250 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	4 St			
01.04.0020	Guldmann GH3+ 250 – Wandschienensystem Typ 3 x 4			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 250 kg Tragfähigkeit			
	- max. 3 m x 4 m raumdeckend			
	- Wandschienensystem mit B-Traversal			
	- reine Wandmontage			
	- mit GH3+ 250 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	1 St			
01.04.0030	Guldmann GH3+ 250 – Wandschienensystem Typ 4 x 4			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 250 kg Tragfähigkeit			
	- max. 4 m x 4 m raumdeckend			
	- Wandschienensystem mit B-Traversal			
	- reine Wandmontage			
	- mit GH3+ 250 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	1 St			

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabenr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0040	Guldmann GH3+ 250 – Wandschienensystem Typ 4 x 5			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 250 kg Tragfähigkeit			
	- max. 4 m x 5 m raumdeckend			
	- Wandschienensystem mit B- Traverse			
	- reine Wandmontage			
	- mit GH3+ 250 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	1 St			
01.04.0050	Guldmann GH3+ 250 – Wandschienensystem Typ 3 x 5			
	Lieferung und Montage von raumdeckenden Deckenliftersystemen			
	Ausführung:			
	- max. 250 kg Tragfähigkeit			
	- max. 3 m x 5 m raumdeckend			
	- Wandschienensystem mit B- Traverse			
	- reine Wandmontage			
	- mit GH3+ 250 kg			
	- inklusive Standardaufhängebügel			
	1 St			
Summe 01.04	Station 3C			
Summe 01	Deckenliftersysteme			

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabentr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Hebezubehör			
	Die Angabe der Größe L dient lediglich der Preisermittlung. Die endgültige Größenauswahl der ausgeschriebenen Hebezubehörteile (S, M, L oder XL) erfolgt bedarfsgerecht durch den Auftraggeber vor Abruf bzw. Lieferung.			
02.0010	Guldmann Sit-On Comfort High			
	Umlagerungs- und Hebesitz für den sitzenden Patiententransfer mit hohem Rückenteil und integrierter Kopfstütze, geeignet für Patienten mit eingeschränkter Kopf- und Rumpfkontrolle. Gepolsterte Ausführung mit Beinschlaufen, kompatibel mit dem Guldmann-Standardaufhängebügel. Maschinenwaschbar gemäß Herstellerangaben. Größen SXL frei wählbar (die Größenangabe L dient nur der Preisermittlung).			
	30 St			
02.0020	Guldmann GAIT Trainer			
	Gurtsystem für die Gangrehabilitation und das Gehtraining in Kombination mit dem Deckenliftsystem. Sichert den Patienten während der Mobilisation gegen Stürze und ermöglicht dem Therapiepersonal ein freihändiges Arbeiten. Kompatibel mit dem Guldmann-Standardaufhängebügel. Größen SXL frei wählbar.			
	2 St			
02.0030	Guldmann Active Trainer			
	Gurtsystem für aktives Steh-, Balance- und Transfertraining in Kombination mit dem Deckenliftsystem. Unterstützt die Frühmobilisation von Patienten mit teilweise vorhandener Steh- und Rumpffunktion. Kompatibel mit dem Guldmann-Standardaufhängebügel. Größen SXL frei wählbar.			
	2 St			
02.0040	Guldmann Twin Turner Standard			
	Umlagerungshilfe zum liftergestützten Drehen und Positionieren von Patienten im Bett (z. B. zur Dekubitusprophylaxe und Pflegeererleichterung). Beidseitige Ausführung zur Anwendung mit dem Deckenlifter, kompatibel mit dem Guldmann-Standardaufhängebügel.			
	4 St			

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabenr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0050	Guldmann Beinschlaufe Zubehörschlaufe zum Anheben und Halten der Beine bei Pflege- und Positionierungsmaßnahmen in Kombination mit dem Deckenlifter. Kompatibel mit dem Guldmann-Standardaufhängebügel.			
	4 St			
Summe 02	Hebezubehör			

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabenr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Digitalwaagen			
03.0010	Guldmann Digitalwaage Klasse III, 300 kg			
	Digitale Patientenwaage zur Integration in das Deckenliftsystem, Einbau zwischen Hebemodul und Aufhängebügel. Ermöglicht das Wiegen des Patienten während des Transfervorgangs ohne zusätzliche Umlagerung. Ausführung: geeicht nach Genauigkeitsklasse III (medizinisch zugelassene, eichfähige Waage gemäß Mess- und Eichrecht), Tragfähigkeit 300 kg, digitale Gewichtsanzeige, Batteriebetrieb.			
	3 St			
Summe 03	Digitalwaagen			

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabenr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Station 2A	
01.02	Station 2C	
01.03	Station 3A	
01.04	Station 3C	
Summe 01	Deckenliftersysteme	

Projekt: Lieferung und Einbau ITS-Deckenlifter-Systeme Vergabenr.: 26-803

LV-Bezeichnung: Asklepios Klinik Bad Salzhausen - Lieferung und Einbau ITS-D

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Deckenliftersysteme	
02	Hebezubehör	
03	Digitalwaagen	
Summe Zusammenstellung:		
Summe ohne Nachlass:		
Nachlass (.....%):		
Summe netto:		
zzgl. 19% MwSt:		
Summe inkl. MwSt:		