

Angebotsbewertungsmethoden und -kriterien

Wertungsmethode der Vergabe

Wertungsmethode

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach der einfachen Richtwertmethode.

Wertungskriterien der Vergabe

1 Vorgaben Leistungsbeschreibung

Beschreibung	Alle aufgeführten Beschreibungen im Dokument 41_53701563_EF_01_26 Leistungsbeschreibung 100926 müssen erfüllt sein
Art	Qualitätskriterium
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoptionen für Bieter	Freitext (Pflichtangabe)

2 Maße

Beschreibung	Das System soll als kompaktes Tischgerät ausgeführt sein und einen möglichst geringen Platzbedarf im Labor beanspruchen. Für den Betrieb erforderliche externe Pumpen, Steuergeräte oder vergleichbare Komponenten sind bei der Ermittlung des Gesamtplatzbedarfs zu berücksichtigen. Wertspanne: 0 Punkte = Stellfläche > 80 × 100 cm, 1 Punkte = Stellfläche > 60 × 80 cm, 2 Punkte = Stellfläche bis 60 × 80 cm, 3 Punkte = Stellfläche bis 50 × 65 cm, 4 Punkte = Stellfläche bis 45 × 55 cm, 5 Punkte = Stellfläche bis 40 × 50 cm
Art	Qualitätskriterium
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	30 %
Ausprägung	Mit individueller Skala
Bester Wert	5
Schlechtester Wert	0
Einheit	-Keine Angabe-
Bewertung jenseits des besten Wertes	Unzulässig
Bewertung jenseits des schlechtesten Wertes	Unzulässig
Mindestanforderung	Keine
Antwortoptionen für Bieter	Freitext (Pflichtangabe)

3 Gewicht

Beschreibung	Das System soll als transportierbares Tischgerät ausgeführt sein und ein möglichst geringes Gesamtgewicht aufweisen. Wertspanne: 0 Punkte = Gewicht > 36 kg 1 = Gewicht bis 36 kg 2 = Gewicht bis 31 kg 3 = Gewicht bis 26 kg 4 = Gewicht bis 21 kg 5 = Gewicht bis 16 kg
Art	Qualitätskriterium
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	30 %
Ausprägung	Mit individueller Skala
Bester Wert	5
Schlechtester Wert	0
Einheit	-Keine Angabe-
Bewertung jenseits des besten Wertes	Unzulässig
Bewertung jenseits des schlechtesten Wertes	Unzulässig
Mindestanforderung	Keine
Antwortoptionen für Bieter	Freitext (Pflichtangabe)

4 Temperaturkontrolle der Reagenzien

Beschreibung	Das System verfügt über eine aktive optionale Temperierung der Reagenzien (also der verschiedenen Spritzen) und gewährleistet einen reproduzierbaren und homogenen Wärmeübergang während des gesamten Formulierungsprozesses (1 Punkt zusätzlich). Die Soll und Ist-Temperatur kann angezeigt werden (1 Punkt zusätzlich). Wertspanne: 0 Punkte = keine Temperaturkontrolle, 1 Punkt = Temperaturen bis 37°C, 2 Punkte = Temperaturen bis 60°C, 3 Punkte = Temperaturen bis 65°C oder mehr
Art	Qualitätskriterium
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	10 %
Ausprägung	Mit individueller Skala
Bester Wert	5
Schlechtester Wert	0
Einheit	-Keine Angabe-
Bewertung jenseits des besten Wertes	Unzulässig
Bewertung jenseits des schlechtesten Wertes	Unzulässig
Mindestanforderung	Keine
Antwortoptionen für Bieter	Freitext (Pflichtangabe)

5 Formulierungen/Volumen

Beschreibung	Das System ermöglicht die Herstellung von Lipidnanopartikeln über einen breiten Volumenbereich und unterstützt sowohl kleine Screening-Ansätze als auch größere Formulierungsansätze ohne Systemwechsel (1 Punkt zusätzlich). Ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Spritzengrößen bzw. Volumenbereichen ist ohne aufwendige Umrüstung möglich (1 Punkt zusätzlich). Wertspanne: 0 Punkte = maximales Formulierungsvolumen unter 5 mL, 1 Punkt = Formulierungsvolumen bis max. 7 mL, 2 Punkte = Formulierungsvolumen bis 10 mL, 3 Punkte = Formulierungsvolumen von 1 bis mindestens 20 mL
Art	Qualitätskriterium
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	30 %
Ausprägung	Mit individueller Skala
Bester Wert	5
Schlechtester Wert	0
Einheit	-Keine Angabe-
Bewertung jenseits des besten Wertes	Unzulässig
Bewertung jenseits des schlechtesten Wertes	Unzulässig
Mindestanforderung	Keine
Antwortoptionen für Bieter	Freitext (Pflichtangabe)