

Matrix zur Leistungsbewertung der Angebote für einen ICP-MS-Messplatz											
Legende: A = Ausschlusskriterium (keine Punktevergabe, sondern erfüllt oder nicht erfüllt) B = Bewertung KG = Kriteriengruppe K = Kriterium											
Hinweis: Die Skala der Wertungspunkte reicht von 0 bis 10.											

						0	Erwartungshaltung				
Kriterium	Typ	Beschreibung	Gewichtung (G)	Mindest-punktzahl	Vergebene Punkte (P)	P x G	0 Punkte	2 Punkte	5 Punkte	10 Punkte	Bemerkungen
KG 1: Anforderungen Gesamtsystem			3	5	0	0					
K 1.9	B	Das ICP-MS-Gesamtsystem muss direkt mit Flüssigkeitschromatographie- (HPLC)) koppelbar sein. Zur Vermeidung von Schnittstellenrisiken wird eine Gesamtlösung bevorzugt, bei der ICP-MS und HPLC vom selben Hersteller stammen und über eine gemeinsame Software gesteuert werden.	3	5		0	ICP-MS und HPLC nicht vom selben Hersteller. Steuerung nicht über eine gemeinsame Software.		ICP-MS und HPLC vom selben Hersteller. Steuerung über eine separate Software.	ICP-MS und HPLC vom selben Hersteller Steuerung über eine gemeinsame Software.	
KG 5: Gasverbrauch			5	5	0	0					
K 5.5	B	Der Hersteller hat den Gesamtdurchsatz an Argon-Gas im aktiven Messmodus unter standardmäßigen Bedingungen für Hochmatrix-Proben (inkl. aktivierter Online-Aerosolverdünnung) verbindlich in L/min anzugeben.	5	5		0	Argon-Gasverbrauch im aktiven Messmodus ≥ 20 L/min		Argon-Gasverbrauch im aktiven Messmodus < 20 L/min		
KG 8: Steuersoftware			2	5	0	0					
K 8.4	B	Die Datennachbearbeitung und Auswertung über das bestehende Labornetzwerk muss vollumfänglich unterstützt werden. Das Angebot muss hierzu kosten- und lizenzgebührenfreie Software-Lizenzen für mindestens einen separaten Büro-Arbeitsplatz zur zeitversetzten Datennachbearbeitung und Reportgenerierung bein-halten	2	5		0	kostenfreie Software-Lizenz für einen separaten Büro-Arbeitsplatz (Auswertung und Reportgenerierung).		≥ zwei kostenfreie Software-Lizenzen für separate Büro-Arbeitsplätze (Auswertung und Reportgenerierung).		
KG 10: Gewährleistung			6	7	0	0					
K 8.1	B	Die Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem muss mindestens 24 Monate ab erfolgreicher Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls betragen	3	5		0	Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem 24 Monate		Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem 36 Monate	Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem > 36 Monate	
K 8.2	B	Schriftliche Bestätigung, dass Ersatzteile und Support für das angebotene Modell für mindestens 7 Jahre nach Produktionsende lieferbar sind.	3	2		0	Ersatzteilgarantie 7 Jahre	Ersatzteilgarantie 8 Jahre	Ersatzteilgarantie 9 Jahre	Ersatzteilgarantie 10 Jahre	
KG 11: Optionale Leistungen											
K 11.1		Verbrauchsmaterialien & Erstausrüstung				ja					
K11.2		Labortisch				ja					
K 11.3		Autosampler-Rollwagen				ja					
K11.4		Schulungsguthaben				ja					

Matrix zur Leistungsbewertung der Angebote für einen ICP-MS-Messplatz											
Legende: A = Ausschlusskriterium (keine Punktevergabe, sondern erfüllt oder nicht erfüllt) B = Bewertung KG = Kriteriengruppe K = Kriterium Hinweis: Die Skala der Wertungspunkte reicht von 0 bis 10.											

						0	Erwartungshaltung					
Kriterium	Typ	Beschreibung	Gewichtung (G)	Mindestpunktzahl	Vergebene Punkte (P)	P x G	0 Punkte	2 Punkte	5 Punkte	10 Punkte	Bemerkungen	
K 11.5		Fester Wartungsvertrag (5 Jahre)				ja						