

Bewertungskriterien

Anlage 4b

	Bewertungs- kriterium	Bewertung	Bedingungen
K 1: Anforderung Gesamtsystem	K 1.9	0 Punkte	ICP-MS und HPLC nicht vom selben Hersteller. Steuerung nicht über eine gemeinsame Software.
		5 Punkte	ICP-MS und HPLC vom selben Hersteller. Steuerung über eine separate Software.
		10 Punkte	ICP-MS und HPLC vom selben Hersteller Steuerung über eine gemeinsame Software.
K 5: Gas-verbrauch	K 5.5	0 Punkte	Argon-Gasverbrauch im aktiven Messmodus ≥ 20 L/min
		5 Punkte	Argon-Gasverbrauch im aktiven Messmodus < 20 L/min
K 8: Steuer- software	K 8.4	0 Punkte	kostenfreie Software-Lizenz für einen separaten Büro-Arbeitsplatz (Auswertung und Reportgenerierung).
		5 Punkte	$\geq$ zwei kostenfreie Software-Lizenzen für separate Büro-Arbeitsplätze (Auswertung und Reportgenerierung).
K 10: Gewährleistung	K 10.10	0 Punkte	Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem 24 Monate
		5 Punkte	Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem 36 Monate
		10 Punkte	Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem > 36 Monate
	K 10.11	0 Punkte	Ersatzteilgarantie 7 Jahre
		2 Punkte	Ersatzteilgarantie 8 Jahre
		5 Punkte	Ersatzteilgarantie 9 Jahre
		10 Punkte	Ersatzteilgarantie 10 Jahre

K 11: Optionale Leistung	K 11.1		Verbrauchsmaterialien & Erstausrüstung
	K 11.2		Labortisch
	K 11.3		Autosampler-Rollwagen
	K 11.4		Schulungsguthaben
	K 11.5		Fester Wartungsvertrag (5 Jahre)