

Leistungsbeschreibung

An der Universität Rostock, Philosophischen und Theologischen Fakultät wird zur Vermessung und Dokumentation von Grabungsfeldern ein robotisches Tachymeter benötigt.

Anforderungen

Das Tachymeter sollte vergleichbar mit dem Model Trimble S5 sein

Tachymeter	
1. Genauigkeit	0,3 mgon (1''); 0,6 mgon (2''); 1,0 mgon (3''); 1,5 mgon (5'')
2. min. Meßabstand	1,5 m
3. min. Speicher des Controlers	128 GB Flash
4. max. Betriebstemperatur	+ 50°C
5. Staub- und Wasserschutz	IP 65 oder besser
6. Akkus und Laufzeit	3 Akkus mit einer Laufzeit von 30 Stunden
7. Konnektivität	USB und Bluetooth
Zubehör	
	2-Fach Ladegerät und Akku mit min 6,5 Ah
	Schweres Holzstativ mit Aluminiumkopf und runde Platte (Nutzungshöhe min 1,2 m bis 1,69m)
	Prismastab (Teleskop) Karbon (1,51m – 2,6m), metrische Graduierung, eingebaute 4 Minuten Libelle (alle 2 cm)
	360° Prisma mit Höhenadapter für Messstab (Prismenkonstante 2mm)
	Dreifußstativ, Transportkoffer

Lieferung

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle gemäß Incoterms 2020 DPU an
Universität Rostock
Philosophische Fakultät
Heinrich Schliemann Institut
Lehrstuhl für Klassische Archäologie
Schwaansche Str. 3
18055 Rostock

Bitte senden Sie uns neben dem Formular „Angebotsschreiben“ auch ein von Ihnen selbst erstelltes Angebot mit einer entsprechenden Beschreibung der Leistung zu.

Sind die Anforderungen erfüllt, wird der Auftrag an das preisgünstigste Angebot erteilt.

Im Angebot sind gesondert auszuweisen:

- Gewährleistung / Garantie
- Lieferzeit
- Lieferkosten
- Rabatt
- Skonto