

Leistungsbeschreibung

An der Universität Rostock, Philosophischen und Theologischen Fakultät wird zur Erfassung von räumlichen Daten bei Ausgrabungen ein 3D-Laserscanner benötigt.

Anforderungen

Der 3 D Laserscanner sollte vergleichbar mit dem Modell Leica BLK360 G2 sein

1. Punktgenauigkeit	4 mm
2. Aufnahmedistanz	0,5 m – 45 m
3. Texturerfassung	Das Gerät muss Texturen mit min. 13 MP erfassen
4. HDR-Aufnahmen	Das Gerät muss HDR-Aufnahmen machen können
5. Staub- und Wasserschutz	IP 54 oder besser
6. Scangeschwindigkeit	Max. 30 Sek.
7. Scan-Gesichtsfeld	360° * 270°
8. Steuerung über mobile Geräte	Tablett, Smartphone (iOS / iPadOS)
9. Gewicht	Max. 2 kg
10. Tasche / Stativ	Transporttasche und Stativ zur sicheren Aufstellung
11. Scansoftware	Für PC (Windows 11 oder MacOS 26)

Lieferung

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle gemäß Incoterms 2020 DPU an

Universität Rostock
Philosophische Fakultät
Heinrich Schliemann Institut
Lehrstuhl für Klassische Archäologie
Schwaansche Str. 3
18055 Rostock

Bitte senden Sie uns neben dem Formular „Angebotsschreiben“ auch ein von Ihnen selbst erstelltes Angebot mit einer entsprechenden Beschreibung der Leistung zu.

Sind die Anforderungen erfüllt, wird der Auftrag an das preisgünstigste Angebot erteilt.

Im Angebot sind gesondert auszuweisen:

- Gewährleistung / Garantie
- Lieferzeit
- Lieferkosten
- Rabatt
- Skonto