

Medienangaben - 1. Untergeschoss (3.BA)

Raumübergreifend

Medienangaben (bei Mehrfachnennung jeweils):

ELT-Einspeisungen

- N Normschiene, wandmontiert:
- 1x PA - Festanschluss

Technikraum Angiographie / LHKM

Die Ausführungsplanung der ausführenden Firma ist mitgeltend und grundsätzlich zu beachten!

Medienangaben (bei Mehrfachnennung jeweils):

ELT-Einspeisungen

- E1 Technikschrank und Systemsteuerschrank
- 1x 400V SV - Festanschluss Technikschrank
Anschlussleistung ca. 30 kVA
Standby: ca. 10 kVA
Leistungsaufnahme (<3s): 165 kVA
- 1x 400V SV - Festanschluss Systemsteuerschrank
Anschlusswert ca. 25kVA
- 1x 230V AV - Stromkreis
- 1x Datenanschluss
- 1x PA - Festanschluss



A	19.09.2025	mlrk	Neuer Planstand Architektur vom 15.08.2025
Index	Datum	Bearbeiter	Änderungsmerkungen

Projektnummer - Verfasser - Blatt-Nr.		Index	Indextag
K2111_AR_GR-2-0-01		A	19.09.2025
Gebäudeansicht / Bauteil		Ausrichtung Plantricht	
			

OK FFB ±0,00 EG = 45,45m NHN

FACH-PLANUNG
Ingenieurbüro für Gesundheitswesen GmbH
Mozartstraße 3
D-04107 Leipzig
Telefon +49 341 45327-0
Telefax +49 341 45327-11
avk3-4@ifg-ingenieure.de



BAUHERR
NETZWERK FÜR GESUNDHEIT GmbH

vertreten durch
VIVANTES SERVICE GmbH
Abteilung Bau
Aroser Allee 72-76, 13407 Berlin

PROJEKT
Projekt-Nr.: P_0838_2023
Auguste-Viktoria-Klinikum
Neubau OP Funktionsgebäude 3.+4.BA
Rubensstraße 125, 12157 Berlin

PLANUNG
MHB GmbH
Rosa-Luxemburg-Straße 4
18055 Rostock
Tel. 0381 81709-0
Fax. 0381 81709-33



VORPLANUNG	GRUNDRISS 1. UNTERGESCHOSS		
Blattgröße: 1.779 mm x 594 mm	Bauh. Deisler Koopmann Meike Lehnert	Maßstab 1:200	PLOT DATUM 19.09.2025
	DATEI ME_2_0304-0_XX_GR_01_000_A		ERSTELLDATUM 19.09.2025